



Wasze

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY
MEDICAL UNIVERSITY OF WARSAW

Dział Zamówień Publicznych

Znak pismo z dnia
Nasz znak Data
AEZ/007/ 235 /2018/PK 30.01.2018 r.

Wykonawcy
biorący udział w postępowaniu Nr AEZ/S-012/2018
ogłoszonym w Biuletynie Zamówień Publicznych,
na stronie internetowej oraz w siedzibie Zamawiającego

Wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 i ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.), Warszawski Uniwersytet Medyczny, ul. Żwirki i Wigury 61, 02-091 Warszawa, Zamawiający w postępowaniu pn. *Dostawa mikroskopów i urządzeń laboratoryjnych na potrzeby jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, w podziale na pakiety*, znak sprawy: AEZ/S-012/2018,

- informuje, że w dniach 23-26.01.2018 r., w trybie art. 38 ust. 1 ustawy, wpłynęły następujące zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), na które Zamawiający udziela odpowiedzi, z zachowaniem terminu określonego w art. 38 ust. 1 pkt 3 ustawy:

Pytanie dotyczące przedmiotu zamówienia opisanego Pakietem 3

- *Dygestorium* (2 szt.)

1. Pytanie 1/Pakiet 3:

Dot. Załącznika nr 2.3 do SIWZ:

Czy Zamawiający dopuści średnicę króćca wentylacyjnego w komorze o średnicy 200 mm w celu zwiększania skuteczności wentylacji komory?

Odpowiedź na pytanie 1/Pakiet 3

Zamawiający dokonuje zmiany treści poz. 10 Załącznika nr 2.3 do SIWZ, nadając jej brzmienie:

10.	Średnica króćca wylotowego (mm)	Ø160 mm Ø160-200mm Należy podać
-----	---------------------------------	--------------------	-----------------------

Pytanie dotyczące przedmiotu zamówienia opisanego Pakietem 5

- *Mikroskop biologiczny* (1 szt.)

2. Pytanie 2/Pakiet 5:

Dot. Załącznika nr 2.5 do SIWZ:

Czy Zamawiający dopuści mikroskop z tubusem okularowym z możliwością regulacji rozstawu źrenic w zakresie 55-75 mm?

Odpowiedź na pytanie 2/Pakiet 5:

Zamawiający nie zmienia wymagań dotyczących możliwości regulacji rozstawu źrenic, wartość podana w Formularzu wymagań technicznych jest optymalnie dobrana z punktu widzenia obsługi mikroskopu wykonywanej przez personel Zamawiającego.

3. Pytanie 3/Pakiet 5:

Dot. Załącznika nr 2.5 do SIWZ:

Czy Zamawiający dopuści także mikroskop równoważny, ze stolikiem o wymiarach 150x140mm zachowującym wszystkie wymagane funkcjonalności, tzn.: mechanizm przesuwu preparatu mieszczący dwa preparaty, z zakresem ruchu 76x50 mm oraz z noniuszem?

Odpowiedź na pytanie 3/Pakiet 5:

Zamawiający nie zmienia wymagań dotyczących wymiarów stolika, wymagania podane w Formularzu wymagań technicznych są optymalnie dobrane z uwzględnieniem preparatów, które Zamawiający planuje oceniać pod mikroskopem.

4. Pytanie 4/Pakiet 5:Dot. Załącznika nr 2.5 do SIWZ:

Czy dostawca mikroskopów musi dysponować dokumentem autoryzacji potwierdzającym autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny producenta na terenie RP oraz dokument ISO producenta i serwisu?

Odpowiedź na pytanie 4/Pakiet 5:

Zamawiający nie postawił takiego wymagania. Jednocześnie Zamawiający zwraca uwagę, że Wykonawca zobowiązany będzie do świadczenia serwisu gwarancyjnego na warunkach określonych we wzorze umowy.

5. Pytanie 5/Pakiet 5:Dot. Załącznika nr 2.5 do SIWZ:

Czy mikroskop ma posiadać oznaczenie znakiem CE oraz spełniać wymagania określone w następujących dokumentach: - ustawie z 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. Nr 107, poz. 679 ze zm.), - rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 05 listopada 2010 r. w sprawie sposobu klasyfikowania wyrobów medycznych (Dz. U. Nr 215, poz. 1416), - rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 12 stycznia 2011 r. w sprawie wymagań zasadniczych oraz procedur oceny zgodności wyrobów medycznych (Dz. U. Nr 16, poz. 74), - rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 23 września 2010 r. w sprawie wzoru znaku CE (Dz. U. Nr 186, poz. 1252) - dyrektywie Rady 93/42/EWG z 14.06.1993 r. dotyczącej wyrobów medycznych, podobnie jak jest to wymagane w Pakiecie nr 6?

Odpowiedź na pytanie 5/Pakiet 5:

Zamawiający wymaga aby zaproponowany mikroskop był oznakowany znakiem CE, jednakże nie wymaga, aby zaproponowany mikroskop spełniał wymagania prawne przywołane w powyższym pytaniu.

Pytania dotyczące przedmiotu zamówienia opisanego Pakietem 6**- Mikroskop odwrócony (1 szt.)**6. Pytanie 6/Pakiet 6:Dot. Załącznika nr 2.6 do SIWZ:

Czy Zamawiający dopuści mikroskop bez uchwytu w statywie? Konstrukcja proponowanego mikroskopu jest wygodna do przenoszenia, nie wymaga dodatkowego uchwytu.

Odpowiedź na pytanie 6/Pakiet 6:

Zamawiający dokonuje modyfikacji treści parametrów opisanych w poz. 5 Załącznika nr 2.6 do SIWZ (*Formularz wymaganych warunków technicznych*) nadając mu brzmienie:

5.	Uchwyt w statywie mikroskopu Uchwyt w statywie lub mikroskopie	Umożliwiający jego przenoszenie	Tak/Nie
----	--	---------------------------------	---------

7. Pytanie 7/Pakiet 6:Dot. Załącznika nr 2.6 do SIWZ:

Czy Zamawiający dopuści rewolwer obiektywowy 4-ro pozycyjny?

Odpowiedź na pytanie 7/Pakiet 6:

Zamawiający nie zmienia zapisu zawartego w pkt 17 w Formularzu wymaganych warunków technicznych- Załącznik nr 2.6 do SIWZ. Zamawiający do powadzonych obserwacji na mikroskopie potrzebuje rewolwer 5-pozycyjny.

8. Pytanie 8/Pakiet 6:Dot. Załącznika nr 2.6 do SIWZ:

Czy Zamawiający dopuści obiektywy do obserwacji w kontraście reliefowym o parametrach:

- 4 x / NA = 0,10 / WD = 30 mm
- 10 x / NA = 0,25 / WD = 17,7 mm
- 20 x / NA = 0,30 / WD = 3 mm
- 40 x / NA = 0,55 / WD = 3,3 – 1,9 mm”

Odpowiedź na pytanie 8/Pakiet 6:

Zamawiający nie zmienia zapisów zawartych w punktach 18-22 w Załączniku nr 2.6. Trzy pierwsze obiektywy spełniają wymagania Zamawiającego, natomiast 4 z obiektywów posiada zbyt krótką odległość roboczą z punktu widzenia prowadzonych obserwacji.

9. Pytanie 9/Pakiet 6:

Dot. Załącznika nr 2.6 do SIWZ:

Czy Zamawiający dopuści mikroskop z tubusem okularowym z możliwością regulacji rozstawu źrenic w zakresie 55-75 mm?

Odpowiedź na pytanie 9/Pakiet 6:

Zamawiający nie dopuszcza zmian w Formularzu wymagań warunków technicznych, punkt 24 Załącznika nr 2.6 do SIWZ. Parametr opisany przez Zamawiającego jest optymalny dla Personelu Zamawiającego.

10. Pytanie 10/Pakiet 6:

Dot. Załącznika nr 2.6 do SIWZ:

Czy Zamawiający dopuści okulary o polu widzenia FN = 20 mm?

Odpowiedź na pytanie 10/Pakiet 6:

Zamawiający pozostawia bez zmian wymagania zawarte w poz. 25 Załącznika nr 2.6. Ze względu na prowadzone badania parametr określony przez Zamawiającego jest minimalnym polem widzenia który musi spełniać oferowane okulary.

Pytanie dotyczące przedmiotu zamówienia opisanego Pakietem 8

- Wytwornica płatków lodu (1 szt.)

11. Pytanie 11/Pakiet 8:

Dot. Załącznika nr 2.8 do SIWZ:

Czy Zamawiający dopuści wytwornicę lodu bez „sterowania elektronicznego z funkcjami samo-diagnostycznymi i zewnętrznej sygnalizacji alarmowej” spełniającą wszystkie pozostałe kryteria? Wytwornice nieposiadające ww. sterownika elektronicznego zapewniają długoletnią bezawaryjną pracę, gdyż najbardziej usterkową częścią jest właśnie elektronika – w tym płyta główna i sterownik; są też o wiele tańsze. Urządzenie które chcemy zaoferować posiada czujnik wyłączający produkcję lodu po zapełnieniu zbiornika?

Odpowiedź na pytanie 12/Pakiet 8:

Zamawiający wymagania zawarte w Załączniku nr 2.8 pozostawia bez zmian. Funkcje samo-diagnostyczne i alarmowe są bezwzględnie wymagane przez Zamawiającego.

Pytania dotyczące wzoru umowy

12. Pytanie 12/Wzór umowy:

Dot. Załącznika nr 6.1 do SIWZ (wzoru umowy):

We wzorze umowy dla pakietu nr 6 w §4 p. 3 wymagany jest czas naprawy w przypadku sprowadzania części zamiennych do 14 dni od dnia zgłoszenia. Czy Zamawiający zgodzi się na wydłużenie tego terminu, dla pakietu nr 6, do 30 dni od dnia zgłoszenia. Wymagany obecnie termin jest mało realny dla tego typu sprzętu w przypadku dużych, światowych producentów mikroskopów.”

Odpowiedź na pytanie 12/wzór umowy

Zamawiający, w wyżej wymienionym zakresie, nie wyraża zgody na zmianę treści wzoru umowy, stanowiącego Załącznik nr 6.1 do SIWZ.

13. Pytanie 13/Wzór umowy:

Dot. Załącznika nr 6.1 do SIWZ (wzoru umowy):

We wzorze umowy dla pakietu nr 6 w §4 p. 6 wymagany jest czas dostarczenia nowego elementu lub przedmiotu umowy 7 dni od zgłoszenia. Czy Zamawiający zgodzi się na wydłużenie tego terminu, dla pakietu nr 6, do 30 dni od dnia zgłoszenia. Wymagany obecnie termin jest mało realny dla tego typu sprzętu w przypadku dużych, światowych producentów mikroskopów. Jest on w dodatku krótszy niż czas naprawy w przypadku sprowadzania części zamiennych wymagany w §4 p. 3.

Odpowiedź na pytanie 13/wzór umowy

Zamawiający, w wyżej wymienionym zakresie, nie wyraża zgody na zmianę treści wzoru umowy, stanowiącego załącznik nr 6.1 do SIWZ.

14. Pytanie 14/Wzór umowy:

Dot. Załącznika nr 6.1 do SIWZ (wzoru umowy):

Czy zamawiający dla urządzeń z Pakietu nr 7 zgodzi się na termin naprawy wynoszący do 21 dni roboczych a w przypadku potrzeby sprowadzenia części z zagranicy do 28 dni roboczych?

Odpowiedź na pytanie 14/ wzór umowy:


Zamawiający wyraża zgodę na zmianę § 4 ust. 3 umowy w wyżej wymienionym zakresie, nadając brzmienie:

3. Naprawy wykonywane będą w terminie: (do 7 dni dla Pakietów 1,3,4,5,6,8 oraz do 21 dni roboczych dla Pakietu nr 7) od dnia zgłoszenia wady. W przypadku naprawy wymagającej sprowadzenia części zamiennych z zagranicy, naprawa będzie wykonana w terminie: (do 14 dni (dla Pakietów 1,3,4,5,6,8 oraz do 28 dni roboczych dla Pakietu nr 7) od dnia zgłoszenia wady. Naprawy wykonywane będą w miejscu, w którym przedmiot umowy jest używany, chyba że sprzeciwia się temu istota wady.

→Aktualny Załącznik nr 2.3 do SIWZ został zamieszczony na stronie internetowej www.wum.edu.pl.

→Aktualny Załącznik nr 2.6 do SIWZ został zamieszczony na stronie internetowej www.wum.edu.pl.

Z poważaniem



Robert Paprocki

Przewodniczący komisji przetargowej

KIEROWNIK
Działu Zamówień Publicznych

Jerzy Polijaniuk