



WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY
MEDICAL UNIVERSITY OF WARSAW

Dział Zamówień Publicznych

Wasze pismo z dnia

Znak

Nasz znak

Data

AEZ/362/1142 /2017/IS

25.05.2017 r.

Wykonawcy biorący udział
w postępowaniu AEZ/S-077/2017

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 2164 tj.), zwanej dalej „ustawą”, Warszawski Uniwersytet Medyczny, ul. Żwirki i Wigury 61, 02-091 Warszawa, Zamawiający w postępowaniu pn. *Dostawa wyposażenia dla potrzeb Centrum Symulacji Medycznych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego realizowanego w ramach projektu „Wdrożenie Programu Rozwojowego w oparciu o Centrum Symulacji Medycznych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego”*, znak sprawy AEZ/S-077/2017, udziela odpowiedzi na nw. pytania:

Pakiet 1

Pytanie 1 Zał. 2.1 symulator niemowlęcia

pkt 26 Czy zamawiający uzna za wystarczający obrzęk języka bez możliwości ustawienia niedrożności krtani? Zwracamy uwagę iż jest to mało istotna funkcja w przypadku symulatora wysokiej wierności.

Odpowiedź:

Funkcja obrzęku języka wymagana jest w pkt. 25. Natomiast w pkt. 26 Zamawiający dokonuje oceny dodatkowej funkcjonalności – automatycznego wywoływania obrzęku języka i niedrożności krtani. Zdaniem Zamawiającego, zestawienie funkcjonalności wymaganej w pkt 25 i ocenianej w pkt. 26 nie ogranicza konkurencji. Zamawiający pozostawia zapis wymagań bez zmian.

Pakiet 2

Pytanie 1 pkt 2 Zał. 2.2 symulator rodzącej

Czy zamawiający za spełnienie warunku umieszczenia wewnątrz symulatora uzna niewielki nabój CO2 (typ 12gram) umieszczony/ ukryty pod ubraniem symulatora? To rozwiązanie powoła na bardzo szybką wymianę naboików z gazem i w żaden sposób nie ogranicza mobilności symulatora.

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, że warunek opisany w pkt. 2 jest warunkiem punktowanym i nie wyklucza możliwości złożenia oferty.

Pytanie 2 pkt 12

Czy zamawiający dopuści brak możliwości ustawienia obrzęku gardła, a tylko obrzęku języka oraz skurczu krtani? Zwracamy uwagę iż jest to mało istotna funkcja w przypadku symulatora porodowego.

Odpowiedź:

Zamawiający modyfikuje wymaganie w pkt. 12 Załącznika nr 2.2. do SIWZ:

12.	Symulacja trudnych dróg oddechowych: ✓ Skurcz krtani, ✓ Obrzęk języka, ✓ Obrzęk gardła	wymagane	Tak/Nie
-----	--	----------	---------

Pytanie 3 pkt 24

Czy zamawiający zamiast programowalnych objętości wdechowych dopuści rozwiązanie polegające na *ustawianiu procentowym stopnia inhalacji (z dynamicznym ruchem klatki piersiowej)?*
oraz

Pytanie 4 Pkt 24

Czy Zamawiający uzna za spełnienie wymogu programowalnego stosunku wdechu do wydechu możliwość wybrania wzorca oddechowego, z zaprogramowanym stosunkiem wdechu do wydechu?

Odpowiedź na pytanie 3 oraz 4

Zamawiający modyfikuje wymaganie w pkt. 24 Załącznika nr 2.2. do SIWZ:

24.	Programowalnej objętości wdechowej i stosunek wdechu do wydechu.	wymagane	Tak/Nie
-----	--	----------	---------

Pytanie 5 pkt 37

Czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności możliwość mierzenia tętna na tętnicy szyjnej przez uczestnika symulacji i zapis tego faktu przez prowadzącego symulację? Oprogramowanie pozwala na przypisanie danej akcji konkretnemu uczestnikowi symulacji.

Odpowiedź:

Zamawiający modyfikuje wymaganie w pkt. 37 Załącznika nr 2.2. do SIWZ:

37.	Kontrola tętna matki na tętnicy szyjnej i ramieniowej z automatyczną rejestracją.	wymagane	Tak/Nie
-----	---	----------	---------

Pytanie 6 pkt 45

Czy zamawiający uzna za spełnienie tego wymogu możliwości wywołania sinicy tylko u noworodka, a nie u rodzącej? W przypadku symulatora położniczego, kluczowym wydaje się obecność sinicy u rodzącego się dziecka.

oraz

Pytanie 9 Dotyczy załącznika 2.2. „Zaawansowany symulator kobiety rodzącej wraz z symulatorem noworodka – 1 kpl.” Punkt 45 - Funkcja wywołania objawów sinicy.

Czy zamawiający dopuści do postępowania symulator rodzącej, który nie posiada „Funkcja wywołania objawów sinicy”? Funkcję tą posiadałby zaś symulator noworodka będący w komplecie. Według naszej wiedzy nie istnieje na rynku symulator rodzącej, który przy zachowaniu pozostałych parametrów wymaganych posiadałby tą funkcję.

Odpowiedź:

Zamawiający dokonuje wykreślenia wymagania określonego w pkt 45 Załącznika nr 2.2. do SIWZ

45.	Funkcja wywołania objawów sinicy	wymagane	Tak/Nie
-----	----------------------------------	----------	---------

Pytanie 7 pkt 48

Czy Zamawiający uzna za spełnienie tego wymagania przez możliwość programowalnej częstości mrugania i ustawienia stopnia otwarcia powiek w pozycjach "otwarte" lub "zamknięte"?

Odpowiedź:

Zamawiający modyfikuje zakres oceny funkcji w pkt. 48 Załącznika nr 2.2. do SIWZ poprzez wykreślenie słów „stopnia ich otwarcia.”

48.	Programowalna częstość mrugania powiek + stopnia ich otwarcia.	Parametr oceniany	Tak – 1 pkt. Nie – 0 pkt. Należy podać
-----	--	-------------------	--

Pytanie 8 pkt 59

Czy Zamawiający uzna za spełnienie tego wymagania obecność 2 miejsc do symulowanych iniekcji na ramieniu i udzie bez różnicowania rodzaju iniekcji ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie określił miejsc realizacji funkcji wstrzyknięć domięśniowych i podskórnych . Powyższe nie ogranicza zaofierowania symulatora.

Pakiet 3

Pytanie 1 pkt 27 Załącznik 2.3 symulator dziecka

Czy zamawiający uzna za wystarczający obrzęk języka bez możliwości ustawienia niedrożności krtani?

Odpowiedź:

Nie. Parametr w pkt. 27 jest parametrem ocenianym. Zamawiający dokonuje oceny funkcji automatycznego wywoływania obrzęku języka i niedrożności krtani. Zamawiający pozostawia zapis treści parametru ocenianego w pkt. 27 Załącznika nr 2.3 do SIWZ bez zmian.

Pytanie 2 pkt 44

Czy zamawiający dopuści możliwość ustawienia intensywności drgawek (brak, lekkie, ciężkie) zamiast ich częstotliwości?

Odpowiedź:

Tak. Zamawiający ocenia możliwość ustawienia częstości drgawek. Pod pojęciem „Możliwość ustawienia częstości drgawek” Zamawiający rozumie możliwość ustawienia intensywności lub częstotliwości drgawek.

Pakiet 4

Pytanie 1 Pkt 1 Zał. 2.4 symulator osoby dorosłej

Czy Zamawiający może odstąpić od wymogu posiadania przez symulator funkcji płynnej regulacji sztywności klatki piersiowej ? Pozwoli to na zaoferowanie symulatora przewyższającego wymagania Zamawiającego w wielu innych obszarach.

Odpowiedź:

Zamawiający modyfikuje wymaganie w pkt. 1 Załącznika nr 2.4. do SIWZ poprzez wykreślenie słowa „płynną”.

1.	Cechy ogólne fantomu	Manekin pełnopostaciowy do celów szkoleniowych z zakresu zaawansowanych zabiegów resuscytacyjnych – ALS zawierający co najmniej: <ul style="list-style-type: none">– Drogi oddechowe umożliwiające intubację poprzez usta za pomocą rurek dotchawiczych, zakładanie masek krtaniowych i innych urządzeń nadgłośniowych do udrażniania dróg oddechowych, rurek ustno-gardłowych,– Brzuch unoszący się podczas rozdęcia żołądka,– Klatkę piersiową poddającą się uciskaniu z realistycznym oporem i posiadającą płynną regulację sztywności,– Elektronicznie generowane tętno wyczuwalne na tętnicy szyjnej,– Symulator EKG,– Ramię do nauki wkluc dożylnych,– Nogę przystosowaną do nauki dostępu doszpikowego.	Tak/Nie
----	----------------------	--	---------

Pytanie 2 Pkt 4

Czy Zamawiający może odstąpić od wymogu posiadania przez symulator funkcji detekcji wadliwego ułożenie rąk? Pozwoli to na zaoferowanie symulatora przewyższającego wymagania Zamawiającego w wielu innych obszarach.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.

Pakiet 5

Pytanie 1 pkt 2 Zał. 2.5 symulator palsa dziecka

Czy Zamawiający dopuści brak możliwości wywołania blokady dróg oddechowych? Pozwoli to na zaoferowanie symulatora, który w zamian manifestuje nadmierną wentylację maską, lub intubację przetyku z rozdęciem żołądka.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.

Pytanie 2 pkt 6

Czy Zamawiający dopuści brak możliwości założenia wklucia/iniekcji dołu łokciowego oraz grzbietowych żył ręki na rzecz posiadania przez symulator 3 żył do wkluc w obrębie przedramienia?

Odpowiedź:


Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.

Pytanie 3 pkt 2, 15 i 34

Czy Zamawiający może odstąpić od wymogu funkcji osłuchiwania perystaltyki ? Pozwoli to na zaoferowanie symulatora przewyższającego wymagania Zamawiającego w wielu innych obszarach, np. łączności bezprzewodowej.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.


str. 3 MS

Dotyczy Formularz wymaganych warunków technicznych, załącznik nr 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 i 2.9

Pytanie 1

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie urządzeń fabrycznie nowych, wyprodukowanych w roku 2016 lub 2017.

Odpowiedź:

Zamawiający dokonuje zmiany treści wymagania określonego w Załącznikach 2.1- 2.10 do SIWZ: było Fabrycznie nowe urządzenie, wyprodukowane w 2017 r. jest Fabrycznie nowe urządzenie, wyprodukowane co najmniej w roku 2016 r.

Pytania do wzoru umowy

Pytanie 1 Dotyczy wzoru umowy, załącznik nr 7 do SIWZ §4 ust. 3

Zwracamy się do Zamawiającego o zmianę zapisu umowy w §4 ust. 3 na:

„W okresie gwarancji, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca zapewnia serwis gwarancyjny, świadczony w dni robocze (od poniedziałku do piątku) z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w godzinach od 8:00 – 16:00. Czas reakcji serwisu do 48 godzin od momentu jej zgłoszenia z zastrzeżeniem godzin i dni pracy wskazanych w zdaniu pierwszym” lub dopuszczenie Wykonawcy, który zapewni serwis gwarancyjny świadczony w dni robocze od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w godzinach od 8:00 – 16:00 i który zapewni reakcję serwisową do 48 godzin od momentu jej zgłoszenia.

Odpowiedź

Zamawiający dokonuje zmiany treści §4 ust. 3 Załącznika nr 7 nadając brzmienie: W okresie gwarancji, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca zapewnia serwis gwarancyjny, świadczony w dni robocze (od poniedziałku do piątku) z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w godzinach ~~07:00~~ 08:00- ~~17:00~~ 16:00. Czas reakcji serwisu do 24 godzin od momentu jej zgłoszenia z zastrzeżeniem godzin i dni pracy wskazanych w zdaniu pierwszym.

Pytanie 2 Dotyczy wzoru umowy, załącznik nr 7 do SIWZ §4 ust. 3

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, co Zamawiający ma na myśli pod pojęciem „reakcja serwisu”?

Odpowiedź

Zamawiający pod pojęciem „Czas reakcji serwisu” rozumie czas do 24 godzin od momentu zgłoszenia awarii z zastrzeżeniem godzin i dni pracy do czasu przyjazdu serwisanta.

Pytanie 3 Dotyczy wzoru umowy, załącznik nr 7 do SIWZ §4 ust. 6

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wydłużenie terminu wykonania naprawy, o którym mowa w §4 ust. 6 do 21 dni roboczych od dnia zgłoszenia wady, ze względu na to, iż oferowane urządzenie jest produkowane poza terytorium UE, co powoduje wydłużony termin dostawy.

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.

Pytanie 4 Dotyczy wzoru umowy, załącznik nr 7 do SIWZ §4 ust. 7

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o rezygnację z wymogu dostarczenia urządzenia zastępczego w przypadku naprawy, lub o wydłużenie terminu, o którym mowa w §4 ust. 7 do 21 dni roboczych, ze względu na to, iż oferowane urządzenie jest produkowane poza terytorium UE, co powoduje wydłużony termin dostawy.

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.

Pytanie 5 Dotyczy wzoru umowy, załącznik nr 7 do SIWZ §4 ust. 8

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o rezygnację z zapisu w §4 ust. 8 „Zamawiający jest uprawniony do żądania wymiany urządzenia lub jego elementu na nowe” – lub o wydłużenie terminu, o którym mowa w §4 ust. 8 do 21 dni roboczych.

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.

Pytanie 6 Dotyczy wzoru umowy, załącznik nr 7 do SIWZ §6 ust. 1 pkt. 1)

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o zmniejszenie kary umownej, o której mowa w §6 ust. 1 pkt. 1 do 0,3%.

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.



str. 4 7/5

Pytanie 7 Dotyczy wzoru umowy, załącznik nr 7 do SIWZ §6 ust. 1 pkt. 2)

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o zmniejszenie kary umownej, o której mowa w §6 ust. 1 pkt. 2 do 3%.

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.

Pytanie 8 Dotyczy wzoru umowy, załącznik nr 7 do SIWZ §6 ust. 1 pkt. 3)

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o zmniejszenie kary umownej, o której mowa w §6 ust. 1 pkt. 3 do 0,03% dla pakietu 1,2,3 oraz do 0,5% dla pakietu 4,5,6 wartości brutto przedmiotu umowy, o którym mowa w §2 ust. 1, za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia.

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.

Pytanie 9 Dotyczy wzoru umowy, załącznik nr 7 do SIWZ §6 ust. 1 pkt. 4)

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o zmniejszenie kary umownej, o której mowa w §6 ust. 1 pkt. 4 do 0,03%.

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.

Pytanie 10 Dotyczy wzoru umowy, załącznik nr 7 do SIWZ §6 ust. 2 pkt. 2)

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wydłużenie terminu, o którym mowa w §6 ust. 2 pkt. 2) do 14 dni roboczych.

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.

Pytanie 11 Dotyczy wzoru umowy, załącznik nr 7 do SIWZ §6 ust. 2 pkt. 3)

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wydłużenie terminu, o którym mowa w §6 ust. 2 pkt. 3) do 14 dni.

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.

Pytanie 12 Dotyczy wzoru umowy, załącznik nr 7 do SIWZ §6 ust. 4

Prosimy Zamawiającego o rezygnację z zapisu „Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kwoty kary umownej, bezpośrednio przy zapłacie faktury VAT dotyczącej realizacji przedmiotu umowy”.

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.

Pytanie 13 Dotyczy wzoru umowy, załącznik nr 7 do SIWZ §4 ust. 10

Prosimy Zamawiającego o zmianę zapisu w §4 ust. 10 na następujący:

„Jeżeli elementu/podzespołu urządzenia nie da się naprawić albo w razie wystąpienia konieczności dokonania czwartej naprawy tego samego elementu/podzespołu, Zamawiający może żądać wymiany uszkodzonego elementu/podzespołu urządzenia na wolne od wad. Wykonawca obowiązany jest dostarczyć nowy element/podzespół, w terminie ustalonym przez strony, jednak nie później niż 30 dni od dnia zgłoszenia żądania. W takim przypadku okres gwarancji nowego elementu/podzespołu rozpoczyna się od dnia jego dostarczenia.”

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.

Ponadto Zamawiający dokonuje zmiany treści Załącznika nr 6 poprzez wykreślenie „~~W przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego dostawy wskazane w ww. wykazie zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa powyżej~~”.

Z poważaniem,



Wojciech Gruchola
Przewodniczący Komisji przetargowej

