



WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY
MEDICAL UNIVERSITY OF WARSAW

Dział Zamówień Publicznych

Wasze pismo z dnia

Znak

Nasz znak

Data

AEZ/362/1568/2017/IS

12.06.2017 r.

Wykonawcy biorący udział
w postępowaniu AEZ/S-077/2017

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 2164 tj.), zwanej dalej „ustawą”, Warszawski Uniwersytet Medyczny, ul. Żwirki i Wigury 61, 02-091 Warszawa, Zamawiający w postępowaniu pn. *Dostawa wyposażenia dla potrzeb Centrum Symulacji Medycznych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego realizowanego w ramach projektu „Wdrożenie Programu Rozwojowego w oparciu o Centrum Symulacji Medycznych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego”*, znak sprawy AEZ/S-077/2017,

Pytanie 1 Dotyczy zał. 2.1. po zmianie – poz. 70

Czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności symulator spełniający wszystkie kryteria, lecz nie posiadający w komplecie symulowanego czujnika pulsoksymetru? Wyświetlanie fali tętna i SpO2 odbywałoby się na symulowanym monitorze do oceny stanu pacjenta z możliwością manualnego włączenia bądź wyłączenia tego parametru, bez konieczności udziału symulowanego czujnika. Według naszej wiedzy nie istnieje na rynku symulator, który posiada tę funkcję, jednocześnie spełniając y wszystkie pozostałe wymagania.

Odpowiedź

Zamawiający dokonuje zmiany treści poz. 70 Załącznika 2.1 do SIWZ, która otrzymuje brzmienie:

70	Wyświetlanie fali tętna i SpO ₂ po- podłączeniu symulowanego czujnika- pulsoksymetru – czujnik w komplecie	wymagane	Tak/Nie
----	---	----------	---------

Pytanie 2 Dotyczy zał. 2.3. po zmianie – poz. 68

Czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności symulator spełniający wszystkie kryteria, lecz nie posiadający w komplecie symulowanego czujnika pulsoksymetru? Wyświetlanie fali tętna i SpO2 odbywałoby się na symulowanym monitorze do oceny stanu pacjenta z możliwością manualnego włączenia bądź wyłączenia tego parametru, bez konieczności udziału symulowanego czujnika. Według naszej wiedzy nie istnieje na rynku symulator, który posiada tę funkcję, jednocześnie spełniając y wszystkie pozostałe wymagania.

Odpowiedź

Zamawiający dokonuje zmiany treści poz. 68 Załącznika 2.1 do SIWZ, która otrzymuje brzmienie:

68	Wyświetlanie fali tętna i SpO ₂ po- podłączeniu symulowanego czujnika- pulsoksymetru – czujnik w komplecie	wymagane	Tak/Nie
----	---	----------	---------

Mając na uwadze powyższe, Zamawiający dokonuje zmiany terminu składania ofert na dzień 29.06.2017r. do godz. 11:30. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29.06.2017r. o godz. 12:00. Miejsce składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian.

Z poważaniem,
Ilona Skowrońska
Ilona Skowrońska
Sekretarz Komisji przetargowej