



Wasze pismo z dnia

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY
MEDICAL UNIVERSITY OF WARSAW

Dział Zamówień Publicznych

Znak

Nasz znak

Data

AEZ/362/1668/2017/AG 17.07.2017 r.

**Wykonawcy biorący udział
w postępowaniu AEZ/S-120/2017**

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 oraz z 2016 r. poz. 831, 996 i 1020), zwanej dalej „ustawą”, Warszawski Uniwersytet Medyczny, ul. Żwirki i Wigury 61, 02-091 Warszawa, Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa sprzętu medycznego, rehabilitacyjnego i stomatologicznego dla potrzeb jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, w podziale na pakiety, znak sprawy: AEZ/S-120/2017, informuje, że w dniu 14.07.2017 r., w trybie art. 38 ust. 1 ustawy, wpłynęły nw. pytania, na które Zamawiający udziela odpowiedzi:

Dotyczy Pakietu 8 – Podgrzewacz do krwi oraz płynów infuzyjnych – 2 szt.

Pytanie nr 1

Prosimy o dopuszczenie podgrzewacza z fabrycznie ustawioną temperaturą ogrzewania zapewniającą bezpieczne podgrzewanie preparatów krwiopochodnych oraz płynów infuzyjnych.

Odpowiedź na pytanie nr 1

Zamawiający pozostawia zapisy bez zmian. Podgrzewacz będzie wykorzystywany w Centrum Symulacji Medycznych, w celu kształcenia studentów, w związku z tym studenci muszą mieć możliwość ćwiczenia samodzielnego ustawiania temperatury.

Z poważaniem,

Robert Paprocki

Przewodniczący Komisji Przetargowej