



WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY
MEDICAL UNIVERSITY OF WARSAW

Dział Zamówień Publicznych

Wasze pismo z dnia

Znak

Nasz znak

Data

AEZ/362/17/2017/AG

17.07.2017 r.

**Wykonawcy biorący udział
w postępowaniu AEZ/S-120/2017**

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 oraz z 2016 r. poz. 831, 996 i 1020), zwanej dalej „ustawą”, Warszawski Uniwersytet Medyczny, ul. Żwirki i Wigury 61, 02-091 Warszawa, Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa sprzętu medycznego, rehabilitacyjnego i stomatologicznego dla potrzeb jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, w podziale na pakiety, znak sprawy: AEZ/S-120/2017, informuje, że w dniu 17.07.2017 r., w trybie art. 38 ust. 1 ustawy, wpłynęły nw. pytania, na które Zamawiający udziela odpowiedzi:

Dotyczy Pakietu 8 – Podgrzewacz do krwi oraz płynów infuzyjnych – 2 szt.

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie podgrzewacza współpracującego z drenami o średnicy 4÷5 mm lub 6÷7 mm?

Odpowiedź na pytanie nr 1

Zamawiający dokonuje zmiany treści Załącznika nr 2.8 do SIWZ poprzez wykreślenie pozycji 5:

5:	Średnica drenu	w zakresie min: 3,00-4,00 mm	Należy podać
----	----------------	------------------------------	--------------

Zamawiający informuje, że zmieniony Załącznik nr 2.8 do SIWZ jest dostępny na stronie internetowej Zamawiającego, pod adresem <http://dzp.wum.edu.pl/>

Z poważaniem,


Robert Paprocki
Przewodniczący Komisji Przetargowej

Bohu