

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY
MEDICAL UNIVERSITY OF WARSAW

Dział Zamówień Publicznych

Nasz znak.

Data: 22.12.2017 r.

AEZ/362/2017/RL

Wyjaśnienie i zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zmianami) Warszawski Uniwersytet Medyczny, Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: **Dostawa wytrząsarek, wirówek i mieszadeł, w podziale na części, zwane w SIWZ pakietami. Znak sprawy: AEZ/S-210/2017**, informuje, że w trybie art. 38 ust. 1 ustawy do Zamawiającego wpłynęły pytania, na które udziela następujących odpowiedzi:

1. Dotyczy dostaw objętych Pakietem 3 – zestaw wytrząsarek:**1.1 Pytanie:**

Czy Zamawiający dopuszcza wytrząsarke typu Vortex bez regulacji czasu pracy i spełniającą pozostałe wymagania, np. model V-1 plus firmy Biosan?

1.2 Pytanie:

Czy Zamawiający dopuści wytrząsarke typu Vortex bez regulacji czasu pracy w zakresie minimum od 0 do 60 minut?

Odpowiedź na pytanie 1.1 i 1.2:

Zamawiający poprzez wykreślenie dokonuje zmiany treści w pkt. 21 Formularza wymaganych warunków technicznych, załącznika 2.3 do SIWZ, który otrzymuje brzmienie:

21	Regulacja czasu pracy	W zakresie minimum od 0 do 60 minut Nie dotyczy
----	-----------------------	-------------------------------------	----------------------



NARODOWE CENTRUM NAUKI



2. Dotyczy dostaw objętych Pakietem 7 – termo mikser z blokiem grzewczym:**2.1 Pytanie:**

Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie z prędkością grzania maksymalnie 7°C/min?

Odpowiedź:

Zamawiający dokonuje zmiany treści w poz. 8 Formularza wymaganych warunków technicznych, załącznika 2.7 do SIWZ, który otrzymuje brzmienie:

8	Prędkość ogrzewania	Nie wolniej niż 7°C/minutę przy zaoferowanym bloku grzewczym Należy podać
---	---------------------	--	-----------------------

2.2 Pytanie:

Czy Zamawiający dopuści termo mikser z możliwością zaprogramowania 10 programów?

Odpowiedź:

Zamawiający nie zgodzi się na zaoferowanie urządzenia z mniejszą niż określona w formularzu wymaganych warunków technicznych załączniku 2.7 do SIWZ, liczbą programów z regulacją temperatury oraz mieszania.

3. Pytania do wzoru umowy:**3.1 Pytanie:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu wykonania naprawy przedmiotu zamówienia do 14 dni roboczych? (§ 4 ust.3 wzoru umowy)

Odpowiedź:

Zamawiający zgadza się na wydłużenie terminu wykonania naprawy do 14 dni, jednocześnie zmienia zapis w § 4 ust. 3 wzoru umowy, który otrzymuje brzmienie:

„3. Naprawy wykonywane będą w terminie do 14 dni od dnia zgłoszenia wady. Naprawy wykonywane będą w miejscu, w którym przedmiot umowy jest używany”

3.2 Pytanie:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostarczenia nowego elementu lub przedmiotu umowy do 14 dni roboczych? (§ 4 ust.6 wzoru umowy)

Odpowiedź:

Zamawiający zgadza się na wydłużenie terminu dostarczenia nowego elementu lub przedmiotu umowy do 14 dni, jednocześnie zmienia zapis w § 4 ust. 6 wzoru umowy, który otrzymuje brzmienie:

„6. Jeżeli przedmiotu umowy lub jego elementu nie da się naprawić albo w razie wystąpienia konieczności dokonania ich czwartej naprawy, Zamawiający może żądać wymiany odpowiednio elementu lub przedmiotu umowy na wolny od wad. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć nowy element lub przedmiot umowy w terminie do 14 dni od dnia zgłoszenia żądania przez Zamawiającego. W takim przypadku okres gwarancji nowego elementu lub przedmiotu umowy rozpoczyna się od dnia jego dostarczenia”

3.3 Pytanie:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do umowy zapisu o górnym limicie kar umownych w wysokości 10% wartości niezrealizowanej części umowy?

Odpowiedź:

Zamawiający nie zgadza się na proponowaną zmianę.

3.4 Pytanie:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu (§ 6 ust. 1 ppkt 1)::

„za nieterminową naprawę lub wymianę przedmiotu umowy bezpośrednio w miejscu instalacji (wraz z instruktażem) w wysokości 0,2% wartości brutto przedmiotu umowy określonej w § 2 ust. 1 za każdy rozpoczęty dzień zwłoki;

na

„za nieterminową naprawę lub wymianę przedmiotu umowy bezpośrednio w miejscu instalacji (wraz z instruktażem) w wysokości 0,2% wartości brutto przedmiotu umowy dostarczonej ze zwłoką, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki;”

Odpowiedź:

Zamawiający nie zgadza się na proponowaną zmianę.

3.5 Pytanie:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu (§ 6 ust. 1 ppkt 2):

„za nieterminową naprawę lub wymianę przedmiotu umowy (lub jego części) w wysokości 0,2% wartości brutto przedmiotu umowy określonej § 2 ust. 1, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki;”

na

„za nieterminową naprawę lub wymianę przedmiotu umowy (lub jego części) w wysokości 0,2% wartości brutto przedmiotu umowy naprawionego lub wymienionego ze zwłoką, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki;”

Odpowiedź:

Zamawiający nie zgadza się na proponowaną zmianę.

3.6 Pytanie:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu (§ 6 ust. 1 ppkt 3):

„w wysokości 10% wartości brutto przedmiotu umowy określonej w § 2 ust.1 w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy;”

na

„w wysokości 10% wartości brutto niezrealizowanej części przedmiotu umowy określonej w § 2 ust.1 w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy;”

Odpowiedź:

Zamawiający nie zgadza się na proponowaną zmianę.

3.7 Pytanie:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu (§ 6 ust.1 ppkt 4):

„w wysokości 10% wartości brutto przedmiotu umowy określonej w § 2 ust.1 w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn nieleżących po stronie Zamawiającego;”

na

„w wysokości 10% wartości brutto niezrealizowanej części przedmiotu umowy określonej w § 2 ust.1 w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn nieleżących po stronie Zamawiającego;”

Odpowiedź:

Zamawiający nie zgadza się na proponowaną zmianę.


Zamawiający informuje, iż na stronie internetowej www.wum.edu.pl zostały zamieszczone załączniki uwzględniające powyższe zmiany.

Dotychczasowy termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie.

Termin składania ofert: 28.12.2017 r. o godz. 11:00

Termin otwarcia ofert: 28.12.2017 r. o godz. 11:10

Z poważaniem


.....
Tomasz Trybun
Przewodniczący Komisji
Przetargowej

STARSZY SPECJALISTA
Dział Zamówień Publicznych


Ryszard Lewandowski

ul. Żwirki i Wigury 61, 02-091 Warszawa
tel.: 022 572-03-99, faks: 022 572-03-45
e-mail: ryszard.lewandowski@wum.edu.pl
www.wum.edu.pl

