



WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY  
MEDICAL UNIVERSITY OF WARSAW

Dział Zamówień Publicznych

Wasze pismo z dnia

Znak

Nasz znak  
AEZ/362/1771/2018/MS

Data  
07.11.2018 r.

**Wykonawcy biorący udział  
w postępowaniu AEZ/S-122/2018**

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 t.j.) zwanej dalej ustawą, Warszawski Uniwersytet Medyczny, ul. Żwirki i Wigury 61, 02-091 Warszawa, Zamawiający w postępowaniu pn.: „Dostawa urządzeń laboratoryjnych dla potrzeb jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, w podziale na pakiety”, znak sprawy: AEZ/S-122/2018, informuje, że:

1) w trybie art. 38 ust. 1 ustawy, wpłynęły pytania, na które Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

Pytania do Pakietu 2 - Dostawa spektrofotometru:

**Pytanie nr 1**

Czy spektrofotometr ma być używany do pomiarów stężenia DNA/RNA czy też będzie służył do innych pomiarów fotometrycznych np. fizykochemicznych wody lub ścieków ?

**Odpowiedź:** Zamawiający oczekuje zaoferowania spektrofotometru, który będzie używany do pomiarów fotometrycznych na ćwiczeniach laboratoryjnych ze studentami.

Pytania do Pakietu 4 - Dostawa komory do PCR:

**Pytanie nr 1**

Czy Zamawiający dopuszcza podstawę mobilną z szufladą zamiast półki i o wymiarach (szer. x gł. x wys.) 800x600x750 mm ?

**Pytanie nr 2**

Producent komory oferuje co prawda podstawę mobilną z półką nadstawną, ale ten typ podstawy jest dedykowany do większych komór i ma wymiary (szer. x gł. x wys.) 1290x600x1670 mm.

Prosimy więc o potwierdzenie jakiego typu podstawę mobilną wymaga Zamawiający.

**Odpowiedź na pytanie 1 i 2:** Zamawiający wymaga zaoferowania komory z podstawą mobilną, której przestrzeń jest niezabudowana, o wymiarach jak w SIWZ tj. o min. [szer. x gł. x wys.] 800 x 600 x 770 mm, z półką.

2) w trybie art. 38 ust. 4 ustawy, dokonuje zmiany Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w poniższym zakresie:

a) nadanie w ust. 1 w Rozdziale III SIWZ nowego brzmienia w zakresie liczby sztuk w opisie Pakietu 2:

„Pakiet 2 – Dostawa spektrofotometru (1 szt.)”;

b) zmianę treści w Załączniku nr 1.2 - Formularz ofertowy poprzez zmianę ilości sztuk z 2 na 1 w nagłówku formularza: „Pakiet 2 – Dostawa spektrofotometru (2 1 szt.)” i w ust. 2 formularza: oferuję wykonanie zamówienia - Dostawa spektrofotometru – 2 1 szt. (Pakiet 2) oraz poprzez

wykreślenie z ust. 2 tabeli kalkulacji szczegółowej;

c) zmianę treści w Załączniku nr 2.2 - Formularz wymaganych warunków technicznych poprzez zmianę ilości sztuk z 2 na 1 w nagłówku formularza: „Pakiet 2 – Dostawa spektrofotometru (2 1 szt.)”, w nagłówku tabeli: „Pakiet 2 – Dostawa spektrofotometru (2 1 szt.)” i w ust. 4 tabeli: „liczba szt.: 2 1 szt.”.

W związku z powyższym Zamawiający dokonał stosownej zmiany w Ogłoszeniu o zamówieniu.

Na stronie internetowej Zamawiającego [www.wum.edu.pl](http://www.wum.edu.pl) został zamieszczony zmieniony Załącznik nr 1.2 - Formularz ofertowy, Załącznik nr 2.2 - Formularz wymaganych warunków technicznych.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia dostępne jest na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych [www.bzp.uzp.gov.pl](http://www.bzp.uzp.gov.pl) oraz na stronie internetowej Zamawiającego [www.wum.edu.pl](http://www.wum.edu.pl).

Zamawiający dokonuje zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz Ogłoszenia o zamówieniu ustalając:


- termin składania ofert na dzień: 14.11.2018 r. do godz. 10:00

oraz

- otwarcia ofert na dzień: 14.11.2018 r. o godz. 10:30.

Miejsce składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian.

Z poważaniem,



Robert Paprocki  
Przewodniczący Komisji Przetargowej

KIEROWNIK  
Działu Zamówień Publicznych

Jerzy Polijaniuk  
SPECJALISTA  
Działu Zamówień Publicznych

Malwina Szczawińska

ul. Żwirki i Wigury 61, 02-091 Warszawa  
tel.: 22 57-20-347, faks: 22 57-20-331  
e-mail: malwina.szczawinska@wum.edu.pl  
[www.wum.edu.pl](http://www.wum.edu.pl)