



Dział Zamówień Publicznych

Wasze pismo z dnia

Znak

Nasz znak

AEZ/362/1663/2017/EA

Data

14.07.2017 r.

Wykonawcy biorący udział
w postępowaniu AEZ/S-122/2017

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), zwanej dalej „ustawą”, Warszawski Uniwersytet Medyczny, ul. Żwirki i Wigury 61, 02-091 Warszawa, Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. **Dostawa regałów i klatek oraz sprzętu do celów badawczych dla zwierząt doświadczalnych, w podziale na pakiety, znak sprawy AEZ/S-122/2017,**

informuje, że w dniu 12.07.2017 r., w trybie art. 38 ust. 1 ustawy, wpłynęły nw. pytania, na które Zamawiający udziela odpowiedzi:

Pakiet 2 - dostawa regału indywidualnie wentylowanego IVC z wyposażeniem:

Pytanie 1

Pkt 2.6. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie regału, który nie jest zaopatrzony w sensory, lecz ma możliwość późniejszego doposażenia w autoklawowalne w 121°C i nadające się do mycia sensory?

Odpowiedź na pytanie 1

Nie, zamawiający podtrzymuje warunek zaopatrzenia regału w sensory (zgodnie z punktem 2.5) nadające się do mycia i autoklawowania w 121°C.

Pytanie 2

Pkt 2.7. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie regału, który posiada możliwość późniejszego doposażenia w system czujników zlokalizowanych poza klatką zdolnych do wykrycia zalania klatki w przypadku na przykład rozszczenia kapsla?

Wyspecyfikowany przez Zamawiającego regał umożliwi podawanie wody zwierzętom przy użyciu butelek, a nie automatycznego systemu pojenia.

Odpowiedź na pytanie 2

Tak, zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie regału, który będzie posiadał możliwość późniejszego doposażenia w system czujników zlokalizowanych poza klatką zdolnych do wykrycia zalania klatki w przypadku usterki systemu pojenia.

Zamawiający nadaje w pkt. 2.7 nowe brzmienie:

*Regał umożliwiać będzie późniejsze jego wyposażenie w system czujników zlokalizowanych poza klatką zdolnych do wykrycia zalania klatki w przypadku usterki ~~zaworów w automatycznym systemie pojenia.~~
systemu pojenia.*

Pytanie 3

Pkt 4.6. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie metalowych kapsli z noskiem (końcówką) o długości 34 mm.

Kapsle z noskiem o długości 34 mm są w pełni kompatybilne z oferowaną klatką indywidualnie wentylowaną oraz umożliwiają zwierzętom swobodny dostęp do wody.

Odpowiedź na pytanie 3

Tak, zamawiający wyraża zgodę na kapsle z noskiem o długości 34 mm.

Zamawiający nadaje w pkt. 4.6 nowe brzmienie:

Dodatkowe butelki z polisulfonu o pojemności 250-300 ml, zaopatrzone w uszczelkę silikonową, i metalowy kapsel z ~~długą~~końcówką o długości minimum 3,4 cm (5-7cm), 30 szt.

Zamawiający dokonał zmiany Formularza wymaganych warunków technicznych stanowiącego Załącznik 2.2 do SIWZ. Zmieniony Załącznik jest dostępny na stronie internetowej Zamawiającego.

Z poważaniem,


Przewodniczący Komisji Przetargowej
Tomasz Trybun

KIEROWNIK
Działu Zamówień Publicznych


Jerzy Polijaniuk

ul. Żwirki i Wigury 61, 02-091 Warszawa
tel.: 22 57 20 314, faks: 22 57 20 331
e-mail: ewa.andrzejewska@wum.edu.pl
www.wum.edu.pl