



WARSZAWSKI UNIwersYTET MEDYCZNY
MEDICAL UNIVERSITY OF WARSAW

Dział Zamówień Publicznych

Wasze pismo z dnia

Znak

Nasz znak
AEZ/362/~~2.1.56~~/2017/MJ

Data
M..09.2017r.

Wykonawcy biorący udział
w postępowaniu nr AEZ/S-141/2017

Wyjaśnienia treści SIWZ

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579), Warszawski Uniwersytet Medyczny, ul. Żwirki i Wigury 61, 02-091 Warszawa, Zamawiający w postępowaniu p.n. *Dostawa sprzętu do rehabilitacji i symulacji dla jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, w podziale na pakiety; znak sprawy AEZ/S-141/2017*, informuje, że w dniu 11.09.2017r. wpłynęły do Zamawiającego pytania o następującej treści:

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy urządzenie ROTOR do terapii ruchowej kończyn dolnych i górnych produkcji niemieckiej z biofeedbackiem, które jest wyposażone w monitor dotykowy o wymiarach 8,5 cmX 11,5 cm o z dobrą kontrastowością, składający się z wyświetlacza pokazującego wszystkie tryby pracy urządzenia, oraz specjalnie skonstruowanych dotykowych przycisków służących do ustawiania żądanych funkcji, a nie obsługuje urządzenie za pomocą pilota przewodowego z wyświetlaczem cyfrowym?

Odpowiedź nr 1

Zamawiający podtrzymuje wymagania dotyczące obsługi urządzenia za pomocą pilota

Pytanie nr 2

Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy urządzenie do terapii ruchowej rotor elektryczny -rehabilitacyjny do ćwiczeń kończyn dolnych i górnych produkcji niemieckiej z biofeedbackiem, z 14 programami terapeutycznymi, które posiada następujące parametry wymiarów : dł./szer/wys : 94/60/56.

Odpowiedź nr 2

Zamawiający podtrzymuje wymagania dotyczące wymiarów maksymalnych urządzenia.

Z poważaniem
Przewodniczący Komisji Przetargowej
Robert Paprocki