



WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY  
MEDICAL UNIVERSITY OF WARSAW

Dział Zamówień Publicznych

Nasz znak.

Data: 18.01.2018 r.

AEZ/362/166/2018/RL

**Wyjaśnienie i zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia**

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zmianami ) Warszawski Uniwersytet Medyczny, Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: **Dostawa urządzeń chłodniczych, w podziale na części zwane pakietami, znak sprawy: AEZ/S-003/2018**, informuje, że w trybie art. 38 ust. 1 ustawy do Zamawiającego wpłynęły pytania, na które udziela następujących odpowiedzi:

**1. Dotyczy dostaw objętych Pakietem 6 – zamrażarka szufladowa:**

**1.1 Pytanie:**

Czy Zamawiający dopuści zamrażarkę szufladową o klasie klimatycznej 7 ( temp. otoczenia od +10°C do +35°C)? od 1 lipca 2016 roku obowiązuje zmieniona klasyfikacja profesjonalnych urządzeń chłodniczych według klas klimatycznych na klasy 3, 4, 5 i 7. Jeśli nie, proszę o wyjaśnienie,

**Odpowiedź:**

Zamawiający poprzez wykreślenie dokonuje zmiany treści w pkt. 26 Formularza wymaganych warunków technicznych, załącznika 2.6 do SIWZ, który otrzymuje brzmienie:

26	Klasa klimatyczna	Nie gorsza niż SN-ST	..... Notefy-pudło
----	-------------------	----------------------	-----------------------

**1.2 Pytanie:**

Czy Zamawiający dopuści zamrażarkę szufladową bez określenia klasy energetycznej? Sprzęt laboratoryjny nie jest klasyfikowany według klas energetycznych, dotyczy to jedynie sprzętu domowego. Czy w związku z powyższym Zamawiający odstąpi od wymogu określenia klasy energetycznej? Zaoferowana zamrażarka szufladowa posiada zużycie energii wynoszące 1,309 kWh/24H. Jeśli nie, proszę o wyjaśnienie

**Odpowiedź:**

Zamawiający poprzez wykreślenie dokonuje zmiany treści w pkt. 29 Formularza wymaganych warunków technicznych, załącznika 2.6 do SIWZ, który otrzymuje brzmienie:

29	Klasa energetyczna	Minimum A	..... Notefy-pudło
----	--------------------	-----------	-----------------------

**2. Dotyczy dostaw objętych Pakietem 7 – chłodziarko zamrażarka i zamrażarka:**

**2.1 Pytanie:**

Proszę o zmianę parametru, dotyczącego **czasu utrzymania temperatury w przypadku braku zasilania dla zamrażarki z pakietu 7 na min. 12 godzin.** Sklepy internetowe, które

podają specyfikację dla właściwego urządzenia, spełniającego pozostałe parametry zawarte w postępowaniu nie przedstawiają rzeczywistej wartości dla ww. wymagania. Na stronie producenta oraz podczas rozmowy z jego przedstawicielem, uzyskaliśmy informację, że czas utrzymywania temperatury **wynosi 12 a nie 14 godzin**

**Odpowiedź:**

Zamawiający dokonuje zmiany treści w pkt. 69 Formularza wymaganych warunków technicznych, załącznika 2.7 do SIWZ, który otrzymuje brzmienie:

69	Czas utrzymania temperatury w przypadku braku zasilania	Minimum 12 h	..... Należy podać
----	---	--------------	-----------------------

**Zamawiający informuje, iż na stronie internetowej [www.wum.edu.pl](http://www.wum.edu.pl) zostały zamieszczone załączniki uwzględniające powyższe zmiany.**

**Dotychczasowy termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie.**

**Termin składania ofert: 23.01.2018 r. o godz. 11:00**

**Termin otwarcia ofert: 23.01.2018 r. o godz. 11:10**

Z poważaniem

.....  
 Robert Paprocki  
 Przewodniczący  
 Komisji przetargowej

STARSZY SPECJALISTA  
 Dział Zamówień Publicznych

Ryszard Lewandowski

KIEROWNIK  
 Działu Zamówień Publicznych  
 ul. Zwirki i Wigury 61, 02-091 Warszawa  
 tel.: 022 572-03-99, faks: 022 572-03-45  
 e-mail: ryszard.lewandowski@wum.edu.pl  
 www.wum.edu.pl

Jerzy Polijaniuk