



WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY  
MEDICAL UNIVERSITY OF WARSAW

Dział Zamówień Publicznych

Wasze pismo z dnia

Znak

Nasz znak  
AEZ/362/ 422 /2017/JF

Data

06.03.2017 r.

Wykonawcy biorący udział  
w postępowaniu AEZ/S-192/2016

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 oraz z 2016 r. poz. 831, 996 i 1020) zwanej dalej „ustawą”, Warszawski Uniwersytet Medyczny, ul. Żwirki i Wigury 61, 02-091 Warszawa, Zamawiający w postępowaniu pn.: *Dostawa w leasingu finansowym systemu do analiz jakościowych i ilościowych*, znak sprawy: AEZ/S-192/2016,

informuje, że w dniu 03.03.2017r. w trybie art. 38 ust. 1 ustawy, wpłynęły pytania, na które Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

Pytanie nr 1:

Czy Zamawiający dopuści generator bez wbudowanego kompresora bezolejowego, ale wbudowany w stół pod spektrometr?

Odpowiedź:

Zamawiający dokonuje zmiany treści poz.1.16.1 Załącznika 2 do SIWZ (*Formularz wymaganych warunków technicznych*), nadając jej brzmienie:

1.16.1.	Cechy urządzenia	<ul style="list-style-type: none"><li>- Generator azotu zapewniający odpowiednie wartości ciśnienia i natężenia przepływu na wyjściu w sposób gwarantujący właściwą pracę tandemowego spektrometru fourierowskim,</li><li>- kompresor bezolejowy</li></ul>	..... Tak/Nie
---------	------------------	--	------------------

Zmieniony Załącznik nr 2 do SIWZ (*Formularz wymaganych warunków technicznych*), Zamawiający zamieścił na stronie internetowej [www.wum.edu.pl](http://www.wum.edu.pl).

Termin, miejsce składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian.

Z poważaniem,

Zbigniew Fijałek  
Przewodniczący Komisji Przetargowej

KIEROWNIK  
Działu Zamówień Publicznych

Jerzy Poljaniuk

ul. Żwirki i Wigury 61, 02-091 Warszawa  
tel.: 0-22 57-20-317, faks: 0-22 57-20-345  
e-mail: joanna.fidor@wum.edu.pl  
www.wum.edu.pl