

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY
MEDICAL UNIVERSITY OF WARSAW

Dział Zamówień Publicznych

Nasz znak.

Data: 08.03.2018 r.

AEZ/362/..575/2018/RL

Wyjaśnienie i zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zmianami) Warszawski Uniwersytet Medyczny, Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: **Dostawa urządzeń laboratoryjnych w podziale na części zamówienia zwane pakietami, znak sprawy: AEZ/S-017/2018**, informuje, że w trybie art. 38 ust. 1 ustawy do Zamawiającego wpłynęły pytania, na które udziela następujących odpowiedzi:

1. Dotyczy dostaw objętych Pakietem 1 – wytrząsarka:**1.1 Pytanie:**

Czy Zamawiający dopuści do postępowania wytrząsarkę o orbicie 1,9 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający opisał swoje wymagania w tym zakresie w poz. 6 Formularza wymaganych warunków technicznych załączniku nr 2.1 do SIWZ i nie zgodzi się na zaoferowanie urządzenia nie spełniającego tak opisanego warunku.

1.2 Pytanie:

Czy Zamawiający dopuści do postępowania urządzenie o maksymalnym obciążeniu platformy 15,9 kg?

Odpowiedź:

Zamawiający opisał swoje wymagania w tym zakresie w poz. 13 Formularza wymaganych warunków technicznych załączniku nr 2.1 do SIWZ i nie zgodzi się na zaoferowanie urządzenia nie spełniającego tak opisanego warunku.

1.3 Pytanie:

Czy Zamawiający dopuści wytrząsarkę z platformą roboczą o powierzchni 580 x 520 mm?

1.4 Pytanie:

Czy Zamawiający dopuści wytrząsarkę z platformą roboczą o powierzchni 660 x 520 mm?

Odpowiedź na pytanie 1.3 i 1.4:

Zamawiający dokonuje zmiany treści w poz. 12 Formularza wymaganych warunków technicznych, załącznika 2.1 do SIWZ, który otrzymuje brzmienie:

12	Powierzchnia platformy roboczej	Minimum (600 x 440)mm Należy podać
----	---------------------------------	-------------------------	-----------------------

1.5 Pytanie:

Czy Zamawiający dopuści wytrząsarkę o wadze 65 kg?

Odpowiedź:

Zamawiający dokonuje zmiany treści w poz. 16 Formularza wymaganych warunków technicznych, załącznika 2.1 do SIWZ, który otrzymuje brzmienie:

16	Waga urządzenia	maksimum 65 kg Należy podać
----	-----------------	----------------	-----------------------

2. Dotyczy dostaw objętych Pakietem 2 – mieszadło magnetyczne z grzaniem:**2.1 Pytanie:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie urządzenia z temperaturą grzania: od temperatury pokojowej do maksimum +280°C przy zachowaniu pozostałych parametrów?

Odpowiedź:

Zamawiający dokonuje zmiany treści w poz. 11 Formularza wymaganych warunków technicznych, załącznika 2.2 do SIWZ, który otrzymuje brzmienie:

11	Temperatura grzania	od temperatury pokojowej do maksimum (od +280°C do +300°C) Należy podać
----	---------------------	--	-----------------------

3. Dotyczy dostaw objętych Pakietem 5 – wytrząsarki:**3.1 Pytanie:**

Czy Zamawiający dopuści wytrząsarkę o amplitudzie 4mm?

3.2 Pytanie:

Czy Zamawiający do postępowania Vortex z amplitudą ruchu orbitalnego 4,2 mm?

3.3 Pytanie:

Czy Zamawiający dopuści wytrząsarki o amplitudzie 4 mm?

Odpowiedź na pytanie 5.1, 5.2 i 5.3:

Zamawiający opisał swoje wymagania w tym zakresie w poz. 13 i poz. 14 Formularza wymaganych warunków technicznych załącznika 2.5 do SIWZ i nie zgodzi się na zaoferowanie urządzenia nie spełniającego tak opisanych wymagań.

3.4 Pytanie:

Czy Zamawiający dopuści urządzenie o mocy maksymalnie 80W?

3.5 Pytanie:

Czy Zamawiający dopuści wytrząsarki o mocy 60W?

Odpowiedź na pytanie 5.4 i 5.5:

Zamawiający dokonuje zmiany treści w poz. 17 Formularza wymaganych warunków technicznych, załącznika 2.5 do SIWZ, który otrzymuje brzmienie:

17	Moc	Maksimum 80 W Należy podać
----	-----	---------------	-----------------------

4. Dotyczy dostaw objętych Pakietem 6 – wytrząsarka mikro płytkowa:

4.1 Pytanie:

Czy Zamawiający dopuści wytrząsarke z prędkością wytrząsania 300-1200 rpm?

Odpowiedź:

Zamawiający określił swoje wymagania w tym zakresie w poz. 6 Formularza wymaganych warunków technicznych i nie odstąpi od tak sformułowanego warunku.

4.2 Pytanie:

Czy Zamawiający nie popełnił błędu w pkt 24 SIWZ i wymaga dostarczenia wytrząsarki z 2 pokrywami?

Odpowiedź:

Zamawiający dokonuje zmiany treści w poz. 24 Formularza wymaganych warunków technicznych, załącznika 2.6 do SIWZ, który otrzymuje brzmienie:

24	Pokrywa	Wewnętrzna i zewnętrzna razem liczba szt.: 2 szt Tak/Nie
----	---------	---	------------------

4.3 Pytanie:

Czy Zamawiający dopuści wytrząsarke o mocy 150 W?

Odpowiedź:

Zamawiający dokonuje zmiany treści w poz. 27 Formularza wymaganych warunków technicznych, załącznika 2.6 do SIWZ, który otrzymuje brzmienie:

27	Pobór mocy	Maksimum 150 W Należy podać
----	------------	----------------	-----------------------

4.4 Pytanie:

Czy Zamawiający dopuści wytrząsarke o wysokości 157 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający dokonuje zmiany treści w poz. 29 Formularza wymaganych warunków technicznych, załącznika 2.6 do SIWZ, który otrzymuje brzmienie:

29	Wymiary urządzenia	Maksimum (400 x 300 x 157) mm Należy podać
----	--------------------	---------------------------------	-----------------------

5. Dotyczy dostaw objętych Pakietem 7 – miniwirówka:**5.1 Pytanie:**

Czy Zamawiający dopuszcza czas rozpędzania do 15000 rpm optymalny dla zachowania maksymalnej trwałości silnika, tj. do 30 sekund (w zależności od stopnia załadowania rotora) i czas do pełnego zatrzymania od maksymalnej prędkości 15000 rpm optymalny dla wrażliwych wirowanych próbek do 40 sekund, przy spełnieniu pozostałych wymagań?

Odpowiedź:

Zamawiający nie zgodzi się na wydłużenie czasów rozpędzania i hamowania ponieważ planowany czas wirowania próbek przez urządzenie jest zbyt krótki.

7.2 Pytanie:

Be
of

Czy Zamawiający dopuści rotor o pojemności 24 x 1,5/2 ml posiadający możliwość wirowania mniejszej ilości probówek?

Odpowiedź:

Zamawiający opisał swoje wymagania w poz. 8 i 9 Formularza wymaganych warunków technicznych załącznika 2.7 do SIWZ i nie zgodzi się na ich zmianę

7.3 Pytanie:

Czy Zamawiający dopuści rotor o pojemności 4 x 8 probówek do PCR w pasku, posiadający możliwość wirowania mniejszej ilości probówek?

Odpowiedź:

Zamawiający opisał swoje wymagania w poz. 10, 11 i 12 Formularza wymaganych warunków technicznych załącznika 2.7 do SIWZ i nie zgodzi się na ich zmianę

7.4 Pytanie:

Czy Zamawiający w celu zwiększenia konkurencyjności ofert dopuści wirówkę oferującą możliwość ustawienia 9 programów użytkownika oraz posiadającą 3 charakterystyki rozpędzania i hamowania, bez automatycznego otwierania pokrywy na zakończenie wirowania, czasach rozpędzania i hamowania 26/19 sekund, spełniającą wszystkie pozostałe parametry techniczne?

Odpowiedź:

Zamawiający nie zgodzi się na zaoferowanie wirówki nie spełniającej opisanych w Formularzu wymaganych warunków, załączniku nr 2.7 do SIWZ wymagań.

6. Dotyczy dostaw objętych Pakietem 10 – wytrząsarka typu Vorteks:

6.1 Pytanie:

Czy Zamawiający dopuści wytrząsarkę typu Vortex o amplitudzie 4mm ?

6.2 Pytanie:

Czy Zamawiający dopuści do postępowania Vortex z amplitudą ruchu orbitalnego 4,2 mm?

Odpowiedź na pytania 10.1 i 10.2:

Zamawiający dokonuje zmiany treści w poz. 12 Formularza wymaganych warunków technicznych, załącznika 2.10 do SIWZ, który otrzymuje brzmienie:

12	Amplituda ruchu orbitalnego.	Minimum 4,00 mm Należy podać
----	------------------------------	-----------------	-----------------------

7. Dotyczy dostaw objętych Pakietem 11 – wirówka Vorteks:

7.1 Pytanie:

Czy Zamawiający dopuszcza 1 rotor o pojemności 12 x 0,5 ml i 12 x 0,2 ml (razem 24 probówki) zamiast dwóch rotorów (12 x 0,5 ml i 12 x 0,2 ml)?

Odpowiedź:

PL
[signature]

Zamawiający dokonuje zmiany treści w poz. 8 i poz. 9 Formularza wymaganych warunków technicznych, załącznika 2.11 do SIWZ, który otrzymuje brzmienie:

8	Rotory (w cenie oferty razem z dostawą)	12 x 05 ml + 12 x 0,2 ml liczba szt. 1 szt, lub (12 x 05 ml liczba szt 1 szt, 12 x 02 ml liczba szt 1 szt.) Należy podać
9		12 x 02 ml liczba szt 1 szt Tak/Nie

Ponadto Zamawiający dokonuje zmiany treści w poz. 1 Formularza wymaganych warunków technicznych załącznika 2.11 do SIWZ, który otrzymuje brzmienie:

1	Wirówko wortex	producent Należy podać
		model Należy podać
		Nowy, nieużywany Tak/Nie

Pytania do wzoru umowy:

1.1 Pytanie:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na naliczanie kar od wartości NETTO przedmiotu umowy? (Dotyczy § 6 ust.1 pkt 1 i pkt 2)

Odpowiedź:

Zamawiający nie zgodzi się na zmianę w tym zakresie.

1.2 Pytanie:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie procenta naliczanej kary do max. 5% wartości NETTO umowy? (Dotyczy § 6 ust.1 pkt 3 i pkt 4)

Odpowiedź:

Zamawiający nie zgodzi się na zmianę w tym zakresie.

1.3 Pytanie:

W przypadku konieczności dostarczenia dokumentów w postaci papierowej, czy Zamawiający wyrazi zgodę na przesłanie ich w postaci zbindowanych tomów, gdzie poświadczenie za zgodność będzie widniało tylko na pierwszej stronie tomu dla jego pozostałych stron?

Odpowiedź:

Zamawiający opisał sposób przygotowania oferty w Rozdziale XX SIWZ i nie zmienia zawartych w nim wymagań.

1.4 Pytanie:

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę § 4 ust. 3 umowy poprzez dodanie zapisu: „W przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych od producenta lub odesłania urządzenia do producenta w celu dokonania naprawy, czas na wykonanie naprawy wynosi 21 dni roboczych.”?

Odpowiedź:

Zamawiający nie zgodzi się na zmianę w tym zakresie.


Zamawiający informuje, iż na stronie internetowej www.wum.edu.pl zostały zamieszczone załączniki uwzględniające powyższe zmiany.

Dotychczasowy termin składania i otwarcia ofert ulega zmianie.

Termin składania ofert: 14.03.2018 r. o godz. 11:00

Termin otwarcia ofert: 14.03.2018 r. o godz. 11:10

Z poważaniem


.....
Robert Paprocki
Przewodniczący
Komisji przetargowej

STARSZY SPECJALISTA
Dział Zamówień Publicznych


Ryszard Lewandowski

ul. Żwirki i Wigury 61, 02-091 Warszawa
tel.: 022 572-03-99, faks: 022 572-03-45
e-mail: ryszard.lewandowski@wum.edu.pl
www.wum.edu.pl

