



WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY
MEDICAL UNIVERSITY OF WARSAW

Dział Zamówień Publicznych

Wasze pismo z dnia Znak

Nasz znak
AEZ/362/1484/2015/UK

Data
27.08.2015r.

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu
Nr AEZ/S-115/2015

Wyjaśnienie i zmiana treści SIWZ

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 907 ze zm.) zwanej dalej „ustawą”, Warszawski Uniwersytet Medyczny, ul. Żwirki i Wigury 61, 02-091 Warszawa, Zamawiający w postępowaniu pn.: *Dostawa wyposażenia dla potrzeb Centrum Sportowo-Rehabilitacyjnego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego*, znak sprawy: AEZ/S-115/2015, informuje, że w dniu 26.08.2015r. w trybie art. 38 ust. 1 ustawy, wpłynęły pytania, na które Zamawiający udziela odpowiedzi:

Pytanie 1

Czy Zamawiający dopuści ofertę na pakiet nr 10 zawierający m.in. parawany pojedyncze medyczne z możliwością ich składania, bez pokrętła blokującego oraz stelażem wykonanym z rur stalowych chromowanych.

Pozostałe parametry zgodne z oczekiwaniami Zamawiającego

Odpowiedź 1

Zamawiający dokonuje zmiany treści Załącznika nr 2.10 do SIWZ (*Formularz wymaganych warunków technicznych*) w zakresie pozycji „Parawan pojedynczy – 20 szt.”, w pkt 2, który otrzymuje brzmienie:

2	Konstrukcja	metalowa, lakierowana proszkowo lub stalowa chromowana	Należy podać
		- układ jezdny z kółkami - pokrętło blokujące - zasłona biała - możliwość złożenia	TAK/NIE

Zamawiający informuje, iż na stronie internetowej www.wum.edu.pl został zamieszczony Załącznik 2.10 uwzględniający powyższe zmiany.

Termin składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

Z poważaniem,
Przewodniczący Komisji Przetargowej


Robert Maziński