



WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY  
MEDICAL UNIVERSITY OF WARSAW

Dział Zamówień Publicznych

Wasze pismo z dnia Znak

Nasz znak  
AEZ/362/1808/2015/UK

Data  
31.08.2015r.

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu  
Nr AEZ/S-115/2015

Wyjaśnienie i zmiana treści SIWZ

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 907 ze zm.) zwanej dalej „ustawą”, Warszawski Uniwersytet Medyczny, ul. Żwirki i Wigury 61, 02-091 Warszawa, Zamawiający w postępowaniu pn.: *Dostawa wyposażenia dla potrzeb Centrum Sportowo-Rehabilitacyjnego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego*, znak sprawy: AEZ/S-115/2015, informuje, że w dniu 28.08.2015r. w trybie art. 38 ust. 1 ustawy, wpłynęły pytania, na które Zamawiający udziela odpowiedzi:

Pytanie 1

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w zakresie pakietu nr 10 sprzęt szpitalny z 24-miesięczną gwarancją producenta?

Odpowiedź 1

Zamawiający nie dopuszcza zmiany wymaganego okresu gwarancji dla sprzętu objętego Pakietem 10. Okres gwarancji stanowi kryterium oceny ofert.

Pytanie 2

**Szafa laboratoryjna oszklona - 5 szt.**

1. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafę laboratoryjną o szerokości 600mm?  
Proponowany parametr nieznacznie odbiega od wymaganego.
2. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafę laboratoryjną o głębokości 435mm?  
Proponowany parametr nieznacznie odbiega od wymaganego.

Odpowiedź 2

Zamawiający dokonuje zmiany treści Załącznika nr 2.10 do SIWZ (*Formularz wymaganych warunków technicznych*) w zakresie pozycji „Szafa laboratoryjna oszklona – 5 szt.”, w pkt 3, 4 i 5, który otrzymuje brzmienie:

3	Wymiary	<b>szerokość: 500 mm (+/- 100 mm)</b>	<i>Należy podać</i>
4		<b>wysokość: 2000 mm (+/- 100 mm)</b>	<i>Należy podać</i>
5		<b>głębokość: 500 mm (+/- 100 mm)</b>	<i>Należy podać</i>

Pytanie 3

**Stolik mobilny na sprzęt zabiegowy – 16 szt.**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stolik mobilny na sprzęt zabiegowy o konstrukcji stalowej malowanej proszkowo na kolor biały (RAL 9003)?



INFRASTRUKTURA  
I ŚRODOWISKO  
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



WARSZAWSKI  
UNIWERSYTET  
MEDYCZNY

UNIA EUROPEJSKA  
EUROPEJSKI FUNDUSZ  
ROZWOJU REGIONALNEGO



### **Odpowiedź 3**

Zamawiający dokonuje zmiany treści Załącznika nr 2.10 do SIWZ (*Formularz wymaganych warunków technicznych*) w zakresie pozycji „Stolik mobilny na sprzęt zabiegowy – 16 szt.”, w pkt 2, który otrzymuje brzmienie:

2	Konstrukcja	metalowy malowany proszkowo na kolor szary lub biały	<i>Należy podać</i>
---	-------------	--	---------------------

Zamawiający informuje, iż na stronie internetowej [www.wum.edu.pl](http://www.wum.edu.pl) został zamieszczony Załącznik 2.10 uwzględniający powyższe zmiany.

**Termin składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.**

Z poważaniem,  
Przewodniczący Komisji Przetargowej

Robert Maziński

