



WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY  
MEDICAL UNIVERSITY OF WARSAW

Dział Zamówień Publicznych

Wasze pismo z dnia:

Znak:

Nasz znak:

Data:

AEZ/362/1818/2015/1818

31.08.2015

Wykonawcy zainteresowani  
udziałem w postępowaniu  
AEZ/S-110/2015

**Wyjaśnienie i zmiany treści SIWZ**

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 i ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.), zwanej dalej „ustawą”, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. **Dostawa aparatury i sprzętu rehabilitacyjnego, mebli specjalistycznych i wyposażenia dla potrzeb Zakładu Rehabilitacji Centrum Sportowo-Rehabilitacyjnego, w podziale na pakiety**, znak sprawy: AEZ/S-110/2015, informuje, że poniżej udziela odpowiedzi na pytanie zadane w trybie art. 38 ust. 1 oraz dokonuje zmiany treści SIWZ:

1) dotyczy Pakietu 5:

**Pytanie:**

Czy Zamawiający dopuści stół rehabilitacyjny elektryczny z regulacją zagłówka  $-85/+35^\circ$ ?

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje (pozostawia bez zmian) wymaganie dotyczące regulacji zagłówka w zakresie  $\geq (-90^\circ \div 60^\circ)$ . W opinii Zamawiającego zaproponowany w pytaniu mniejszy zakres regulacji zagłówka może być niewystarczający i negatywnie wpływać na technikę przeprowadzania niektórych zabiegów, a zatem również na ich skuteczność.

2) na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Zamawiający dokonuje następującej zmiany treści SIWZ:

a) Zamawiający dokonuje zmiany treści w Załączniku nr 2.5 do SIWZ *Formularz wymaganych warunków technicznych* w pkt 2 (stół do masażu i terapii manualnej – 12 szt.) w poz. 14 tabeli, nadając jej następujące brzmienie:

|     |                             |                                       |                       |
|-----|-----------------------------|---------------------------------------|-----------------------|
| 14. | Regulacja wysokości leżyska | w zakresie:<br>$\geq (60 \div 95)$ cm | .....<br>Należy podać |
|-----|-----------------------------|---------------------------------------|-----------------------|

b) Zamawiający dokonuje zmiany treści w Załączniku nr 2.3 do SIWZ *Formularz wymaganych warunków technicznych* w pkt 1 (aparat do diatermii krótkofalowej - 1 szt.) w poz. 11 tabeli, nadając jej następujące brzmienie:

|     |                               |  |                       |
|-----|-------------------------------|--|-----------------------|
| 11. | Wymagany czas trwania impulsu | zakres regulacji czasu trwania impulsu:<br>$\geq (65 \div 400)$ $\mu$ s, w odstępach nie większych niż 100 $\mu$ s | .....<br>Należy podać |
|-----|-------------------------------|--|-----------------------|



Jednocześnie Zamawiający informuje, że na stronie internetowej [www.wum.edu.pl](http://www.wum.edu.pl) został zamieszczony zmieniony Załącznik nr 2.3 do SIWZ oraz Załącznik nr 2.5 do SIWZ, uwzględniające zmiany, o których mowa w niniejszym piśmie.

Ponadto Zamawiający informuje, że ze względu na powyższe wyjaśnienia i zmiany SIWZ, Zamawiający dokonał zmiany treści SIWZ w zakresie terminu składania i otwarcia ofert, przekazując także do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej „ogłoszenie dodatkowych informacji, informacji o niekompletnej procedurze lub sprostowanie”, zawierające informację o ww. zmianie terminu składania i otwarcia ofert.

Nowy termin składania i otwarcia ofert Zamawiający ustala na dzień:

- składanie ofert: 07.09.2015 r. do godz. 13:00
- otwarcie ofert: 07.09.2015 r. o godz. 13:30

Miejsce składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie.

Z poważaniem  
Przewodniczący Komisji Przetargowej

Wojciech Gruchoła