



WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY
MEDICAL UNIVERSITY OF WARSAW

Dział Zamówień Publicznych

Wasze pismo z dnia

Znak

Nasz znak
AEZ/362/2050../2015/IS

Dat
29.09...2015 r.

**Wykonawcy biorący udział
w postępowaniu AEZ/S-129/2015**

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 907 ze zm.), zwanej dalej „ustawą”, Warszawski Uniwersytet Medyczny, ul. Żwirki i Wigury 61, 02-091 Warszawa, Zamawiający w postępowaniu pn. „Dostawa urządzeń medycznych dla potrzeb Szpitala Pediatrycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, w podziale na pakiety, znak sprawy AEZ/S-129/2015

Dotyczy: przedmiot zamówienia – pakiet nr 2 – aparaty do znieczulenia dla dzieci i młodzieży, po dokonaniu zmian zapisów w dniu 22.09.2015 i 25.09.2015 r .

brzmienie pkt 27. przed zmianą (wymóg)

27.	Całkowita pojemność układu (nie licząc worka i rur oddechowych)	max. 3,5l	Należy podać
-----	---	-----------	--------------

brzmienie pkt 27. po zmianie (wymóg)

Całkowita pojemność układu od tłoka (nie licząc worka i rur oddechowych)	max. 4 l	Należy podać
--	----------	--------------

Prosimy o potwierdzenie Zamawiającego, że brzmienie punktu 27. po zmianie dotyczy nie tylko aparatów z tłokiem ale wszystkich typów aparatów do znieczulenia spełniających wymogi SIWZ, (np. aparatów z miechem), których całkowita pojemność układu oddechowego nie licząc worka i rur oddechowych wynosi maksymalnie 4 l .

Prośbę swoją motywujemy tym, że nie wszystkie konstrukcje układu oddechowego oparte są o układ tłoka.

Dosłowna interpretacja tego zapisu mogłaby prowadzić do interpretacji wymogu jako konieczności zaoferowania aparatu do znieczulenia z konstrukcją tłokową produkowanych przez firmę Draeger.

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, że użyte sformułowanie „pojemność układu od tłoka” nie ogranicza złożenia oferty na inne rozwiązania stosowane w aparatach do znieczulania dzieci i młodzieży np. aparatów z miechem.

Z poważaniem,

*Sekretarz komisji przetargowej
Ilona Skowrońska*

**STARSZY SPECJALISTA
Dział Zamówień Publicznych**

Ilona Skowrońska

**KIEROWNIK
Działu Zamówień Publicznych**
Jerzy Polijaniuk

ul. Żwirki i Wigury 61, 02-091 Warszawa
tel.: 0-22 57-20 358, faks: 0-22 57-20-384
e-mail: ilona.skowronska@wum.edu.pl
www.wum.edu.pl