



WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY  
MEDICAL UNIVERSITY OF WARSAW

Dział Zamówień Publicznych

Wasze pismo z dnia

Znak

Nasz znak

Data

AEZ/362/2155./2015/WO

19.10.2015 r.

**Wykonawcy biorący udział w postępowaniu  
Nr AEZ/S-158/2015  
ogłoszonym w BZP, na stronie internetowej  
i siedzibie Zamawiającego**

**Odpowiedzi na pytania**

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zmianami) zwanej dalej „ustawą”, Warszawski Uniwersytet Medyczny, ul. Żwirki i Wigury 61, 02-091 Warszawa, Zamawiający w postępowaniu pn. *Sukcesywne dostawy wyrobów stomatologicznych w podziale na pakiety*, znak sprawy AEZ/S-158/2015,

informuje że w dniu 12 października 2015 r. wpłynęło pytanie, na które Zamawiający udziela odpowiedzi:

**Pytanie 1 (dotyczy Pakietu 1 załącznik nr 2.1 poz. 5)**

Czy w miejsce macierzy kolagenowej 20x30mm Zamawiający dopuści błonę 30x30mm standard, cienką lub ultra cienką ?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza błony 30x30mm standard, cienkiej lub ultra cienkiej, z powodu iż przedmiotem zamówienia jest macierz kolagenowa (COLLAGEN MATRIX), a nie kolagenowa błona zaporowa (COLLAGEN BARRIER MEMBRANE). Każda z nich ma inne zastosowanie.

**Termin składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian**

Podpis

STARSZY SPECJALISTA  
Dział Zamówień Publicznych

*Wojciech Olbrycht*  
Wojciech Olbrycht

KIEROWNIK  
Działu Zamówień Publicznych

*Jerzy Polijaniuk*  
Jerzy Polijaniuk