



WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY
MEDICAL UNIVERSITY OF WARSAW

Dział Zamówień Publicznych

Wasze pismo z dnia:

Znak:

Nasz znak:

Data:

AEZ/362/2671/2015/BB

01.12.2015v

Wykonawcy zainteresowani
udziałem w postępowaniu
AEZ/S-183/2015

Wyjaśnienie i zmiany treści SIWZ

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 i ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.), zwanej dalej „ustawą”, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. **Dostawa aparatury rehabilitacyjnej, sprzętu rehabilitacyjnego oraz drobnego wyposażenia rehabilitacyjnego dla Zakładu Rehabilitacji Szpitala Pediatrycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, w podziale na pakiety**, znak sprawy: AEZ/S-183/2015, informuje, że w trybie art. 38 ust. 1 ustawy do Zamawiającego wpłynęły pytania, na które udziela poniższych odpowiedzi i dokonuje zmian treści SIWZ:

1. Pytanie 1

Pakiet 12:

Aparat, który jako jedyny mógłby spełnić w pełni wymagania dla parametrów opisanych SIWZ, jest już niedostępny w sprzedaży od końca 3. kwartału 2015 r. W związku z tym uprzejmie prosimy o dopuszczenia aparatu najbardziej zbliżonego do opisanego, o następujących parametrach:

- terapia ustawiana poprzez: ustawienie efektów termicznych, protokoły kliniczne, wskazania dla poszczególnych terapii,
- możliwość ustawienia ponad 200 protokołów użytkownika,
- ponad 90 protokołów klinicznych,
- protokoły zawierające obrazy anatomiczne i patologiczne,
- ponad 140 obrazów wskazujących sposób ustawienia aplikatorów w zabiegach,
- opis racjonalizacji wykonywania zabiegów z wykorzystaniem diatermii krótkofalowej,
- opis przeciwwskazań dla wykonywania zabiegów z wykorzystaniem diatermii krótkofalowej,
- moc generowana przez wysokiej wydajności, sterowany mikroprocesorowo generator,
- pełna możliwość dostosowywania parametrów terapii: częstotliwości i czasu impulsu,
- możliwość ustawienia czasu zabiegu,
- możliwość pracy impulsowej i ciągłej,
- 100W mocy w pracy ciągłej,
- 200W mocy w szczycie w pracy impulsowej (średnia moc 64W),
- możliwość dokumentacji terapii pacjenta na kartach chipowych,
- polskie menu,

MO P

- kolorowy, dotykowy ekran LCD,
- możliwość obracania ekranu o 360 stopni bez konieczności obracania całego aparatu,
- w pełni regulowane ramiona do mocowania elektrod,
- wyłącznik bezpieczeństwa pacjenta,
- elektroda indukcyjna monoda 14 cm,
- elektroda indukcyjna triploda 18-39 cm,
- 2 szt. Elektrody kondensatorowe 8 cm,
- 2 szt. Elektrody kondensatorowe 12 cm,
- 2 szt. Elektrody płaskie 8x12 cm z podkładami i pokrowcami,
- 2 szt. Elektrody płaskie 14x25 cm z podkładami i pokrowcami,
- 2 szt. Ramiona do mocowań z kablami,
- Częstotliwość pracy [MHz]: 27,12 Hz,
- Waga: 27 kg,
- Szerokość impulsu: 20-400 us,
- Częstotliwość impulsów: 100-800 Hz,
- Czas terapii: 1-60 minut.

Odpowiedź

Zamawiający pozostawia bez zmian wymagania dot. diatermii rehabilitacyjnej z wyposażeniem, określone w Załączniku nr 2.12 do SIWZ *Formularz wymaganych warunków technicznych* w wersji po zmianie z dnia 30.11.2015 r., która zawiera już zmienione wymagania, uwzględniające potrzeby Zamawiającego i zapewnienie konkurencyjności.

2. Pytanie 2

Pod załącznikiem nr 3 otwiera się formularz wymaganych warunków zamiast załącznika proszę o poprawę.

Zamiast załącznika nr 3 otwiera się formularz proszę o poprawę na właściwy dokument.

Odpowiedź

Zamawiający informuje, że obecnie pod linkiem „Załącznik nr 3, Oświadczenie z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp” jest do pobrania właściwy dokument, tj. wzór oświadczenia „Oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy”, stanowiący Załącznik nr 3 do SIWZ.

3. Pytanie 3

dotyczy pakietu 6

Czy zamawiający życzy sobie 2 małe i 2 duże głowice ultradźwiękowe na 1 aparat czy jest to pomyłka, i ma być jedna głowica na i aparat.

Odpowiedź

Zamawiający informuje, że wyposażenie składające się z głowic ultradźwiękowych, sond laserowych i okularów ochronnych, opisanych (z wyszczególnieniem co do parametrów i liczby sztuk) w poz. 31-37 tabeli w Załączniku nr 2.6 do SIWZ *Formularz wymaganych warunków technicznych*, zostało omyłkowo określone jako komplet wymagany do każdego z dwóch wymaganych aparatów do ultradźwięków, laseroterapii i elektroterapii, podczas gdy

ww. wyposażenie dotyczy **łącznie** obu wymaganych aparatów do ultradźwięków, laseroterapii i elektroterapii. Wobec powyższego Zamawiający dokonuje zmiany treści:

1) w Załączniku nr 2.6 do SIWZ *Formularz wymaganych warunków technicznych* w wersji zmienionej w dniu 30.11.2015 r.:

a) w nagłówku tabeli, nadając mu następujące brzmienie:

Aparat do ultradźwięków, laseroterapii i elektroterapii – 2 sztuki

Producent (marka) (Należy podać)
Model (Należy podać)
Fabrycznie nowe urządzenie, wyprodukowane nie wcześniej niż w 2015 r.

b) w wierszu poprzedzającym poz. 31 tabeli (wiersz pomiędzy poz. 30 a poz. 31), nadając mu następujące brzmienie:

WYPOSAŻENIE

do 2 aparatów do ultradźwięków, laseroterapii i elektroterapii – 1 komplet

c) w poz. 9 tabeli, nadając jej następujące brzmienie:

9.	Oferowane urządzenie wraz z wyposażeniem opisanym poniżej (nie dotyczy okularów ochronnych do zabiegów laserem) posiada oznakowanie CE i spełnia wymagania określone w ustawie z 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. Nr 107, poz. 679 ze zm.), w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 5 listopada 2010 r. w sprawie sposobu klasyfikowania wyrobów medycznych (Dz. U. Nr 215, poz. 1416), w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 12 stycznia 2011 r. w sprawie wymagań zasadniczych oraz procedur oceny zgodności wyrobów medycznych (Dz. U. Nr 16, poz. 74), w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 23 września 2010 r. w sprawie wzoru znaku CE (Dz. U. Nr 186, poz. 1252) oraz w dyrektywie Rady 93/42/EWG z 14.06.1993 r. dotyczącej wyrobów medycznych	wymagane Tak/Nie
----	--	----------	------------------

2) w Załączniku nr 1.6 do SIWZ *Formularz ofertowy* w tabeli z kalkulacją szczegółową, nadając pozycjom tabeli następujące brzmienie:

Lp.	Urządzenie	Liczba sztuk/kpl.	Cena jednostkowa netto (bez VAT) w PLN	Wartość netto (bez VAT) w PLN	Stawka VAT w %	Kwota VAT w PLN	Wartość brutto (z podatkiem VAT) w PLN
-----	------------	-------------------	--	-------------------------------	----------------	-----------------	--

1.	aparat do ultradźwięków, laseroterapii i elektroterapii	2					
2.	wyposażenie do 2 aparatów do ultradźwięków, laseroterapii i elektroterapii	1					
RAZEM					xxx		

4. Pytanie 4Dot. Pakiet 4, załącznik nr 2.4 do SIWZ

Prosimy o rezygnację z zapisu o dostarczeniu zbiornika napełnionego czynnikiem chłodniczym (pkt.1 załącznika nr 2.4 do SIWZ) oraz zapasowego zbiornika napełniony ciekłym azotem (pkt.15 załącznika nr 2.4 do SIWZ) i możliwość dostarczenia samych zbiorników. Nie posiadamy uprawnień potrzebnych do dystrybucji gazów medycznych.

Odpowiedź

Zamawiający dokonuje zmiany treści poz. 1 i poz. 15 tabeli w Załączniku nr 2.4 do SIWZ Formularz wymaganych warunków technicznych, nadając im następujące brzmienie:

1.	Pneumatyczny aparat do krioterapii miejscowej wraz ze zbiornikiem na czynnik chłodniczy	wymagany Tak/Nie
15.	Zapasowy zbiornik na ciekły azot o pojemności takiej samej, jak pojemnik zaoferowany wraz z aparatem (w dostawie z aparatem do krioterapii)	wymagany Tak/Nie

Jednocześnie Zamawiający informuje, że na stronie internetowej www.wum.edu.pl zostały zamieszczone zmienione Załączniki do SIWZ (Załącznik nr 2.6, Załącznik nr 2.4 oraz Załącznik nr 1.6), uwzględniające zmiany, o których mowa w niniejszym piśmie.

Z poważaniem
Przewodniczący Komisji Przetargowej



Marzena Kostera-Ostrowska