



WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY

MEDICAL UNIVERSITY OF WARSAW

Dział Zamówień Publicznych

Wasze pismo z dnia

Znak

Nasz znak  
AEZ/362/2892/2015/MJ

Data  
23.12...2015r.

**Wykonawcy biorący udział w postępowaniu  
Nr AEZ/S-210/2015**

**Wyjaśnienie i zmiana treści SIWZ**

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 907 ze zm.) zwanej dalej „ustawą”, Warszawski Uniwersytet Medyczny, ul. Żwirki i Wigury 61, 02-091 Warszawa, Zamawiający w postępowaniu pn.: „Dostawa fantomów i symulatorów dydaktycznych dla wybranych jednostek Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w podziale na pakiety.”; znak sprawy: AEZ/S-210/2015, informuje, że w dniu 23.12.2015r. w trybie art. 38 ust. 1 ustawy, wpłynęły pytania, na które Zamawiający udziela odpowiedzi:

**Pytanie nr 3**

... zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie karty graficznej będącej wyposażeniem komputera przenośnego do zestawu fantomu fizycznego (Załącznik 2.2) o następujących parametrach:

Karta graficzna min. **zintegrowana** z obsługą min. 1GB pamięci współdzielonej

**Odpowiedź nr 3**

Zamawiający zmienia zapisy załącznika nr 2.2 Formularz wymaganych warunków technicznych w pozycji nr 31

było:

31	Karta graficzna	Karta graficzna HD, niezintegrowana z własną pamięcią min. 1 GB	..... Tak/Nie
----	-----------------	---	------------------

jest:

31	Karta graficzna	Karta graficzna HD, niezintegrowana z własną pamięcią min. 1 GB lub karta graficzna zintegrowana z obsługą min. 1GB pamięci współdzielonej	..... Należy podać
----	-----------------	--	-----------------------

**Pytanie nr 4**

...zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie specyfikacji portów będących wyposażeniem komputera przenośnego do zestawu fantomu fizycznego ( Załącznik 2.2) o następujących parametrach:

Porty	<ul style="list-style-type: none"><li>• Min. 1 port USB 3.0</li><li>• Min. 2 porty USB 2.0</li><li>• <b>Min. 1 x wejście mikrofonu (combo Jack)</b></li><li>• <b>Min. 1 x wyjście słuchawek (combo Jack)</b></li><li>• <b>Min. 1 x port VGA lub HDMI</b></li><li>• Czytnika kart pamięci (SD)</li><li>• RJ-45</li></ul>
-------	---

**Odpowiedź nr 4**

Zamawiający zmienia zapisy załącznika nr 2.2 Formularz wymaganych warunków technicznych w pozycji nr 34

było:

34	Porty	<ul style="list-style-type: none"><li>• Min. 1 port USB 3.0</li><li>• Min. 2 porty USB 2.0</li><li>• Min. 1 x HDMI</li><li>• Min. 1 x wejście mikrofonu</li><li>• Min. 1 x wyjście słuchawek (SPDIF)</li><li>• Min. 1 x port VGA</li><li>• Czytnika kart pamięci (nim. SD)</li><li>• RJ-45</li><li>• wymagana ilość portów i rozmieszczenie nie może być osiągnięta w wyniku stosowania przejściówek konwerterów itp.</li></ul>	Należy podać
----	-------	---	--------------

jest:

34	Porty	<ul style="list-style-type: none"><li>• Min. 1 port USB 3.0</li><li>• Min. 2 porty USB 2.0</li><li>• Min. 1 x wejście mikrofonu (zamawiający dopuszcza rozwiązania combo jack)</li><li>• Min. 1 x wyjście słuchawek (zamawiający dopuszcza rozwiązanie combo jack)</li><li>• Min. 1 x port VGA lub HDMI</li><li>• Czytnika kart pamięci (min. SD)</li><li>• RJ-45</li><li>• wymagana ilość portów i rozmieszczenie nie może być osiągnięta w wyniku stosowania przejściówek konwerterów itp.</li></ul>	Porty
----	-------	--	-------

#### Pytanie nr 5

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wydłużenie terminu realizacji na 30 dni od dnia zawarcia umowy, ze względu na przerwy Świąteczne i inwentaryzację u zagranicznych dostawców również w pakietach 1 oraz 3?

#### Odpowiedź nr 5

Zamawiający zmienia termin realizacji przedmiotu zamówienia dla Pakietów nr 1 i nr 3 i wydłuża go do 30 dni od dnia zawarcia umowy, dokonując stosowej zmiany w treści ogłoszenia oraz w treści Załączników nr 1.1 i nr 1.3 Formularzy ofertowych .

Zmienione Załączniki nr 2.2 Formularz wymaganych warunków technicznych oraz Załącznik nr 1.1 i nr 1.3 Formularze ofertowe zostały zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego [www.wum.edu.pl](http://www.wum.edu.pl)

Termin i miejsce składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

Z poważaniem,  
Przewodniczący Komisji Przetargowej  
Robert Paprocki

ul. Żwirki i Wigury 61, 02-091 Warszawa  
tel.: 22 57-20-311, faks: 22 57-20-365  
e-mail: [mariola.jurczak-nosinska@wum.edu.pl](mailto:mariola.jurczak-nosinska@wum.edu.pl)  
[www.wum.edu.pl](http://www.wum.edu.pl)

KIEROWNIK  
Działu Zamówień Publicznych

Jerzy Poljaniuk