



WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY  
MEDICAL UNIVERSITY OF WARSAW

Dział Zamówień Publicznych

Wasze pismo z dnia

Znak

Nasz znak

Data

AEZ/362/ 766/2016/IS

25.04.2016 r.

**Wykonawcy biorący udział  
w postępowaniu AEZ/S-044/2016**

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 2164 t.j.), zwanej dalej „ustawą”, Warszawski Uniwersytet Medyczny, ul. Żwirki i Wigury 61, 02-091 Warszawa, Zamawiający w postępowaniu pn. Dostawa wyposażenia dla potrzeb Szpitala Pediatricznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, w podziale na pakiety, znak sprawy AEZ/S-044/2016

informuje, że w trybie art. 38 ust. 1 ustawy, wpłynęły pytania, na które Zamawiający udziela odpowiedzi:

**Pytanie 1**

W odpowiedzi na pytanie nr 68 Zamawiający zmienił treść poz. 30 Załącznika Nr 2.2 wprowadzając warunek „Wszystkie diatermie (8 sztuk) wyposażone w wewnętrzny moduł argonowy lub przystawkę argonową ...”

Natomiast w nagłówku tabeli Załącznika Nr 2.2 pozostał zapis :

„Diatermia chirurgiczna z modułem do zamykania dużych naczyń i przystawką argonową dla potrzeb Klinik: Chirurgii i Urologii (3 sztuki), Kardiochirurgii (1 sztuka), Otolaryngologii (1 sztuka) i Położnictwa (2 sztuki), – w sumie 7 sztuk

Diatermia chirurgiczna z modułem do zamykania dużych naczyń bez przystawki argonowej dla potrzeb Kliniki Neurotraumatologii – 1 sztuka”.

Uprzejmie prosimy o wskazanie, który z w/w zapisów dotyczący modułów/przystawek argonowych jest wiążący dla Wykonawców?

**Odpowiedź**

Zamawiający dokonuje zmiany treści nagłówka tabeli Załącznika nr 2.2 nadając mu brzmienie:

„Diatermia chirurgiczna z modułem do zamykania dużych naczyń i przystawką argonową lub wewnętrznym modułem argonowy dla potrzeb Klinik: Chirurgii i Urologii (3 sztuki), Kardiochirurgii (1 sztuka), Otolaryngologii (1 sztuka) i Położnictwa (2 sztuki), – w sumie 7 sztuk

Diatermia chirurgiczna z modułem do zamykania dużych naczyń bez przystawki argonowej i bez wewnętrznego modułu argonowego dla potrzeb Kliniki Neurotraumatologii – 1 sztuka”.

Jednocześnie, Zamawiający dokonuje zmiany w poz. 30 Załącznika 2.2 do SIWZ, nadając jej brzmienie:

30.	Wszystkie diatermie (7 sztuk wyposażonych w wewnętrzny moduł argonowy lub przystawkę argonową wraz z półką / uchwytem na butlę oraz 1 sztuka nie posiadająca funkcji pracy w osłonie argonu) z kablami zasilającymi	przystosowane do zamontowania na kolumnie zasilającej	Należy podać
-----	---	---	--------------

Mając na uwadze powyższe Zamawiający informuje, że termin i miejsce składania ofert pozostaje bez zmian, tj.: termin składania ofert na dzień **09.05.2016 r. do godz. 13:00,**

oraz

otwarcia ofert na dzień **09.05.2016 r. o godz. 13:30.**

Uprzejmie informujemy, że aktualny Załącznik 2.2 (z naniesionymi zmianami), Zamawiający zamieścił na stronie internetowej [www.wum.edu.pl](http://www.wum.edu.pl).

Z poważaniem,

Przewodniczący komisji przetargowej  
Marta Kuczabska

KIEROWNIK  
Działu Zamówień Publicznych  
Jerzy Poljaniuk

ZASTĘPCA DYREKTORA  
Taczalowa  
Marta Kuczabska