



WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY
MEDICAL UNIVERSITY OF WARSAW

Dział Zamówień Publicznych

Wasze pismo z dnia

Znak

Nasz znak

Data

AEZ/362/2016/AG 12.05.2016 r.

**Wykonawcy biorący udział
w postępowaniu AEZ/S-072/2016**

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 oraz ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 t.j.), zwanej dalej „ustawą”, Warszawski Uniwersytet Medyczny, ul. Żwirki i Wigury 61, 02-091 Warszawa, Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa sprzętu laboratoryjnego w podziale na pakiety, znak sprawy: AEZ/S-072/2016,

informuje, że w dniu 12.05.2016 r., w trybie art. 38 ust. 1 ustawy, wpłynęły nw. pytania, na które Zamawiający udziela odpowiedzi:

Dotyczy pakietu 11 – wytrząsarka z inkubacją

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający dopuści do postępowania Wykonawcę oferującego wytrząsarkę z inkubacją i możliwością ustawiania czasu w zakresie 0,1h (6 min) - 99,9h z regulacją co 0,1h? Rozwiązanie takie nie ma istotnego wpływu na prowadzone badania, a jedynie ułatwia ustawianie długich czasów prowadzenia hodowli z wytrząsaniem i inkubacją.

Odpowiedź na pytanie nr 1

Zamawiający dokonuje zmiany treści poz. 12 Załącznika nr 2.11, nadając jej brzmienie:

12.	Timer	w zakresie minimum od 6 min 1-min do 96 99 godz. z regulacją co 1 min	Należy podać
-----	-------	--	--------------

Aktualny Załącznik nr 2.11 do SIWZ ze zmianą o której mowa powyżej, Zamawiający zamieścił na stronie internetowej www.wum.edu.pl

Z poważaniem,



Anita Gałązka
Sekretarz Komisji Przetargowej

KIEROWNIK
Działu Zamówień Publicznych

Jerzy Polijaniuk

STRATEGMED



Narodowe Centrum
Badań i Rozwoju

Wydatek współfinansowany ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach
Programu STRATEGMED