



WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY
MEDICAL UNIVERSITY OF WARSAW

Dział Zamówień Publicznych

Wasze pismo z dnia

Znak

Nasz znak
AEZ/362/1197/2016/EA

Data
21.06.2016 r.

Wykonawcy biorący udział
w postępowaniu AEZ/S-087/2016

Wyjaśnienie treści SIWZ

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 t.j.), zwanej dalej „ustawą”, Warszawski Uniwersytet Medyczny, ul. Żwirki i Wigury 61, 02-091 Warszawa, Zamawiający w postępowaniu pn. *Dostawa, montaż i ustawienie mebli laboratoryjnych i biurowych w podziale na pakiety, znak sprawy – AEZ/S-087/2016*, informuje, że do Zamawiającego wpłynęły pytania, na które udziela następujących odpowiedzi:

Pytanie 1

Zamawiający w Zał. 3.3 do SIWZ w Pomieszczeniu 20 wymaga dostarczenia „**Szafy na odczynniki** o wymiarach 850-900x520x1950 niezapalna wg klasy A2, wg normy PN EN 13501 - chemoodporna, w tylnej części komory otwory odciągowe nad każdą półką, wentylacja szafy realizowana przez podwójną ścianę tylną z otworem wentylacyjnym o średnicy 100 mm (do podłączenia do króćca)”. Szafy na odczynniki chemiczne są certyfikowane wg. PN-EN 14470 natomiast szafy na odczynniki zgodne z normą, którą Państwo wymagają nie występują. Czy Zamawiający mógłby podać przykład szafy spełniającej te wymagania (producent, model). Na rynku nie ma szaf odpowiadających tym wymaganiom ani spełniających w/w normę.

Pytanie 2

Zamawiający w Zał. 3.3 do SIWZ w Pomieszczeniu 20 wymaga dostarczenia „**Szafy na odczynniki trujące** o wymiarach 850x520x1950 niezapalna wg klasy A2, wg normy PN EN 13501 -chemoodporna, w tylnej części komory otwory odciągowe nad każdą półką, wentylacja szafy realizowana przez podwójną ścianę tylną z otworem wentylacyjnym o średnicy 100 mm (do podłączenia do króćca)”. Szafy na odczynniki trujące są certyfikowane wg. PN-EN 14470 natomiast szafy na odczynniki zgodne z normą, którą Państwo wymagają nie występują. Czy Zamawiający mógłby podać przykład szafy spełniającej te wymagania (producent, model). Na rynku nie ma szaf odpowiadających tym wymaganiom ani spełniających w/w normę.

Odpowiedź

Zamawiający dokonał poprawienia treści specyfikacji w zakresie pozycji VI - Szafa na odczynniki oraz pozycji VII - Szafa na odczynniki trujące, nadając w pozycjach 85, 88 93, 96 nowe brzmienie:

85.	Szafa metalowa	niezapalna wg klasy A2, wg normy PN-EN 13501 chemoodporna,	TAK/NIE
88.	Wymiary zewnętrzne (szer. x gł. x wys.) [mm]	850-900 x 520 500-600 x 1950 1900-2050 Należy podać
93.	Szafa metalowa	niezapalna wg klasy A2, wg normy PN-EN 13501 chemoodporna,	TAK/NIE

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

96.	Wymiary zewnętrzne (szer. x gł. x wys.) [mm]	850-900 x 520 500-600 x 1950 1900-2050 Należy podać
-----	---	--	-----------------------

Zamawiający dokonał zmiany Formularzy wymaganych warunków technicznych, stanowiącego Załącznik 3.3. Zmieniony Załącznik jest dostępny na stronie internetowej Zamawiającego.

Termin składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian.

Z poważaniem,
Przewodniczący Komisji Przetargowej

Robert Paprocki

