



WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY
MEDICAL UNIVERSITY OF WARSAW

Dział Zamówień Publicznych

Wasze pismo z dnia

Znak

Nasz znak
AEZ/362/~~1215~~.../2016/EA

Data
23.06.2016 r.

Wykonawcy biorący udział
w postępowaniu AEZ/S-087/2016

Zmiana treści SIWZ

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 t.j.), zwanej dalej „ustawą”, Warszawski Uniwersytet Medyczny, ul. Żwirki i Wigury 61, 02-091 Warszawa, Zamawiający w postępowaniu pn. *Dostawa, montaż i ustawienie mebli laboratoryjnych i biurowych w podziale na pakiety, znak sprawy – AEZ/S-087/2016*, dokonał zmiany treści specyfikacji.

W dniu 22.06.2016 r. wpłynęło do Zamawiającego pytanie odnoszące się do wysokości regału na cieplarki (poz. III załącznika 3.3 Formularz wymaganych warunków technicznych) - *Ile półek ma posiadać regał pod cieplarki? (pakiet 3, poz. III)*


Mając na uwadze, iż każda z ciepłarek ma wysokość około 60 cm, a wolna przestrzeń zapewniająca wentylację cieplarki, winna wynosić co najmniej 7 cm, Zamawiający dokonał zmiany treści SIWZ, w pozycji 71 i 72 Załącznika 3.3 nadając nowe brzmienie:

III.	Regał, 1 szt.		
70.		przeznaczony pod trzy cieplarki	TAK/NIE
71.	Regał metalowy	z półkami z żywicy fenolowej o grubości minimum 16 mm. 3 przestrzenie półkowe o wysokości min. 670 mm każda, przy czym pierwsza półka zamocowana na wysokości 150 mm od podłoża	TAK/NIE
72	Wymiary zewnętrzne (szer. x wys. x gł.) [mm]	750 x 1700 2200 – 2350 x 650	TAK/NIE

Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, że regał na cieplarki, musi być wyposażony w 3 przestrzenie półkowe (zgodnie z wyjaśnieniami z dnia 22.06.2016 r.).

Zmieniony Załącznik 3.3 do SIWZ jest dostępny na stronie internetowej Zamawiającego. Termin składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian.

Z poważaniem,
Sekretarz Komisji Przetargowej


Ewa Andrzejewska

