



WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY
MEDICAL UNIVERSITY OF WARSAW

Dział Zamówień Publicznych

Wasze pismo z dnia

Znak

Nasz znak

Data

AEZ/362/1335/2016/AG 11.07.2016 r.

**Wykonawcy biorący udział
w postępowaniu AEZ/S-095/2016**

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 t.j.), zwanej dalej „ustawą”, Warszawski Uniwersytet Medyczny, ul. Żwirki i Wigury 61, 02-091 Warszawa, Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa systemu do wielkoskalowych analiz sekwencji DNA dla potrzeby Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej i Immunologii Klinicznej Szpitala Pediatrycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego”, znak sprawy: **AEZ/S-095/2016**, informuje, że w dniu 06.07.2016 r. w trybie art. 38 ust. 1 ustawy, wpłynęły nw. pytania, na które Zamawiający udziela odpowiedzi:

Pytanie 1 – dotyczy: wzoru umowy §4 punkt 3

Czy poprzez czas reakcji serwisu Zamawiający rozumie przystąpienie do procedury zdalnej diagnozy o ile producent urządzenia przewidział taką możliwość. Pragniemy zaznaczyć, że w przypadku wielu awarii po wykonaniu zdalnej diagnozy konieczne jest zamówienie odpowiednich części przed odbyciem właściwej wizyty serwisowej w laboratorium.

Odpowiedź na pytanie nr 1

Nie, Zamawiający poprzez czas reakcji serwisu rozumie odbycie wizyty serwisowej w miejscu użytkowania urządzenia.

Pytanie 2 – dotyczy: wzoru umowy §4 punkt 6

Z uwagi na charakter przedmiotu zamówienia naprawa urządzenia musi być poprzedzona zaawansowaną analizą wyników, co nie jest możliwe do wykonania w tak krótkim czasie. Prosimy o przedłużenie terminu, po którym strony ustalą termin i miejsce wykonania naprawy do 10 dni roboczych.

Odpowiedź na pytanie nr 2

Zamawiający dokonuje zmiany treści §4 ust. 6 Załącznika nr 6 do SIWZ (wzoru umowy) nadając mu brzmienie:

„Naprawy wykonywane będą w miejscu, w którym przedmiot umowy jest używany. Naprawy wykonywane będą w terminie **do 3 10 dni od dnia zgłoszenia wady, chyba że przeciwstawia się temu istota wady, wówczas strony ustalą termin i miejsce wykonania tej naprawy.**”

Pytanie 3 – dotyczy: wzoru umowy §4 punkt 4

Prosimy o zmianę zapisu na „W okresie gwarancji wykonawca zapewni nieodpłatną aktualizację oprogramowania urządzenia w zakresie przewidzianym przez producenta”

Odpowiedź na pytanie nr 3

Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 4 – dotyczy: wzoru umowy §4 punkt 7

Prosimy o wykreślenie punktu 7 §4 z wzoru umowy. Z uwagi na czasochłonne procedury instalacyjne - konieczność kalibracji urządzenia oraz przeprowadzenia reakcji testowej przed oddaniem go do użytku - dostarczenie urządzenia zastępczego nie jest efektywnym rozwiązaniem. Dodatkowo pragniemy zwrócić uwagę, że opisany w SIWZ sekwenator jest urządzeniem

badawczym o znacznej wartości i urządzenia zastępcze nie są oferowane w przypadku tego typu aparatury.

Odpowiedź na pytanie nr 4

Zamawiający dokonuje zmiany treści Załącznika nr 6 do SIWZ (wzoru umowy) poprzez wykreślenie §4 ust. 7.

Pytanie 5 – dotyczy: wzoru umowy §4 punkt 8

Prosimy o zmianę zapisu „Jeżeli Wykonawca opóźni się z wykonaniem naprawy lub wymiany o co najmniej 14 dni po upływie terminu naprawy wskazanego lub ustalonego w ust. 6, Zamawiający jest uprawniony do żądania wymiany urządzenia lub jego elementu na nowe” na „Jeżeli Wykonawca opóźni się z wykonaniem naprawy lub wymiany o co najmniej 14 dni po upływie terminu naprawy wskazanego lub ustalonego w ust. 6, Zamawiający jest uprawniony do żądania wymiany jego elementu na nowy”.

Odpowiedź na pytanie nr 5

Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 6 – dotyczy: wzoru umowy §6 punkt 1, ust. 2

Prosimy o ograniczenie wysokości kar umownych do 0,2% wartości brutto umowy za każdy dzień zwłoki w naprawie urządzenia. Przyjęcie kar w wysokości wskazanej przez Zamawiającego stanowi dla Wykonawców znaczny czynnik ryzyka, co musiałyby zostać wkalkulowane w cenę zestawu.

Odpowiedź na pytanie nr 6

Zamawiający dokonuje zmiany treści §6 ust. 1 pkt 2 Załącznika nr 6 do SIWZ (wzoru umowy) nadając mu brzmienie:

„2) za nieterminową naprawę urządzenia lub wymianę urządzenia/ modułu na nowe w wysokości 5 0,2% wartości brutto urządzenia podlegającego naprawie lub wymianie na nowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki”

Pytanie 7 – dotyczy: wzoru umowy §6 punkt 1, ust. 3

Prosimy o zmianę zapisu z: „za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia” na: „za każdą rozpoczętą dobę opóźnienia”.

Odpowiedź na pytanie nr 7

Zamawiający dokonuje zmiany treści §6 ust. 1 pkt 3 Załącznika nr 6 do SIWZ (wzoru umowy) nadając mu brzmienie:

„3) w przypadku opóźnienia w realizacji usług gwarancyjnych zgodnie z terminami określonymi w § 4 ust.3 w wysokości 0,2% wartości brutto przedmiotu umowy, o którym mowa w § 2 ust. 1, za każdą rozpoczętą godzinę za każde rozpoczęte 24 godziny opóźnienia”.

Pytanie 8 – dotyczy: załącznika nr 2 do SIWZ punkt 9

Czy Zamawiający dopuści jako źródło wzbudzania dwie diody w jednej obudowie o zakresach długości 530 nm i 660 nm?

Odpowiedź na pytanie nr 8

Zamawiający dokonuje zmiany treści punktu 9 Załącznika nr 2 do SIWZ nadając mu brzmienie:

9	Źródło wzbudzania	dioda lub dwie diody (w jednej obudowie) świetlna pracująca w dwóch zakresach długości - 530 nm, 660 nm	<i>Należy podać liczbę diod oraz zakresy długości</i>
----------	-------------------	--	---

Pytanie 9 – dotyczy: załącznika nr 2 do SIWZ punkt 23 i 25

Zapis z punktu 23 o treści „Zestaw instalacyjny wraz z procedurą walidacyjną” jest równoważny z zapisem punktu 25 o treści „Wykonawca dostarczy zestaw instalacyjny niezbędny do przeprowadzenia reakcji testowej”. Prosimy o usunięcie zapisu z punktu 23.

Odpowiedź na pytanie nr 9

Zamawiający dokonuje zmiany treści poz. 23 Załącznika nr 2 do SIWZ nadając mu brzmienie:

23.	Zestaw instalacyjny wraz z procedurą walidacyjną i testową urządzenia	wymagany	TAK/NIE
-----	--	----------	---------


Ponadto, Zamawiający dokonuje zmiany treści Załącznika nr 2 do SIWZ poprzez wykreślenie poz. 25.

25.	Wykonawca dostarczy zestaw instalacyjny niezbędny do przeprowadzenia reakcji testowej	wymagany	TAK/NIE
-----	---	----------	---------

Zmienione Załączniki nr 2 oraz 6 do SIWZ, Zamawiający zamieścił na stronie internetowej www.wum.edu.pl

Z poważaniem,

Marta Kuczabska
Przewodniczący Komisji Przetargowej



KIEROWNIK
Działu Zamówień Publicznych

Jerzy Polijaniuk

SPECJALISTA
Dział Zamówień Publicznych

Anita Galazka

ul. Żwirki i Wigury 61, 02-091 Warszawa
tel.: 0-22 57-20-357, faks: 0-22 57-20-384
e-mail: anita.galazka@wum.edu.pl
www.wum.edu.pl