



WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY
MEDICAL UNIVERSITY OF WARSAW

Dział Zamówień Publicznych

Wasze pismo z dnia

Znak

Nasz znak

Data

AEZ/362/1683 /2016/IS

24.08.2016 r.

**Wykonawcy biorący udział
w postępowaniu AEZ/S-116/2016**

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 2164 tj.), zwanej dalej „ustawą”, Warszawski Uniwersytet Medyczny, ul. Żwirki i Wigury 61, 02-091 Warszawa, Zamawiający w postępowaniu pn. **Dostawa systemu LC/MS/MS dla potrzeb Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej i Immunologii Szpitala Pediatrycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, znak sprawy AEZ/S-116/2016,**

udziela odpowiedzi na nw. pytania:

Pytanie 1

Czy w formularzu JEDZ należy wypełnić część IV: kryteria kwalifikacji, ponieważ nie jest to jednoznacznie określone w treści SIWZ i ogłoszeniu.

Odpowiedź

Zgodnie z instrukcją wypełnienia JEDZ, w części IV Wykonawca przedstawia informacje jedynie w przypadku, gdy dany warunek Zamawiający określił w SIWZ i ogłoszeniu.

Szczegółowy wykaz oświadczeń i dokumentów wymaganych przez Zamawiającego został określony w Rozdziale IX SIWZ, a zatem stosowne oświadczenia wymienione w tym Rozdziale, Wykonawca może sporządzić według wzoru określonego w SIWZ lub zawrzeć ich treść w dokumencie JEDZ.

Zamawiający jednocześnie wyjaśnia, że złożenie JEDZ nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku złożenia dokumentów potwierdzających, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania (Rozdział IX ust. 3-5), spełnia warunki udziału w postępowaniu (Rozdział IX ust. 2 pkt 2) oraz spełnia warunki przez oferowane dostawy (Rozdział IX ust. 6).

Pytanie 2

Zamawiający w SIWZ zawarł wymóg dotyczący konfiguracji komputera sterującego pracą spektrometru masowego.

Producent spektrometru dobiera komputer jako sterownik dla zestawu i optymalizuje jego konfigurację pod kątem zarządzania urządzeniem oraz zbierania i obróbki danych.

W naszym przypadku konfiguracja różni się w niektórych częściach z wymaganiami przedstawionymi w SIWZ.

W związku z powyższym prosimy o zgodę na zaferowanie zestawu spektrometru masowego ze sterownikiem komputerowym o poniższych parametrach:

- Mikroprocesor Intel Core I5-4570S
- Pamięć RAM 8 Gb DDR3 1600Mhz SDRAM
- Dysk twardy 2*2Tb HDD RAID 1
- Napęd DVD RW, 3 porty Ethernet, 2 pojedyncze porty karty graficznej
- 64 bitowy system operacyjny.

Odpowiedź

Zamawiający dokonuje zmiany treści poz. 36 oraz 38 Załącznika nr 2 do SIWZ nadając im brzmienie:

34.		zapewniający pełną kompatybilność funkcjonalno-użytkową z oferowanym zestawem LC/MS/MS	TAK/NIE
35.	Zestaw komputerowy (stacja robocza) do sterowania zestawem	dysk HDD min. 500 GB pojemności	Należy podać pojemność i typ dysku
36.		min. 46 8 GB RAM,	Należy podać pojemność pamięci

37.	oprogramowanie do pełnego sterowania zestawem, z systemem operacyjnym 64 bit. odpowiednim do zainstalowanego oprogramowania sterującego systemem	TAK/NIE
38.	niezintegrowana karta graficzna z pamięcią własną min. 2 GB, z możliwością podłączenia min. 2 monitorów	Należy podać producenta i model karty
39.	monitor min. 22 cale - 1 szt.	Należy podać przekątną, producenta i model
1.	Min. 1 lub 2 lub 3 karty sieciowe 10/100/1000 wyposażone w min. 3 porty Ethernet RJ 45 łącznie (zintegrowana), Wspierająca Remote Wake Up i PXE oraz ASF 2.0	Należy podać liczbę kart sieciowych oraz liczbę portów

Z poważaniem,

Marta Kuczabska
Przewodniczący Komisji przetargowej