



WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY
MEDICAL UNIVERSITY OF WARSAW

Dział Zamówień Publicznych

Wasze pismo z dnia

Znak

Nasz znak

Data

AEZ/362/1834/2016/IS

20.09.2016 r.

Wykonawcy biorący udział
w postępowaniu AEZ/S-134/2016

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 2164 tj.), zwanej dalej „ustawą”, Warszawski Uniwersytet Medyczny, ul. Żwirki i Wigury 61, 02-091 Warszawa, Zamawiający w postępowaniu pn. **Dostawa sprzętu laboratoryjnego dla potrzeb Szpitala Pediatrycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, w podziale na pakiety, znak sprawy AEZ/S-134/2016**, udziela odpowiedzi na nw. pytania:

Pakiet 5

Pytanie 1 lp. 23.

Czy Zamawiający dopuści Wykonawcę oferującego wirówkę z rotorem nie pokrytym PTFE ale wykonanego z anodyzowanego aluminium odpornego na działanie chemikaliów?

Odpowiedź

Zamawiający dokonuje zmiany treści poz. 24 Załącznika 2.5 do SIWZ, nając jej brzmienie:

| | | | |
|----|----------------|---|---------|
| 24 | Inne wymagania | <input checked="" type="checkbox"/> rotor pokryty powłoką PTFE (teflon) lub metalu odpornego na działanie chemikaliów <input checked="" type="checkbox"/> pokrywa aerozoszczelna, <input checked="" type="checkbox"/> sterylizacja rotora w autoklawie | TAK/NIE |
|----|----------------|---|---------|

Pytanie 2 lp. 25

Czy Zamawiający dopuści Wykonawcę oferującego wirówkę z rotorem stalokątowym nieaerozoszczelnym o pozostałych cechach takich samych lub lepszych od podanych w formularzu wymaganych warunków technicznych?

Odpowiedź

Zamawiający dokonuje zmiany treści poz. 25 Załącznika 2.5 do SIWZ, nając jej brzmienie:

| | | | |
|----|--------------------------------------|--------|---------|
| 25 | Rotor aerozoszczelny- stalokątowy | 1 szt. | TAK/NIE |
|----|--------------------------------------|--------|---------|

mając na uwadze, Zamawiający, dokonuje zmiany treści SIWZ oraz ogłoszenia o zamówieniu ustalając:


termin składania ofert na dzień **23.09.2016 r. do godz. 12:30**,

oraz

otwarcia ofert na dzień **23.09.2016 r. o godz. 13:00**.

Miejsce składania i otwarcia ofert bez zmian.

Załączniki z naniesionymi zmianami, Zamawiający zamieścił na stronie www.wum.edu.pl

Z poważaniem,

Ilona Skowrońska
Sekretarz Komisji przetargowej