



WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY
MEDICAL UNIVERSITY OF WARSAW

Dział Zamówień Publicznych

Wasze pismo z dnia Znak Nasz znak AEZ/362/0079/2013/AG Data 14.01.2013

**Wykonawcy biorący udział
w postępowaniu AEZ/S-286/2012**

Wyjaśnienia oraz zmiana treści SIWZ

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) Warszawski Uniwersytet Medyczny, ul. Żwirki i Wigury 61, 02-091 Warszawa, Zamawiający w postępowaniu p.n. **Dostawa termocyklera gradientowego, znak sprawy: AEZ/S-286/2012**, informuje, że w dniu 03 i 04.01.2013 r. wpłynęły do Zamawiającego pytania, na które udziela następujących odpowiedzi:

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający dopuści termocykler o maksymalnej szybkości grzania 3,4 st.C/s?

Odpowiedź :

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę SIWZ.

Pytanie nr 2

Czy Zamawiający dopuści termocykler o mniejszym zakresie programowania gradientu, tj. 30 - 80 st.C, za to o większej rozpiętości gradientu: maksymalnie 1 - 29st.C?

Odpowiedź :

Zamawiający dokonuje zmiany treści pkt. 8 - Załącznika 2 do SIWZ, który otrzymuje brzmienie:

„ Zakres programowania temperatury gradientu, min.30- 80°C”.

Proponowany zakres gradientu temperatury mieści się w zakresie opisanym w pkt 9, Formularza wymaganych warunków technicznych.

Pytanie nr 3

Czy Zamawiający dopuści termocykler z zainstalowaną pamięcią wewnętrzną pozwalającą na zapisanie 250 programów + nielimitowana ilość przez USB?

Odpowiedź :

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę SIWZ.

Informujemy, że zmieniony **Załącznik nr 2** Zamawiający zamieścił na stronie internetowej www.wum.edu.pl.

Z poważaniem

Włodzimierz Dziegielewski
Przewodniczący Komisji Przetargowej