



WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY
MEDICAL UNIVERSITY OF WARSAW

Dział Zamówień Publicznych

Wasze pismo z dnia

Znak

Nasz znak
AEZ/362/1639/2013/MJ

Data
03.07.2013 r.

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu
Nr AEZ/S-/150/2013

Odpowiedzi na pytania

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zmianami) zwanej dalej „ustawą”, Warszawski Uniwersytet Medyczny, ul. Żwirki i Wigury 61, 02-091 Warszawa, Zamawiający w postępowaniu pn.: „Dostawa urządzeń laboratoryjnych z instalacją i szkoleniem w podziale na pakiety: Pakiet nr 1 – Dostawa pH metru z wyposażeniem oraz termostatu z wyposażeniem. Pakiet nr 2 – Dostawa suszarki z wymuszonym obiegiem powietrza. Pakiet nr 3 – Dostawa wagi precyzyjnej. Pakiet nr 4 – Dostawa zestawu do filtracji i odgazowywania buforów wraz z filtrami; znak sprawy: AEZ/S-150/2013,

informuje, że w dniu 01.07.2013r. w trybie art. 38 ust. 1 ustawy, wpłynęły pytania, na które Zamawiający udziela odpowiedzi:

Pytanie nr 1

Pakiet 1 – dostawa pH-metru z wyposażeniem oraz termostatu z wyposażeniem:

Czy Zamawiający dopuści miernik pH z zakresem -2.000 do 16 000 pH?

Odpowiedź nr 1

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ w powyższym zakresie.

Pytanie nr 2

Pakiet 2 – dostawa suszarki z wymuszonym obiegiem powietrza

1. Czy Zamawiający dopuści wymiary komory 550 x 480 x 400 mm?
2. Czy Zamawiający dopuści obudowę malowaną proszkowo?
3. Czy Zamawiający dopuści suszarkę bez wewnętrznej szyby?

Odpowiedź nr 2

Ad 1. Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ w powyższym zakresie.

Ad 2. Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ w powyższym zakresie. Lakiery epoksydowe są bardziej odporne na działanie środków chemicznych.

Ad 3. Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ w powyższym zakresie.

Jednocześnie informujemy, że wszystkie zmieniony załącznik został zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego.

Termin składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian.

Z poważaniem,
Przewodniczący Komisji Przetargowej

Andrzej Krysztofek