



WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY
MEDICAL UNIVERSITY OF WARSAW

Dział Zamówień Publicznych

Nasz znak
AEZ/362/AGN2../2013

Data
08.08.2013r.

**Wykonawcy biorący udział
w postępowaniu S-159**

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), zwanej dalej „ustawą”, Warszawski Uniwersytet Medyczny, ul. Żwirki i Wigury 61, 02-091 Warszawa, Zamawiający w postępowaniu pn. Sukcesywne dostawy materiałów i drobnego sprzętu laboratoryjnego w podziale na pakiety, znak sprawy: **AEZ/S-159/2013**,

informuje, że w dniu 07.08.2013r w trybie art. 38 ust. 1 ustawy, wpłynęły pytania, na które Zamawiający udziela odpowiedzi:

Pytanie 1:, zał. 2.4, poz.6

Produkt o wskazanym numerze katalogowym jest konfekcjonowany fabrycznie po 160 szt. i ze względu na jego sterylność opakowanie zbiorcze nie powinno być dzielone. Prosimy o zweryfikowanie zapisów SIWZ.

Odpowiedź

Nie, Zamawiający nie dokonuje zmiany treści poz. 6 kolumny 2 zał. nr 2.4 formularza cenowego.

Pytanie 2 zał. 2.4, poz.49

Czy Zamawiający zgodzi się na wyłączenie pozycji 49 z pakietu 2.4, aby umożliwić wystartowanie większej ilości oferentów. Jeśli nie, proszę o uzasadnienie.

Odpowiedź

Zamawiający biorąc pod uwagę zapotrzebowanie Użytkowników WUM oraz ich potrzeby, wynikające z kontynuacji programów badawczych, dokonał już podziału zamówienia tak, aby umożliwić składanie ofert większej liczbie Wykonawców. Mając na uwadze powyższe, Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie wyżej wskazanej pozycji do oddzielnego załącznika.

Pytanie 3 zał. 2.4, Poz. 42

Produkt o wskazanym numerze katalogowym jest konfekcjonowany fabrycznie po 200 szt. i ze względu na jego sterylność opakowanie zbiorcze nie powinno być dzielone. Prosimy o zweryfikowanie zapisów SIWZ.

Odpowiedź

Nie, Zamawiający nie dokonuje zmiany treści poz. 42 kolumny 2 zał. nr 2.4 formularza cenowego.

Pytanie 4 zał. 2.4, Poz. 43

Produkt o wskazanym numerze katalogowym jest konfekcjonowany fabrycznie po 200 szt. i ze względu na jego sterylność opakowanie zbiorcze nie powinno być dzielone. Prosimy o zweryfikowanie zapisów SIWZ.

Odpowiedź

Nie, Zamawiający nie dokonuje zmiany treści poz. 43 kolumny 2 zał. nr 2.4 formularza cenowego.

Pytanie 5 zał. 2.4., Poz. 47

Czy Zamawiający wyraża zgodę na dostarczenie płytek w opakowaniach po 16 sztuk? Jeśli nie proszę o wyjaśnienie.

Odpowiedź

Zgodnie z treścią ust.4 Rozdział III SIWZ:

Wykonawca oferujący produkty z inną ilością sztuk w opakowaniu niż wykazana przez Zamawiającego w kolumnie 2 ww. Załącznika nr 2 do SIWZ (Formularz cenowy), uprawniony jest do zmiany treści kolumny 10 poprzez wstawienie oferowanej liczby opakowań tak, aby łączna liczba sztuk danego produktu odpowiadała wymaganej przez Zamawiającego, z zastrzeżeniem, że liczba sztuk w opakowaniu nie może być większa niż wykazana przez Zamawiającego w kolumnie 2.

W związku z powyższym zaoferowanie produktu z większą ilością sztuk w opakowaniu jest dopuszczalne (6x16=96 sztuk).

Pytanie 6 zał. 2.5, Poz. 17, 18 i 19

Wskazane produkty są konfekcjonowane fabrycznie w opakowania 10x100 szt., czy Zamawiający dopuści dostarczenie po jednym opakowaniu zawierającym po 1000 szt. próbek?

Odpowiedź

Nie, Zamawiający nie dokonuje zmiany treści poz. 17, 18, i 19, kolumny 2 zał. nr 2.5 formularza cenowego.

Pytanie 7

Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie złożenia oferty jedynie z oświadczeniem o posiadaniu dokumentów potwierdzających, że zaoferowany drobny sprzęt medyczny dopuszczony jest do obrotu zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2004r nr 93, poz. 896 z późn. zm.). W/w dokumenty zostaną dostarczone przed napisaniem umowy. Taki rodzaj oświadczenia jest dopuszczony ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20.04.2004r. Wyrażenie zgody pozwoli na ograniczenie dokumentacji przetargowej co pozwoli Zamawiającemu na szybszą weryfikację złożonych ofert.

Pytanie 8

Czy Zamawiający przedłuży termin składania ofert ze względu na dużą ilość pozycji do których trzeba przygotować zdjęcia i deklaracje?

Odpowiedź na pytanie 7 i 8

Zgodnie z zapisami SIWZ, określonymi w Rozdziale III, pkt 7, podpunkty 1 i 2 :

7. Wykonawca jest zobowiązany w terminie minimum do 2 dni przed zawarciem umowy dostarczyć:

- 1) fotografie wszystkich zaoferowanych produktów. Przedstawione na dostarczonych przez Wykonawcę fotografiach produkty muszą być takie same jak dostarczane w ramach realizacji umowy. Fotografie muszą być przekazane w postaci elektronicznej – na płycie CD/DVD w formacie JPEG w rozmiarze nie mniejszym niż 200 x 200 pkt. Pliki zawierające fotografie muszą być nazwane oznaczeniami lp. pozycji z Załącznika nr 2 (Formularza cenowego).
- 2) deklaracje zgodności lub certyfikaty CE dla oferowanych produktów zgodnie z dyrektywą 93/42/EWG i dyrektywą 98/79/WE (dotyczy tylko produktów podlegających ww. dyrektywom). Zamawiający dopuszcza możliwość załączenia ww. dokumentów w języku angielskim.

Pytanie 9

Czy Zamawiający dopuści inne spakowanie niż podane w załączniku 2.1 z odpowiednim przeliczeniem ilości.

Odpowiedź

Tak, zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 5 z zachowaniem odpowiedniego przeliczenia.

Pytanie 10 Pakiet 1, Poz. 12

Firma Jumed – producent probówek o poj. 2 ml okrągłodennych o wymiarach 12x35 zakończyła swoją działalność pod koniec 2011r., od tamtego czasu wyczerpały się już zapasy magazynowe i nie ma możliwości dostarczenia probówek tego typu, w związku z tym, czy Zamawiający dopuści zaoferowanie probówek z PS o poj. 3 ml o wymiarach 12x55 mm ze znacznikiem pojemności, lub wyrazi zgodę na wykreślenie tej pozycji z Pakietu nr 1?

Odpowiedź

Nie, Zamawiający nie dokonuje zmiany treści poz. 12 kolumny 2 zał. nr 2.1 formularza cenowego.

Pytanie 11 Pakiet 1, Poz. 18

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie probówek z PS o poj. 7 ml (13x100mm), okrągłodennych bez gwintu?

Odpowiedź

Nie, Zamawiający nie dokonuje zmiany treści poz. 18 kolumny 2 zał. nr 2.1 formularza cenowego.

Pytanie 12 Pakiet 1, Poz. 27

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie probówek spełniających parametry określone w SIWZ o wymiarach 16x105 mm?

Odpowiedź

Tak, Zamawiający dokonuje zmiany treści poz. 27 kolumny 2, zał. nr 2.1 formularza cenowego nadając jej brzmienie:

27	Probówki, o poj. 10 ml (Φ16x100-105mm), stożkowe, z optycznie przezroczystego PS, ze znacznikami poj.: 1,0; 2,5; 5 i 10 ml, kształt stożka umożliwia stosowanie probówki do badania 1ml osadu moczu. (op=200 szt.)
----	---

Pytanie 13 Pakiet 1, Poz. 40

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie probówek transportowych typu Falcon o poj. 15 ml, sterylizowanych z **czerwoną nakrętką**?

Odpowiedź

Tak, Zamawiający dokonuje zmiany treści poz. 40 kolumny 2, zał. nr 2.1 formularza cenowego nadając jej brzmienie: „z niebieską lub czerwoną nakrętką”

40	Probówki transportowe typu Falcone, o poj. 15ml i wym.: ø17x120 - 121mm, stożkowe, z niebieską lub czerwoną nakrętką , z podziałką do min. 13,5 ml co 0,5ml (op=150 szt.), sterylizowane
----	---

Pytanie 14 Pakiet 1, Poz. 41

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie probówek transportowych typu Falcon o poj. 50 ml o wymiarach 30x115mm, z podziałką do 45 ml co 2,5 ml?

Odpowiedź

Zamawiający dokonuje zmiany treści poz. 41 kolumny 2, zał. nr 2.1 formularza cenowego nadając jej brzmienie:

41	Probówki transportowe typu Falcone, o poj. 50ml i wym.: ø30x115-116mm, stożkowe, z niebieską zakrętką, z podziałką do 50 ml co 5 ml, pakowane po 50 szt. (op=100 szt.)
----	--

Pytanie 15 Pakiet 1, Poz. 42

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie probówek transportowych typu Falcon o poj. 50 ml o wymiarach 30x115mm, z podziałką do 45 ml co 2,5 ml, sterylnych z czerwoną zakrętką?

Odpowiedź

Zamawiający dokonuje zmiany treści poz. 42 kolumny 2, zał. nr 2.1 formularza cenowego nadając jej brzmienie:

42	Probówki transportowe typu Falcone, o poj. 50ml i wym.: ø30x115-116mm , stożkowe, z niebieską lub czerwoną zakrętką , z podziałką do 50 ml co 5 ml, pakowane po 50 szt., sterylizowane (op=100 szt.)
----	--

Pytanie 16 Pakiet 1, Poz. 61

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie końcówek typ Gilson Pipetman o poj. standardowej 0,5ul – 10 ul. ?

Odpowiedź

Nie, Zamawiający nie dokonuje zmiany treści poz. 61 kolumny 2 zał. nr 2.1 formularza cenowego.

Pytanie 17 Pakiet 1, Poz. 62

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie końcówek typ Gilson Pipetman o poj. standardowej 0,5ul – 10 ul. w autoklawowalnym pudełku?

Odpowiedź

Nie, Zamawiający nie dokonuje zmiany treści poz. 62 kolumny 2 zał. nr 2.1 formularza cenowego.

Pytanie 18 Pakiet 1, Poz. 89

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie zmiennie pojemnościowej pipety z wyrzutnikiem i z wydmuchem, w całości autoklawowalnej o pojemności 1000-5000 ul.?

Odpowiedź

Nie, Zamawiający nie dokonuje zmiany treści poz. 89 kolumny 2 zał. nr 2.1 formularza cenowego.

Pytanie 19 Pakiet 1, Poz. 102

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie pipetek Pasteura, spełniających parametry określone w SIWZ o długości 155mm?

Odpowiedź

Tak, Zamawiający dokonuje zmiany treści poz. 102 kolumny 2, zał. nr 2.1 formularza cenowego nadając jej brzmienie:

102	Pipetki Pasteura z polietylenu o poj. 2,5ml, dł.15-15,5cm , z cienką kapilarną częścią roboczą, bez podziałki .(op=500 szt.)
-----	---

Pytanie 20 Pakiet 1, Poz. 103

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie pipetek Pasteura, spełniających parametry określone w SIWZ o długości 155mm?

Odpowiedź

Tak, Zamawiający dokonuje zmiany treści poz. 103 kolumny 2, zał. nr 2.1 formularza cenowego nadając jej brzmienie:

103	Sterylny pipetki Pasteura z polietylenu, o poj.2,5ml, dł.15-15,5cm , z cienką kapilarną częścią roboczą, bez podziałki, pakowane po 5 szt (op=300 szt.)
-----	--

Pytanie 21 Pakiet 1, Poz. 137

Czy Zamawiający dopuści zaferowanie pojemników o pojemności użytkowej **50 ml** i całkowitej **60ml** i wymiarach **40x60mm**?

Odpowiedź

Nie, Zamawiający nie dokonuje zmiany treści poz. 137 kolumny 2 zał. nr 2.1 formularza cenowego.

Pytanie 22 Pakiet 1, Poz. 178

Producent kamer Pentasquare zmienił tworzywo, z którego produkowane są te kamery z PS na PMMA. Czy w tej sytuacji Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie kamer PENTASQUERE z PMMA (tworzywo to charakteryzują się bardzo wysoką przezroczystością).

Odpowiedź

Tak, Zamawiający dokonuje zmiany treści poz. 178 kolumny 2, zał. nr 2.1 formularza cenowego nadając jej brzmienie:

178	Kamery PENTASQUARE (lub równoważne) z siatką do ilościowej analizy elementów komórkowych w osadzie moczu, z PS lub PMMA - 10 miejscowe (na 10 badań) (op=100 szt.)
-----	--

Pytanie 23 Pakiet 1, Poz. 185

Czy Zamawiający dopuści zaferowanie płytek titracyjnych „U” z celkami o poj. **367ul** pakowanych indywidualnie, aseptycznych?

Odpowiedź

Nie, Zamawiający nie dokonuje zmiany treści poz. 185 kolumny 2 zał. nr 2.1 formularza cenowego.

Pytanie 24 Pakiet 1, Poz. 186

Czy Zamawiający dopuści zaferowanie płytek titracyjnych „V” z celkami o poj. **288ul** pakowanych indywidualnie, aseptycznych?

Odpowiedź

Nie, Zamawiający nie dokonuje zmiany treści poz. 185 kolumny 2 zał. nr 2.1 formularza cenowego

Pytanie 25 Pakiet 1, Poz. 196 i 198

Czy Zamawiający dopuści zaferowanie ez z tworzywa AS (specjalnie zmodyfikowany polipropylen PP)?

Odpowiedź

Tak, Zamawiający dokonuje zmiany treści poz. 196 i 198 kolumny 2, zał. nr 2.1 formularza cenowego nadając im odpowiednio brzmienie:

196	Ezy z PP lub AS z oczkiem 1ul, pakowane po 20szt - sterylizowane (op=200 szt.)
198	Ezy z PP lub AS z oczkiem 10ul, pak. po 20 szt - sterylizowane (op=200 szt.)

Pytanie 26 Pakiet 1, Poz. 230

Czy Zamawiający dopuści zaferowanie probówek do koagulologii ze ścianką nie pogrubioną, ale spakowanych w sposób gwarantujący utrzymanie właściwego poziomu i stężenia roztworu cytrynianu sodowego w okresie przydatności probówek do użycia oraz wydłużenie terminu przydatności tych probówek do użycia.

Odpowiedź

Nie, Zamawiający nie dokonuje zmiany treści poz. 230 kolumny 2 zał. nr 2.1 formularza cenowego

Pytanie 27 Pakiet 1, Poz. 217

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie próbek z **żółtobrunatnym korkiem** i z **żelem separującym**, który jest lepszym separatorem od granulatu?

Odpowiedź

Nie, Zamawiający nie dokonuje zmiany treści poz. 217 kolumny 2 zał. nr 2.1 formularza cenowego.

Uprzejmie informujemy, że aktualny Załącznik nr 2.1 (z naniesionymi zmianami), Zamawiający zamieścił na stronie internetowej www.wum.edu.pl

Mając na uwadze powyższe Zamawiający dokonuje zmian treści SIWZ oraz ogłoszenia o zamówieniu ustalając:


termin składania ofert na dzień **13.08.2013 r. do godz. 09:30**,

oraz

otwarcia ofert na dzień **13.08.2013 r. o godz. 10:00**.

Miejsce składania i otwarcia ofert bez zmian

Z poważaniem,


Przewodniczący komisji przetargowej
Marcin Marchlewski

KIEROWNIK
Działu Zamówień Publicznych


Jerzy Polijaniuk