

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY  
MEDICAL UNIVERSITY OF WARSAW

## Dział Zamówień Publicznych

Nasz znak.

Data: 21.11.2013 r.

AEZ/362/2840/2013/RL

**Wyjaśnienie i zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia**

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 907 ze zm. ), Warszawski Uniwersytet Medyczny, Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: **Dostawa sprzętu laboratoryjnego w podziale na pakiety, znak sprawy: AEZ/S-270/2013**, informuje, że w trybie art. 38 ust. 1 ustawy do Zamawiającego wpłynęły pytania, na które udziela następujących odpowiedzi:

**1. Dotyczy dostaw objętych Pakietem 1 – dostawa faldomierza:****1.1 Pytanie:**

Czy Zamawiający dopuści Faldomierz nie posiadający zasilania?

**Odpowiedź:**

Zamawiający w załączniku nr 2.1 formularz wymaganych warunków technicznych określił minimalne wymagania jakie musi spełniać zaoferowany Faldomierz i nie zgodzi się na zaoferowanie urządzenia, które tak określonych wymagań nie spełnia.

**2. Dotyczy dostaw objętych Pakietem 2 – dostawa zestawu do ważenia i analizowania składu ciała:****2.1 Pytanie:**

Czy Zamawiający wymaga, aby w zestawie z analizatorem znajdowało się urządzenie komunikacyjne ANT+ oraz oprogramowanie umożliwiające tworzenie bazy danych?

**Odpowiedź:**

Zamawiający w załączniku nr 2.2 formularz wymaganych warunków technicznych określił minimalne wymagania jakie musi spełniać zaoferowany zestaw. W przypadku zaoferowania zestawu spełniającego ww. wymagania i dodatkowo wyposażonego w inne, nieopisane w SIWZ funkcjonalności, Zamawiający zgodzi się na jego zaoferowanie, ale funkcjonalności te, jako nie wymagane, nie będą miały wpływu na ocenę oferty.

**3. Dotyczy dostaw objętych Pakietem 6 – dostawa zestawu do elektroforezy poziomej**

Zamawiający dokonuje zmiany w zał. 2.6 Formularz wymaganych warunków technicznych:

## 1) w pkt. 5 który otrzymuje brzmienie:

5	Aparat	do elektroforezy poziomej <b>preparatów DNA</b>	..... Tak/Nie
		<b>o wymiarach 21x9x9 cm (+/-3%) (dł. x wys. x szer.)</b>	..... Należy podać
		<b>maksymalna objętość buforu do wykonania elektroforezy 230 ml (+/-5%)</b>	..... Należy podać
		<b>tank z litego odlewu, bez elementów klejonych</b>	..... Tak/Nie

2) w pkt. 7, który otrzymuje brzmienie:

7	W zestawie (razem z dostawą, w cenie oferty)	grzebień	8 dołkowy o grubości 1,5 mm	..... Tak/Nie
			lity, bez regulacji wysokości zanurzenia w żelu, 2 szt.	..... Tak/Nie
		zapory do wylewania żeli	gumowe, 2 szt	..... Tak/Nie
		przewodnice umożliwiające nanoszenie próbek	2 szt.	..... Tak/Nie
		kable z końcówkami	tak	..... Tak/Nie
		pokrywa	tak	..... Tak/Nie

**3.1 Pytanie:**

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie aparatu bez dodatkowych przewodnic do nanoszenia próbek, ale ze specjalną podstawą pod żel?

**Odpowiedź:**

Zamawiający mając na uwadze uzasadnione potrzeby Użytkownika nie zgodzi się na zaoferowanie urządzenia, które nie spełnia wymagań określonych w zał. 2.6 Formularz wymaganych warunków technicznych z uwzględnieniem zmian wprowadzonych powyżej.

**Zamawiający informuje, iż na stronie internetowej [www.wum.edu.pl](http://www.wum.edu.pl) zostały zamieszczone załączniki uwzględniające powyższe zmiany.**

**Dotychczasowy termin składania i otwarcia ofert ulega zmianie.**

**Termin składania ofert: 02.12.2013 r. o godz. 10:50**

**Termin otwarcia ofert: 02.12.2013 r. o godz. 11:00**

Z poważaniem



Przewodniczący Komisji  
Przetargowej