

**WARSZAWSKI UNIwersYTET MEDYCZNY**
MEDICAL UNIVERSITY OF WARSAW**Dział Zamówień Publicznych**

AEZ/362/0289./2014/RL

Nasz znak.

Data: 10.02.2014 r.

Wyjaśnienie i zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., poz. 907 ze zm.), Warszawski Uniwersytet Medyczny, Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: **Dostawa urządzeń chłodniczych, ich instalacja i instruktaż w zakresie obsługi, w podziale na pakiety, znak sprawy: AEZ/S-002/2014**, informuje, że w trybie art. 38 ust. 1 ustawy do Zamawiającego wpłynęły pytania, na które udziela następujących odpowiedzi:

1. Dotyczy dostaw objętych Pakietem 6 – dostawa lodówek i chłodziarko zamrażarek:**1.1 Pytanie:**

Czy zamawiający dopuści w zadaniu 2.6 witrynę chłodniczą o następującej specyfikacji:

Parametry:

- Wysokość - H: 1850 mm
- Głębokość - D: 600 mm
- Szerokość - W: 600 mm
- Napięcie - U: 230 V
- Pojemność - V: 350 l
- Moc elektryczna: 0.11 kW
- Temperatura min.: 0 °C
- Karta gwarancyjna: tak
- Temperatura max.: 10 °C
- Linia chłodnictwa: białe

Opis:

- nośność półek do 8 kg
- cichy agregat
- urządzenie wykonane z blachy malowanej proszkowo (biała)
- elektroniczny sterownik temperatury z wyświetlaczem
- wbudowany zamek na klucz
- nowoczesna konstrukcja
- model z drzwiami przeszklonymi
- wymiary półek WxD: 505x365 mm
- 3 półki w komplecie (możliwość dokupienia 2 półek do kompletu 5 szt.)
- automatyczne odszranianie

Na rynku nie występuje urządzenie, które spełniałoby wymagania Zamawiającego. W przypadku braku akceptacji prosimy o podanie modelu przykładowego urządzenia spełniającego wymagania Zamawiającego.

1.2 Pytanie:

Czy zamawiający dopuści w zadaniu 2.6 witrynę chłodniczą o następującej specyfikacji:

Witryny chłodnicze posiadają:

- automatyczne rozmrażanie
- system wentylacji
- wewnętrzne oświetlenie LED

- automatyczny system odparowywania wody
- regulowane nóżki

Parametry techniczne:

- kolor: biały
- pojemność całkowita (litry): 350
- wymiary półek (mm): 525x360
- ilość półek: 6
- ilość komór: 1
- ilość drzwi: 1
- czynnik chłodniczy: R600a
- zakres temperatur: 0 °C +10 °C
- moc (kW): 0,23
- napięcie (V): 230V/50Hz
- termometr analogowy
- manualny panel sterowania
- wbudowany zamek w drzwiach
- wymiary zewnętrzne (mm) szer.x gł.x wys.: 600x600x1730

Na rynku nie występuje urządzenie, które spełniałoby wymagania Zamawiającego. W przypadku braku akceptacji prosimy o podanie modelu przykładowego urządzenia spełniającego wymagania Zamawiającego

Odpowiedź na pytanie 1.1 i 1.2:

Zamawiający dokonuje zmiany treści załącznika 2.6 do SIWZ:

1) w pkt. 7, który otrzymuje brzmienie:

7	pojemność	min. 300 l Należy podać
---	-----------	-------------------	-----------------------

2) w pkt. 13, 14 i 15 - poprzez wykreślenie treści, które otrzymują brzmienie:

13	temperatura otoczenia	min. (od +18°C do +38°C) =
14	czas utrzymania temperatury w przypadku braku zasilania	co najmniej 20 godzin =
15	poziom hałasu	maks. 36 dB =

3) w pkt. 17, który otrzymuje brzmienie:

17	kolor obudowy	stalowy lub biały Należy podać
----	---------------	--------------------------	-----------------------

4) w pkt. 18, który otrzymuje brzmienie:

18	wysokość	maks. 185 cm Należy podać
----	----------	---------------------	-----------------------

Zamawiający w Formularzu wymaganych warunków technicznych stanowiącym Załącznik nr 2.6 do SIWZ (z uwzględnieniem powyższych zmian) określił minimalne wymagania, którymi muszą charakteryzować się oferowane urządzenia. Zgodnie z art. 38 ust.1 Zamawiający odpowiada wyłącznie na pytania dotyczące treści SIWZ i nie dokonuje na tym etapie oceny urządzeń pozostających w ofercie Wykonawcy.

2.3 Pytanie:

W związku z zadaniem nr 2,6 pozycja chłodziarko zamrażarka prosimy o podanie przykładowego modelu spełniającego wymagania Zamawiającego ponieważ według naszej najlepszej wiedzy w sprzedaży nie występuje urządzenie spełniające wymagania Zamawiającego.

Odpowiedź:

Zamawiający w Formularzu wymaganych warunków technicznych stanowiącym Załącznik nr 2.6 do SIWZ określił minimalne wymagania, którymi muszą charakteryzować się oferowane urządzenia. Zgodnie z art. 38 ust.1 Zamawiający odpowiada wyłącznie na pytania dotyczące treści SIWZ i nie dokonuje na tym etapie oceny urządzeń pozostających w ofercie Wykonawcy.

3 Dotyczy dostaw objętych Pakietem 7 – dostawa zamrażarki skrzyniowej:**3.3 Pytanie:**

Czy zamawiający w Pakiecie 7 dopuszcza zamrażarkę o nieco większej szerokości tj. 132,5 cm w zamówieniu jest określone maks.131 cm

Odpowiedź:

Zamawiający dokonuje zmiany treści w wierszu 3 pkt. 15 załącznika 2.7 do SIWZ, który otrzymuje brzmienie:

15	obudowa	szerokość	maks. 132,5 cm Należy podać
----	---------	-----------	----------------	-----------------------

Zamawiający informuje, iż na stronie internetowej www.wum.edu.pl zostały zamieszczone załączniki uwzględniające powyższe zmiany.

Dotychczasowy termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie.

Termin składania ofert: 13.02.2014 r. o godz. 10:50

Termin otwarcia ofert: 13.02.2014 r. o godz. 11:00

Z poważaniem

SPECJALISTA
Dział Zamówień Publicznych

Ryszard Lewandowski

SPECJALISTA
Dział Zamówień Publicznych

Ryszard Lewandowski

ul. Żwirki i Wigury 61, 02-091 Warszawa
tel.: 022 572-03-99, faks: 022 572-03-45
e-mail: ryszard.lewandowski@wum.edu.pl
www.wum.edu.pl