

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY
MEDICAL UNIVERSITY OF WARSAW

Dział Zamówień Publicznych

Nasz znak.

Data: 11.02.2014 r.

AEZ/362/0299/2014/RL

Wyjaśnienie i zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., poz. 907 ze zm.), Warszawski Uniwersytet Medyczny, Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: **Dostawa sprzętu laboratoryjnego, jego instalacja i instruktaż w zakresie obsługi, w podziale na pakiety, znak sprawy: AEZ/S-003/2014**, informuje, że w trybie art. 38 ust. 1 ustawy do Zamawiającego wpłynęły pytania, na które udziela następujących odpowiedzi:

1. Dotyczy dostaw objętych Pakietem 5 – dostawa wirówki do odwirowywania dużych objętości:**1.1 Pytanie:**

Czy Zamawiający dopuszcza obroty wirówki od 500 do 6000 obr/minutę?

Odpowiedź:

Zamawiający dokonuje zmiany treści w pkt. 6 załącznika 2.5 do SIWZ, który otrzymuje brzmienie:

6	obroty	min. (od 500 do 4500 obr/minutę) Należy podać
---	--------	----------------------------------	-----------------------

1.2 Pytanie:

Czy Zamawiający dopuszcza wirnik horyzontalny 4 x 250 ml z pojemnikami 250 ml (4 szt.), którego maksymalna prędkość wynosi 4000 obr/minutę?

Odpowiedź:

Zamawiający dokonuje zmiany treści:

a) w wierszu 2 i 3 pkt. 15 załącznika 2.5 do SIWZ, które otrzymują brzmienie:

15	wirnik (razem z dostawą w cenie oferty)	4 x co najmniej 200 ml Należy podać
		maksymalna prędkość: co najmniej 4000 obr/minutę Należy podać

b) w wierszu 1 pkt. 16 załącznika 2.5 do SIWZ, który otrzymuje brzmienie:

16	pojemnik (razem z dostawą w cenie oferty)	pojemność: co najmniej 200 ml Należy podać
----	--	-------------------------------	-----------------------

1.3 Pytanie:

Czy Zamawiający nie popełnił pomyłki w pozycji 17 formularza wymaganych warunków technicznych? Jeśli w zamawianej wirówce mają być stosowane butelki z pozycji 17 formularza, to minimalna wymagana ilość powinna wynosić 4 sztuki w celu

Boa

zapewnienia prawidłowego wyważenia rotora horyzontalnego podczas pracy wirówki. Jeśli natomiast zamawiana butelka nie jest przeznaczona do stosowania w zamawianej wirówce, to nie powinna być przedmiotem zamówienia w jednym pakiecie z wirówką. Prosimy o wyjaśnienie.

Odpowiedź:

Zamawiający dokonuje zmiany treści w wierszu 1 i 4 pkt. 17 załącznika 2.5 do SIWZ, który otrzymuje brzmienie:

17	butelka (razem z dostawą w cenie oferty)	pojemność: co najmniej 200 ml Należy podać
		liczba szt.: 4 szt. Tak/Nie

2. Dotyczy dostaw objętych Pakietem 6 – dostawa wirówki laboratoryjnej:

2.1 Pytanie:

Czy zamawiający dopuszcza maksymalną pojemność wirówki z zaoferowanym rotorem 120 ml?

Odpowiedź:

Zamawiający dokonuje zmiany treści w pkt. 8 załącznika 2.6 do SIWZ, który otrzymuje brzmienie:

8	maksymalna pojemność	maks 120 ml Należy podać
---	----------------------	-------------	-----------------------

2.2 Pytanie:

Czy zamawiający dopuszcza maksymalne rpm wirnika horyzontalnego 4000 rpm?

Odpowiedź:

Zamawiający dokonuje zmiany treści w wierszu pkt. 8 załącznika 2.6 do SIWZ, który otrzymuje brzmienie:

14	wirnik (razem z dostawą w cenie oferty)	maksymalne rpm: co najmniej 4000 rpm Należy podać
----	--	---	-----------------------

Zamawiający informuje, iż na stronie internetowej www.wum.edu.pl zostały zamieszczone załączniki uwzględniające powyższe zmiany.

Dotychczasowy termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie.

Termin składania ofert: 14.02.2014 r. o godz. 13:50

Termin otwarcia ofert: 14.02.2014 r. o godz. 14:00

Z poważaniem

SPECJALISTA
Dział Zamówień Publicznych
Ryszard Lewandowski