



WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY  
MEDICAL UNIVERSITY OF WARSAW

Dział Zamówień Publicznych

Wasze pismo z dnia

Znak

Nasz znak  
AEZ/362/457.../2014/WO

Data  
27.02.2014 r.

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu  
Nr AEZ/S-028/2014  
ogłoszonym w BZP, na stronie internetowej  
i siedzibie Zamawiającego


**Odpowiedzi na pytania**

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zmianami) zwanej dalej „ustawą”, Warszawski Uniwersytet Medyczny, ul. Żwirki i Wigury 61, 02-091 Warszawa, Zamawiający w postępowaniu pn. *Dostawa wyrobów stomatologicznych w podziale na pakiety*, znak sprawy AEZ/S-028/2014, informuje że w dniu 26 lutego 2014 r. wpłynęło pytanie, na które Zamawiający udziela odpowiedzi:

**Pytanie 1 (dotyczy Pakietu 3)**

Uchwyt mocujący do stolika „Imadłowy, mocowany do blatu, z przegubem umożliwiającym wielopłaszczyznowy ruch głowy.”

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na głowę fantomową mocowaną do stolika za pomocą uchwytu montażowego przykręcanego do stołu na stałe (obraz jak niżej- bez popiersia, sama głowa)) z możliwością łatwego demontażu głowy fantomowej . Przegub zamontowany przy głowie fantomu umożliwia wielopłaszczyznowy ruch głowy



**Odpowiedź**

Zamawiający wymaga aby, głowa fantomowa posiadała typowy uchwyt imadłowy umożliwiający przenoszenie, mocowanie do blatów o różnych krawędziach oraz szybki montaż i demontaż całości, a nie samej głowy, zgodnie z wymaganiami zamieszczonymi w pkt 4 Załącznika Nr 2.3 do SIWZ, tj. o konstrukcji zbliżonej technicznie do uchwytu przedstawionego na rysunku poniżej.

Aut



**Termin, miejsce składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.**

Podpis  
**STARSZY SPECJALISTA**  
**Dział Zamówień Publicznych**  
*Wojciech Olbrycht*  
**Wojciech Olbrycht**

KIEROWNIK  
Działu Zamówień Publicznych  
*Jerzy Polijaniuk*  
**Jerzy Polijaniuk**