



WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY  
MEDICAL UNIVERSITY OF WARSAW

Dział Zamówień Publicznych

Wasze pismo z dnia

Znak

Nasz znak

Data

AEZ/362/962/2014/MJ

27.05.2014 r.

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

Nr AEZ/S-/096/2014

**Odpowiedzi na pytania**

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 907 ze zm.) zwanej dalej „ustawą”, Warszawski Uniwersytet Medyczny, ul. Żwirki i Wigury 61, 02-091 Warszawa, Zamawiający w postępowaniu pn.: „Dostawa urządzeń medycznych w podziale na pakiety: Pakiet nr 1 – Dostawa wideodermoskopu komputerowego służącego do nieinwazyjnego obrazowania zmian skórnych; Pakiet nr 2 – Dostawa pulsoksymetru palcowego; Pakiet nr 3 – Dostawa analizatora składu i masy ciała; Pakiet nr 4 – Dostawa spirometru.”; znak sprawy: AEZ/S-096/2014, informuje, że w dniu 27.05.2014r. w trybie art. 38 ust. 1 ustawy, wpłynęły pytania, na które Zamawiający udziela odpowiedzi:

**Pytania z dnia 27.05.2014r.**

Pytania dotyczą Załącznika nr 2.4 do SIWZ:

**Pytanie nr 1**

**Pkt. 6.3.**

Czy Zamawiający dopuści komputer z dyskiem HDD i dodatkową pamięcią typu flash, na której będzie zainstalowany system operacyjny?

**Odpowiedź nr 1**

Tak, Zamawiający zmienia zapisy załącznika nr 2.4 do SIWZ w pkt 6.4.

6.4	Dysk twardy	min 500 GB dysk HDD min 25 GB dysk flash	Należy podać
-----	-------------	---	--------------

**Pytanie nr 2**

**Pkt. 7.2.**

Czy Zamawiający dopuści wózek o wymiarach 720mm x 570mm x 1455 mm?

**Odpowiedź nr 2**

Tak, Zamawiający zmienia zapisy załącznika nr 2.4 do SIWZ w pkt 7.2

7.2	Wózek do spirometru składający się z następujących elementów:	Wymiary wózka w zakresie (szer x gł x wys): ( 530mm-720mm x 610- 570mm x mm 720mm- 1455 mm)	Należy podać
-----	---	--	--------------

Termin i miejsce składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

Z poważaniem,  
Przewodniczący Komisji Przetargowej

Robert Paprocki

*Handwritten initials and signature in blue ink.*