



Nasz znak

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY MEDICAL UNIVERSITY OF WARSAW

Dział Zamówień Publicznych

Data AEZ/362/~~0570~~/2014/IS

28.05.2014r

**Wykonawcy biorący udział
w postępowaniu AEZ/S-078/2014**

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 907 ze zm.), zwanej dalej „ustawą”, Warszawski Uniwersytet Medyczny, ul. Żwirki i Wigury 61, 02-091 Warszawa, Zamawiający w postępowaniu pn. „*Dostawa aparatury i sprzętu medycznego dla Zakładu Anatomii Prawidłowej i Klinicznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, w podziale na pakiety*”, znak sprawy AEZ/S-078/2014

informuje, że w dniu 19-20.05.2014r oraz 27.05.2014r w trybie art. 38 ust. 1 ustawy, wpłynęły pytania, na które Zamawiający udziela odpowiedzi:

Pytanie nr 1

W nawiązaniu do postępowania przetargowego AEZ/S-078/2014 uprzejmie proszę o podanie szczegółów technicznych dotyczących pakietu nr 6: *Pojemniki ze stali nierdzewnej na odpady medyczne*

- a) *czy Zamawiający wymaga pojemników wykonanych w całości z blachy stalowej nierdzewnej, tzn. korpus w całości zakryty, forma skrzyni z otwieraną klapą?*
- b) *czy Zamawiający uwzględnił w podanych wymiarach elementy zewnętrzne pojemnika, tzn. uchwyty i stopki? Podane wymiary determinują pojemność pojemnika, w związku z czym elementy takie jak uchwyty i stopki muszą wykraczać poza zakres tych wymiarów*
- c) *czy Zamawiający oczekuje szczelnej konstrukcji pojemnika, czy konstrukcja jest przewidziana do użytku z workami na odpady medyczne?*

Odpowiedź

Odp. a) Zamawiający wymaga pojemników w całości wykonanych z blachy stalowej nierdzewnej, w formie skrzyni z otwieraną klapą.

Odp. b) Wymiary podane w pkt.3 Formularza wymaganych warunków technicznych przedstawiają wymiary zewnętrznej objętości skrzyni. Wymiary uchwytów i stopek nie są brane pod uwagę.

Odp. c) Zamawiający przewiduje użycie worków na odpady medyczne.

Pytanie nr 2

W nawiązaniu do opublikowanej w/w Specyfikacji proszę o informację, czy Zamawiający dopuści ofertę na dostawę lamp bakteriobójczych z m.in. lampami mobilnymi, w których promieniowanie UV kieruje się w określone miejsce poprzez obrót lampą o wysokości 1,8 m i podstawą pięcioramienną na kółkach (w tym dwa z hamulcem). Oprawa usytuowana jest pionowo, równoległe do statywu (pozwala to na wygodne przemieszczanie lampy i jej przechowywanie np. w kącie pomieszczenia) - dotyczy pakietu nr 3 punkty 17 i 18.

Pozostałe parametry zgodne z oczekiwaniami Zamawiającego.

Odpowiedź

Zamawiający dopuści każdą lampę o rozwiązaniu spełniającym wymagania postawione w Formularzu wymaganych warunków technicznych. Pytanie nie zawiera informacji, która wskazywałaby na brak spełnienia wymagań określonych w SIWZ.



**INFRASTRUKTURA
I ŚRODOWISKO**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



WARSZAWSKI
UNIWERSYTET
MEDYCZNY

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Pytanie nr 3

Dot. Rozdz. IX pkt. 10. SIWZ.

Uprzejmie prosimy o zgodę na dołączenie oświadczenia producenta aparatu o spełnieniu parametrów wpisanych w tabeli technicznej (nie znajdujących potwierdzenia w katalogu czy ulotce) potwierdzające wszystkie wymagane informacje ujęte w tabeli technicznej.

Odpowiedź

Zamawiający w SIWZ poprzez sformułowanie wymagania określonego w Rozdziale IX ust. 10 pkt 1, nie określił zamkniętego katalogu dokumentów jakie Wykonawcy zobowiązani są złożyć wraz z ofertą, w celu potwierdzenia zgodności deklarowanych parametrów technicznych ze stanem faktycznym. Należy wskazać, że Zamawiający zobowiązany jest badać łącznie wszystkie dokumenty złożone wraz z ofertą tj. zarówno dokumenty stanowiące treść oświadczenia woli Wykonawcy, zgodnie z SIWZ - treść *Formularza ofertowego* oraz *Formularza wymaganych warunków technicznych*, a także karty katalogowe lub inne dokumenty złożone przez Wykonawcę wraz z ofertą. Co do zasady Zamawiający nie ma wpływu na zakres informacji zawartych w kartach katalogowych, ulotkach lub innych dokumentach dotyczących oferowanych urządzeń, a zatem z uwagi na cel żądania tych dokumentów nie może wyciągać skutków prawnych dla wykonawcy z tytułu zakresu informacji zawartych w tych dokumentach.

Ponadto Zamawiający informuje, że dokonuje zmiany treści SIWZ, oraz ogłoszenia o zamówieniu wskazując miejsce dostawy w zakresie dostaw objętych Pakietami od 1 do 6 - Zakład Anatomii Prawidłowej i Klinicznej, ul. Chałubińskiego 5, 02-004 Warszawa.

W związku z tym, iż ulega nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego z:

„Dostawa aparatury i sprzętu medycznego dla Zakładu Medycyny Sądowej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, w podziale na pakiety”,

na


„Dostawa aparatury i sprzętu medycznego dla Zakładu Anatomii Prawidłowej i Klinicznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, w podziale na pakiety”,

ilekroć w dokumentach SIWZ występuje zapis „Zakładu Medycyny Sądowej” należy go zastąpić słowami „Zakładu Anatomii Prawidłowej i Klinicznej”.

Mając na uwadze powyższe Zamawiający dokonuje zmiany treści w następujących dokumentach:

1. **SIWZ:** strona pierwsza (nazwa nadana zamówieniu), Rozdział III ust.1- strona 2, ust. 3 pkt 1) - strona 3, ust.4 – strona 4, Rozdział XXI ust.2 – strona 14.
2. **Załączniki do SIWZ:** Formularze ofertowe nr 1.1 - 1.6, Formularze wymaganych warunków technicznych nr 2.1 - 2.6, Załącznik nr 3 – Oświadczenie z art. 22 ust. 1 ustawy, Załącznik nr 4 – Wykaz dostaw, Załącznik nr 5 – Oświadczenie z art. 24 ust. 1 ustawy, Załącznik nr 6 – Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej/informacja o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej, Załącznik nr 7.1 – Wzór umowy- Załącznik nr 3 do umowy- symbol i nazwa jednostki docelowej, Załącznik nr 7.2 – Wzór umowy- § 3 ust. 2 oraz Załącznik nr 3 do umowy- symbol i nazwa jednostki docelowej.

Treść zmienionych załączników dostępna jest na stronie Zamawiającego www.wum.edu.pl

Z poważaniem,

Sekretarz komisji przetargowej
Ilona Skowrońska