



WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY  
MEDICAL UNIVERSITY OF WARSAW

Dział Zamówień Publicznych

Wasze pismo z dnia    Znak

Nasz znak  
AEZ/362/**1368**/2014/EA

Data  
**08.08** 2014 r.

Wykonawcy biorący udział  
w postępowaniu  
AEZ/S-129/2014

**Wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia**

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 907 ze zm.) zwanej dalej „ustawą”, Warszawski Uniwersytet Medyczny, ul. Żwirki i Wigury 61, 02-091 Warszawa, Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa wyposażenia dla Szpitala Pediatrycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego - wyposażenie Zakładu Patomorfologii – meble laboratoryjne i dygestoria z wyposażeniem, w podziale na pakiety”, znak sprawy: AEZ/S-129/2014, informuje, że w trybie art. 38 ust. 1 ustawy, do Zamawiającego wpłynęły pytania, na które udziela następujących odpowiedzi:

**dotyczy: pakiet nr 6 – wózek do przewozu zwłok – 2 szt.**

**Pytanie 1**

Czy Zamawiający dopuści wózek z mechaniczną regulacją wysokości za pomocą śruby w zakresie 640 – 910 mm?

**Odpowiedź**

Mając na uwadze specyfikę pracy Zakładu Patomorfologii, Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę minimalnej wysokości określonej przez Zamawiającego w Załączniku 2.6 do SIWZ. W świetle powyższego wymaganie określone w poz. 4 ww. Załącznika pozostaje bez zmian.

**Pytanie 2**

Czy Zamawiający dopuści wózek o długości całkowitej 2100 mm?

**Odpowiedź**

Zamawiający dokonuje zmiany treści Załącznika 2.6 do SIWZ w zakresie wymaganej długości, nadając mu brzmienie:


8.1	Wymiary zewnętrzne wózka	długość 1970-2100 mm	<i>Należy podać</i>
-----	--------------------------	----------------------	---------------------

Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 38 ust. 4 dokonał zmiany Załącznika nr 2.6 - Formularz wymaganych warunków technicznych, w powyższym zakresie.

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż w Załącznikach 2.1, 2.2 i 2.6 dokonał poprawienia numeracji wierszy.

Zmienione Załączniki 2.1, 2.2 i 2.6 są dostępne na stronie internetowej Zamawiającego.

**Termin oraz miejsce składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian.**

Z poważaniem  
Sekretarz Komisji  
  
Ewa Andrzejewska

KIEROWNIK  
Działu Zamówień Publicznych  
  
Jerzy Polijaniuk