



WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY
MEDICAL UNIVERSITY OF WARSAW

Dział Zamówień Publicznych

Wasze pismo z dnia

Znak

Nasz znak
AEZ/362/2118/2014/GR

Data
18.11.2014 r.

Wykonawcy postępowania AEZ/S-191/2014

Wyjaśnienie i zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.), Warszawski Uniwersytet Medyczny, Zamawiający, w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn.: **Dostawa sprzętu laboratoryjnego w podziale na pakiety, znak sprawy: AEZ/S-191 /2014** udziela odpowiedzi na pytania jak poniżej:

Dotyczy Pakietu Nr 1

Pytanie 1

Czy Zamawiający wymaga, aby mikroskopy posiadały w zestawie antystatyczne pokrowce przeciwkurzowe, w tym jeden szyty z tkaniny poliestrowej impregnowanej od wewnętrznej strony (bardzo trwałe i odporne na rozerwanie) ?

Odpowiedź:

Zamawiający dokonuje zmiany treści pkt 13.1 Formularza wymaganych warunków technicznych (Załącznik Nr 2.1 do SIWZ), nadając nowe brzmienie:

13.1	Wyposażenie dla każdego z mikroskopów	antystatyczne pokrowce, ilość 2 szt., w tym jeden z impregnowaną od wew. strony tkaniną poliestrową	(TAK/NIE)
------	---------------------------------------	---	-----------

Dotyczy Pakietu Nr 3

Pytanie 2

Czy Zamawiający wymaga, aby w zestawie histeroskopu operacyjnego zaoferować również optykę histeroskopową o średnicy 4 mm, długości 30 cm i kącie patrzenia 30 stopni ?

Odpowiedź:

Zamawiający w prowadzonym postępowaniu nie przewidział zakupu optyki histeroskopowej.

Pytanie 2

Czy Zamawiający w Załączniki 2.3 w pozycji 1.6 wymienia parametr dotyczący długości roboczej płaszczki histeroskopowego czy optyki kompatybilnej z wymaganym płaszczem histeroskopowym?

Odpowiedź:

Podana długość nie dotyczy optyki lecz płaszczki.

Dotyczy Pakietu Nr 3 i 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostawy do 6 tygodni od dnia podpisania umowy?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę terminu dostawy przedmiotu zamówienia, z uwagi na konieczność wydatkowania środków finansowych do końca roku kalendarzowego.

Zamawiający informuje, że zgodnie z treścią art. 38 ust 4 dokonał zmiany Załącznika nr 2.1 do SIWZ. Załącznik po zmianie jest dostępny na stronie internetowej Zamawiającego, w zakładce Zamówienia Publiczne.

Z poważaniem,

SPECJALISTA
Dział Zamówień Publicznych
G. Radzka
Grażyna Radzka

ul. Żwirki i Wigury 61, 02-091 Warszawa
tel.: 0-22 57-20 387, faks: 0-22 57-20-365
e-mail: grazyna.radzka@wum.edu.pl
www.wum.edu.pl

Radzka