



WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY  
MEDICAL UNIVERSITY OF WARSAW

Dział Zamówień Publicznych

Wasze pismo z dnia

Znak

Nasz znak  
AEZ/362/2127/2014/GR

Data  
20.11.2014 r.

**Wykonawcy postępowania AEZ/S-191/2014**

**Wyjaśnienie i zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia**

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.), Warszawski Uniwersytet Medyczny, Zamawiający, w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn.: **Dostawa sprzętu laboratoryjnego w podziale na pakiety, znak sprawy: AEZ/S-191 /2014**, udziela odpowiedzi na pytania jak poniżej:

**Dotyczy Pakietu Nr 1**

**Pytanie 1**

Czy Zamawiający zaakceptuje równoważny mikroskop wyższej klasy z optyką semi plan achromat, okularami o polu 20mm, czułością działki 0,002mm z regulacją rozstawu oczu w zakresie 55-75mm, która jest wystarczająca dla człowieka dorosłego?

**Pytanie 2**

Czy Zamawiający dopuści mikroskop równoważny do opisanego lecz z dokładną regulacją wysokości kondensora realizowaną za pomocą dźwigni a nie pokrętła?

**Pytanie 3**

Tanie mikroskopy studenckie jak wyspecyfikowane w SIWZ z reguły nie posiadają możliwości rozbudowy o, działającą poprawnie, technikę ciemnego pola, szczególnie dla obiektywu 100x. Podobnie jest z kontrastem fazowym. Czy wobec powyższego Zamawiający zaakceptuje mikroskop równoważny do opisanego bez możliwości rozbudowy o kontrast i ciemne pole?

**Odpowiedź na pytanie 1, 2, 3:**

Zamawiający w Formularzu wymaganych warunków technicznych, stanowiącym Załącznik nr 2.1 do SIWZ, określił minimalne wymagania, którymi musi charakteryzować się oferowany sprzęt, co oznacza, że dopuszczalnym jest zaoferowanie urządzenia o parametrach technicznych wyższych i o lepszej funkcjonalności niż opisana w SIWZ lub o dodatkowej funkcjonalności nieopisanej w SIWZ.

**Dotyczy Pakietu Nr 3**

**Pytanie 4**

Zamawiający wymaga dostarczenia w komplecie obturatora ( specyfikacja obturator oczywisty błąd literowy ). Czy zamawiający dopuści do postępowania Histeroskop Operacyjny bez obturatora. Obturatory stosuje się w Histeroskopach Diagnostycznych, w Histeroskopach operacyjnych ze względu na obecność kanału roboczego niema możliwości zastosowania pełnego obturatora.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dokonuje zmiany treści pkt 1.2 Formularza wymaganych warunków technicznych ( Załącznik Nr 2.3 do SIWZ), nadając nowe brzmienie:

1.2	Histeroskop Operacyjny	W komplecie: płaszcz wewnętrzny+ płaszcz zewnętrzny	TAK/NIE
-----	------------------------	---	---------

*Pod*

Zamawiający informuje, że zgodnie z treścią art. 38 ust 4 dokonał zmiany Załącznika nr 2.3 do SIWZ. Załącznik po zmianie jest dostępny na stronie internetowej Zamawiającego, w zakładce Zamówienia Publiczne.

Zamawiający dokonuje zmiany terminu składania ofert do dnia 24.11.2014r.do godz. 10:00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24.11.2014r. o godz. 10:30.

*Z poważaniem,  
Przewodniczący Komisji Przetargowej*

*Tomasz Trybun*  
