



WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY
MEDICAL UNIVERSITY OF WARSAW

Dział Zamówień Publicznych

Nasz znak

Data AEZ/362/.../2015/IS

08.01.2015r

**Wykonawcy biorący udział
w postępowaniu AEZ/S-218/2014**

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 907 ze zm.), zwanej dalej „ustawą”, Warszawski Uniwersytet Medyczny, ul. Żwirki i Wigury 61, 02-091 Warszawa, Zamawiający w postępowaniu pn. **Dostawa wyposażenia dla potrzeb Szpitala Pediatrycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, w podziale na pakiety**, znak sprawy AEZ/S-218/2014,

informuje, że w trybie art. 38 ust. 1 ustawy, wpłynęły pytania, na które Zamawiający udziela odpowiedzi:

Pytanie 1

Proszę o potwierdzenie wymagań z podpunktu 3. Tj. wymiary wewnętrzne komory: wysokość 1250mm, szerokość 660 mm, głębokość 660 mm. Według naszej wiedzy żaden z producentów autoklawów nie oferuje komory o takich wymiarach.

Powinno być wysokość: 660mm, szerokość: 660mm, głębokość 1250mm

Proszę o potwierdzenie wymagań zamawiającego oraz o dokonanie ewentualnej korekty jeśli została popełniona omyłka.

Pytanie 2

W załączniku nr 2.2 do SIWZ pakiet nr 2 w pozycji 3 wymaganych warunków technicznych Zamawiający podaje wymiary wewnętrzne komory sterylizacyjnej

H=min 1250mm

Sz.=min.660 mm

Głębokość min 660 mm.

Zwracamy się z zapytaniem, czy nie zaszła w opisie wymiarów omyłka pisarska i czy nie został zamieniony wymiar głębokości z wymiarem szerokości?

W przypadku tak wysokiej komory przy drzwiach otwieranych w płaszczyźnie pionowej sterylizator musiałby mieć wysokość min 3m.

Odpowiedź na pytanie 1 i 2

Zamawiający dokonuje zmiany treści poz. 3 Załącznika 2.2 do SIWZ nadając jej brzmienie:

3.	Wymiary wewnętrzne komory	- wysokość : min. 660 mm - szerokość : min. 660 mm - głębokość: min. 1250 mm	Należy podać wymiary
----	---------------------------	--	----------------------

Ponadto Zamawiający dokonuje zmiany:

a) treści poz.1 oraz 2 Załącznika 2.3 do SIWZ oraz dodaje poz. 10, 11 i 12 nadając im brzmienie:

1.	Śluza materiałowa (okienko podawcze)	wraz z kompletnym i niezależnym systemem wentylacji komory wewnętrznej.	TAK/ NIE
2.	Wykonanie komory wewnętrznej	stal nierdzewna, polerowana	TAK/ NIE
...			
10.	Brak wystających elementów w świetle otworu komory śluzy	wymagane	TAK/ NIE
11.	Po zamontowaniu śluzy w otworze	wymagane	TAK/ NIE

RM
MS

	technologicznym zamaskowanie listwami ze stali nierdzewnej szczeliny technologicznej na obwodzie śluzy		
12.	Możliwość wyboru kierunku otwierania drzwi przez zamawiającego	wymagane	TAK/ NIE

- b) Załącznika 4 do SIWZ nadając lit b) brzmienie zgodnie z SIWZ: w zakresie dostaw objętych Pakietem 2 - **200 000,00 zł** (słownie: dwieście tysięcy złotych).

Załączniki w których dokonano zmiany dostępne są na stronie internetowej Zamawiającego www.wum.edu.pl zakładka zamówienia publiczne.

Z poważaniem,

Ilona Skowrońska

Sekretarz komisji przetargowej

Ilona Skowrońska

Bca
MB