



Nasz znak

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY
MEDICAL UNIVERSITY OF WARSAW

Dział Zamówień Publicznych

Data AEZ/362/117/2015/IS

22.01.2015r

**Wykonawcy biorący udział
w postępowaniu AEZ/S-218/2014**

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 907 ze zm.), zwanej dalej „ustawą”, Warszawski Uniwersytet Medyczny, ul. Żwirki i Wigury 61, 02-091 Warszawa, Zamawiający w postępowaniu pn. *Dostawa wyposażenia dla potrzeb Szpitala Pediatrycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, w podziale na pakiety*, znak sprawy AEZ/S-218/2014,

informuje, że w trybie art. 38 ust. 1 ustawy, wpłynęło pytanie, na które Zamawiający udziela odpowiedzi:

Pytanie

pakiet 2-sterylizator do kuchni mlecznej.

Po analizie planów i ocenie możliwości technicznych okazuje się, że można bez problemu podłączyć do sterylizatora sprężone powietrze znajdujące się w budynku.

Czy zatem Zamawiający może zrezygnować z obowiązku dostarczania sprężarki do obsługi sterylizatora? (mniejszy koszt inwestycji, więcej miejsca w pomieszczeniu i większy komfort pracy).

Odpowiedź

Zamawiający dokonuje modyfikacji Załącznika 2.2 do SIWZ poprzez wykreślenie pozycji 28.

Pytanie

W związku z zamiarem przystąpienia naszej firmy do w/w przetargu, zwracamy się z prośbą o wyznaczenie drugiego terminu wizji lokalnej w terminie 23.01 lub 26.01.2015 r. W przypadku jeżeli jeden z podanych terminów nie jest możliwy do zrealizowania proszę o wyznaczenie nowego terminu w dogodnym dla Państwa czasie.

Odpowiedź

Mając na uwadze termin składania ofert Zamawiający nie przewiduje dodatkowej wizji lokalnej.

Załącznik w którym dokonano zmiany dostępny jest na stronie internetowej Zamawiającego www.wum.edu.pl zakładka zamówienia publiczne.

Z poważaniem,

Ilona Skowrońska

Sekretarz komisji przetargowej

Ilona Skowrońska