



Wasze pismo z dnia

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY MEDICAL UNIVERSITY OF WARSAW

Dział Zamówień Publicznych

Znak

Nasz znak

Data

AEZ/362/1.6.5./2015/EJ

23.01.2015 r.

**Wykonawcy
biorący udział w postępowaniu
AEZ/S-209/2014**

Wyjaśnienia oraz zmiana treści SIWZ

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.), Warszawski Uniwersytet Medyczny, ul. Żwirki i Wigury 61, 02-091 Warszawa, Zamawiający w postępowaniu p.n. **Dostawa, montaż i ustawienie mebli laboratoryjnych do Zakładu Immunologii WUM**, znak sprawy: AEZ/S-209/2014, informuje, że wpłynęły do Zamawiającego pytania o następującej treści:

Pytanie 1:

W Ogłoszeniu o zamówieniu oraz w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Zamawiający w celu potwierdzenia spełnienia jednego z warunków udziału w postępowaniu, żąda:

2) zaświadczenie niezależnego podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym:

Potwierdzeniem spełnienia ww. warunku będzie złożenie wraz z ofertą:

a) dokumentu potwierdzającego, że stoły laboratoryjne spełniają wymagania normy PN-EN 13150.

Pragniemy zauważyć, że Ustawa z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji (Dz. U. z 2002 r. Nr 169, poz. 1386, z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 132, poz. 1110, z 2006 r. Nr 170, poz. 1217, z 2008 r. Nr 227, poz. 1505) w art. 7 ust. 1 i ust. 2 stanowi, że: wyroby spełniające wymagania Polskich Norm oznaczane są na zasadzie dobrowolności znakiem zgodności z Polską Normą pod warunkiem uzyskania certyfikatu zgodności upoważniającego do takiego oznaczenia, oraz, że wyłączne prawo do wyrażenia zgody na oznaczenie wyrobu znakiem zgodności z Polską Normą przysługuje krajowej jednostce normalizacyjnej. Zapisy powyższe dotyczą oznaczania wyrobów znakiem zgodności z Polską Normą i to oznaczanie znakiem zgodności jest uwarunkowane uprzednią zgodą „niezależnego uprawnionego podmiotu”.

Natomiast w ust. 6 powołanego powyżej przepisu art. 7 ustawy zapisane jest, iż „Producent lub osoba wprowadzająca wyroby do obrotu może zadeklarować ich zgodność z Polskimi Normami deklaracją zgodności wydaną na własną odpowiedzialność, przy czym wymagania stawiane takiej deklaracji określają Polskie Normy. Tak wystawiona deklaracja – zgodnie z kolejnym przepisem art. 7 ust. 7 powołanej ustawy, nie upoważnia jedynie deklarującego do oznaczenia znakiem zgodności z normami danego wyrobu.

Wystawianie Deklaracji zgodności wyrobów z obowiązującymi normami jest bardzo powszechną i zgodną z przepisami prawa praktyką, stosowaną przez producentów i dystrybutorów wprowadzających wyroby do obrotu.

W związku z powyższym prosimy o potwierdzenie, iż dla spełnienia warunku opisanego w rozdziale IX SIWZ pkt. 9 ppkt. 2) lit. a) (tj. że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym), Zamawiający dopuszcza złożenie Deklaracji zgodności stołów laboratoryjnych z wymaganiami normy PN-EN 13150, wystawionej przez producenta tychże stołów.



Handwritten signature or mark in blue ink.

Odpowiedź:

Zamawiający dokonuje zmiany treści Rozdziału IX ust. 9 pkt 2 SIWZ, nadając mu brzmienie:

- 2) zaświadczenie niezależnego podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym:

Potwierdzeniem spełnienia ww. warunku będzie złożenie wraz z ofertą:

- a) dokumentu potwierdzającego, że stoły laboratoryjne spełniają wymagania normy PN-EN 13150;
- b) w odniesieniu do blatów i zlewów ceramicznych stołów laboratoryjnych dokumentu potwierdzającego, że zastosowana ceramika monolityczna blatów oraz zlewów jest zgodna z normą PN-EN 14411 lub normą równoważną w zakresie odporności chemicznej i odporności na płamienie;

Na potwierdzenie spełnienia warunku wyszczególnionego w pkt. 2 lit. a) Zamawiający dopuszcza również złożenie deklaracji producenta lub osoby wprowadzającej wyroby do obrotu, potwierdzającej zgodność zaoferowanych stołów laboratoryjnych z wymaganiami normy PN-EN 13150.

Pytanie 2:

Pytanie dot. Formularza wymaganych warunków technicznych Załącznik nr 3 – okucia meblowe, pkt. 34 Czy Zamawiający dopuści zawiasy stalowe z powłoką galwanizowaną, pozwalającą na regulację elementów frontowych we wszystkich kierunkach, wyposażone w mechanizm samodomykania, umożliwiające otwarcie o kącie 160°

Odpowiedź:

Zamawiający dokonuje zmiany treści poz. 34, kolumny 3 Załącznika nr 3 do SIWZ (Formularza wymaganych warunków technicznych, nadając jej brzmienie:


„zawiasy stalowe z powłoką galwanizowaną, pozwalające na regulację elementów frontowych we wszystkich kierunkach, wyposażone w mechanizm samodomykania, umożliwiające otwarcie o kącie minimum 160°”

Jednocześnie Zamawiający informuje, że dokonuje zmiany terminu składania ofert na dzień 06.02.2015 r. do godziny 10:00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 06.02.2015 r. o godzinie 10:30.

Miejsce składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

Zmieniony Załącznik nr 3 do SIWZ oraz Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Zamawiający zamieścił na stronie internetowej www.wum.edu.pl.

Z poważaniem


Robert Paprocki
Przewodniczący Komisji Przetargowej