



WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY
MEDICAL UNIVERSITY OF WARSAW

Dział Zamówień Publicznych

Wasze pismo z dnia

Znak

Nasz znak
AEZ/362/198/2015/UK

Data
04.02.2015r.

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu
Nr AEZ/S-022/2015

Wyjaśnienie i zmiana treści SIWZ

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 907 ze zm.) zwanej dalej „ustawą”, Warszawski Uniwersytet Medyczny, ul. Żwirki i Wigury 61, 02-091 Warszawa, Zamawiający w postępowaniu pn.: *Dostawa sprzętu laboratoryjnego i medycznego w podziale na pakiety: Pakiet 1 - dostawa audiotympanometru, Pakiet 2 - dostawa inkubatora CO₂*, znak sprawy: AEZ/S-022/2015, informuje, że w dniu 04.02.2015r. w trybie art. 38 ust. 1 ustawy, wpłynęły pytania, na które Zamawiający udziela odpowiedzi:

Pytanie 1

Czy Zamawiający dopuści inkubator CO₂ o pojemności 200 L ?

Odpowiedź 1

Zamawiający nie dopuszcza inkubatora CO₂ o pojemności 200 litrów. Inkubator o pojemności 160 litrów [$\pm 5\%$] jest wystarczający dla wzrostu komórek linii prawidłowych.

Pytanie 2

Czy Zamawiający dopuści inkubator CO₂ z zakresem temperatury 5°C powyżej temp. otoczenia do +55°C ?

Odpowiedź 2

Zamawiający wymaga możliwości regulowania temperatury w zakresie powyżej 60°C. Mając na uwadze powyższe nie dopuszcza zakresu temperatury proponowanego przez Wykonawcę.

Jednocześnie Zamawiający dokonuje zmiany w Rozdziale V SIWZ poprzez wykreślenie ust. 3. Rozdział V SIWZ otrzymuje następujące brzmienie:

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu w zakresie Pakietu 1 i 2 co najmniej 24 miesięcznej gwarancji jakości na przedmiot umowy.
2. Okres gwarancji rozpoczyna swój bieg od daty podpisania Protokołu odbioru, którego wzór stanowi Załącznik nr 3 do *Wzoru umowy*.
3. ~~W przypadku, gdy Wykonawca w formularzu ofertowym nie wskaże okresu gwarancji Zamawiający uzna, że został zaoferowany min. okres wskazany w ust.1.~~

Jednocześnie zgodnie z zapisem ust. 5 Formularza ofertowego (załącznik 1.2 do SIWZ) „Nie wpisanie w pkt 5) zaoferowanego okresu gwarancji będzie skutkowało odrzuceniem oferty.”

Termin składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

Z poważaniem,
Przewodniczący Komisji Przetargowej


Witold Płotczyk