



WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY
MEDICAL UNIVERSITY OF WARSAW

Dział Zamówień Publicznych

Wasze pismo z dnia

Znak

Nasz znak

Data

AEZ/362/555.1/2015/AB 12.03.2015 r.

**Wykonawcy biorący udział w
postępowaniu AEZ/S-013/2015**

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.), zwanej dalej „ustawą”, Warszawski Uniwersytet Medyczny, ul. Żwirki i Wigury 61, 02-091 Warszawa, Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „*Dostawa fantomów i pomocy dydaktycznych w podziale na pakiety*”, znak sprawy: **AEZ/S-013/2015**, informuje, że w dniu 10.03.2015 r., 11.03.2015 r. oraz 12.03.2015 r., w trybie art. 38 ust. 1 ustawy, wpłynęły n.w. pytania, na które Zamawiający udziela odpowiedzi:

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostawy do 6 tygodni od daty podpisania umowy? Dotyczy asortymentu w pakietach nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10?

Odpowiedź na pytanie nr 1

Zamawiający dokonuje zmiany treści Rozdz. IV SIWZ nadając mu brzmienie:

„*Wymagany termin wykonania przedmiotu umowy ustala się:*

- 1) *dla Pakietu 1 – 8, 10 na 42 dni od dnia zawarcia umowy,*
- 2) *dla Pakietu 9 i 11 na 21 dni od dnia zawarcia umowy.*”

Ponadto, Zamawiający dokonuje zmiany treści pkt 3 Załączników 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.10 nadając im brzmienie „*Niniejszym zobowiązujemy się dostarczyć przedmiot zamówienia w terminie do 42 dni od dnia zawarcia umowy.*”.

Pytanie nr 2 dotyczy 5 – Zestaw szkoleniowy BLS/AED

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu do BLS/AED składającego się z fantomu osoby dorosłej, defibrylatora treningowego oraz apteczki z wyposażeniem, całość umieszczona w wygodnej i praktycznej do transportu walizce? Poniżej proponowane parametry zestawu:

1. Profesjonalny fantom do nauki:

- resuscytacji krążeniowo-oddechowej
- użycia AED

Fantom posiadający :

- wbudowany wskaźnik świetlny (kolorowe diody) informujący o prawidłowości częstotliwości uciśnień
- sygnał dźwiękowy „klik-klak”
- unikalny mechanizm pomagający w dostosowaniu siły ucisku
- interaktywny mechanizm weryfikacji – uczeń widzi, słyszy i czuje poprawność wykonywanego ćwiczenia
- jednorazowe maseczki ochronne /alternatywne używanie filtrów ochronnych
- Realistyczny profesjonalny trening technik resuscytacji:
- realistyczne odwzorowanie anatomii i fizjonomii człowieka
- widoczne i wyczuwalne anatomiczne punkty orientacyjne (żebra, mostek, sutki), szybkie i łatwe odnalezienie właściwego miejsca ucisku i przyklejenia elektrod AED
- konieczność odchylenia głowy w celu prawidłowego udrożnienia dróg oddechowych
- widoczne unoszenie i opadanie klatki piersiowej w czasie wentylacji
- widoczna relaksacja klatki piersiowej potwierdzająca poprawną głębokość masażu
- 10 maseczek ochronnych,

Handwritten signatures and initials in blue ink.

2 Defibrylator treningowy :

Symulator defibrylatora klinicznego wyposażony w dwa przyciski: jeden- uruchamiający urządzenie, drugi – uruchamiający wyładowanie.

Defibrylator wyposażony we wskaźnik statusu urządzenia oraz trzy wskaźniki świetlne, informujące o kolejnych krokach pracy urządzenia. Urządzenie wyposażone w pilot, umożliwiający zdalne wybieranie poszczególnych scenariuszy symulowanych działań ratowniczych. Pilot pozwala na sterowanie czterema urządzeniami treningowymi jednocześnie.

Komunikaty głosowe w języku polskim.

Kompletny zestaw zawierający:

Defibrylator z baterią treningową wielokrotnego ładowania, komplet elektrod treningowych, ładowarka do baterii treningowej, pilot do zdalnego sterowania urządzeniem.

3. Apteczka w z wyposażeniem zgodnym z wymogami Zamawiającego opisanym w siwz.

Odpowiedź na pytanie nr 2

Na obecnym etapie prowadzonego postępowania, Zamawiający nie dokonuje oceny oferowanych urządzeń.

Pytanie nr 3 dotyczy Pakietu nr 8 - pozycja nr 1 –model do wkluc

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie modelu wraz z torbą transportową zamiast walizki transportowej?

Odpowiedź na pytanie nr 3

Zamawiający dokonuje zmiany treści poz. 11 Załącznika nr 2.8, nadając jej brzmienie:

11.	Walizka lub torba transportowa	wymagana	TAK/NIE
-----	--------------------------------	----------	---------

Pytanie nr 4 dotyczy SIWZ w części IV: terminu wykonania zamówienia

W części 10 - Fantom miednicy do badania USG dopochwowego i przezbrzusznego: czy zamawiający zmieni zapis: z „Termin wykonania zamówienia z 21 dni ” na „Termin wykonania zamówienia 49 dni”, producent odpowiedział, że fantom ten jest produkowany na zamówienie i czas produkcji wraz ze sprowadzeniem z Japonii wynosi najkrócej 7 tygodni.

Odpowiedź na pytanie nr 4

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 1.

Pytanie nr 5 dotyczy SIWZ w części IV: terminu wykonania zamówienia

W części 4 - fantomu 9-cio miesięcznego niemowlęcia: czy zamawiający zmieni zapis: z „Termin wykonania zamówienia z 21 dni ” na „Termin wykonania zamówienia 49 dni”, brak w magazynie u producenta, że fantom ten jest produkowany na zamówienie i czas produkcji wraz ze sprowadzeniem z USA wynosi najkrócej 7 tygodni.

Odpowiedź na pytanie nr 5

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 1.

Pytanie nr 6 dotyczy SIWZ

Czy Zamawiający wydłuży termin wykonania zamówienia do 5 tygodni? Nie jesteśmy bezpośrednim producentem, także czas realizacji jest przez to wydłużony. Niektóre modele będą dostępne w późniejszym terminie.

Odpowiedź na pytanie nr 6

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 1.

Mając na uwadze powyższe Zamawiający dokonuje zmian treści SIWZ oraz ogłoszenia o zamówieniu ustalając:

termin składania ofert na dzień **18.03.2015 r. do godz. 09:30,**

oraz

otwarcia ofert na dzień **18.03.2015 r. o godz. 10:00.**

Miejsce składania i otwarcia ofert bez zmian.

Ponadto zmienione Załączniki nr 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.10 do SIWZ, Zamawiający zamieścił na stronie internetowej www.wum.edu.pl

Z poważaniem.


Robert Paprocki

Przewodniczący komisji przetargowej

ly