



WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY  
MEDICAL UNIVERSITY OF WARSAW

Dział Zamówień Publicznych

Wasze pismo z dnia

Znak

Nasz znak  
AEZ/362/2016/EA

Data  
21.10.2016 r.

Wykonawcy  
biorący udział w postępowaniu  
AEZ/S-140/2016

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 oraz z 2016 r. poz. 831, 996 i 1020), zwanej dalej „ustawą”, Warszawski Uniwersytet Medyczny, ul. Żwirki i Wigury 61, 02-091 Warszawa, Zamawiający w postępowaniu pn. Dostawa wyposażenia medycznego dla potrzeb Szpitala Pediatricznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, w podziale na pakiety, znak sprawy AEZ/S-140/2016,

informuje, że w trybie art. 38 ust. 1 ustawy, do Zamawiającego wpłynęło pytanie, na które udziela następującej odpowiedzi:

**Pytanie:**

W związku z odpowiedzią na Pytania 1 i 2, udzieloną przez Zamawiającego dnia 07.10.2016 zwracamy się z prośbą o wykreślenie wymogu komunikacji oferowanych aparatów USG z PACS, HIS poprzez HL7.

Pragniemy zauważyć, że aparaty USG komunikują się w pełnym zakresie wyłącznie poprzez wykorzystanie protokołu DICOM. Wymóg komunikacji przez protokół HL7 jest bezzasadny, błędny i jednocześnie uniemożliwiający złożenie jakiegokolwiek ważnej oferty w zadaniach 1, 2, 3. Tylko zmiana wskazanego zapisu umożliwi złożenie ważnych ofert jednocześnie w żaden sposób nie ograniczając funkcjonalności wymaganej przez Zamawiającego.

Mając na uwadze powyższe prosimy o zmianę odpowiednio w złącznikach nr 2.1, 2.2 i 2.3 odpowiednio pozycji 42a, 19a i 92a na:

	integracja z systemem HIS, PACS/RIS	- integracja z posiadanym przez szpital systemem Clininet - archiwizacja na serwer szpitalny - komunikacja z PACS, HIS poprzez DICOM lub HL7	(Tak/Nie)
		licencja na podłączane do systemu urządzenia	(Tak/Nie)

**Odpowiedź:**

Zamawiający dokonał zmiany treści Załącznika 2.1, 2.2 i 2.3 SIWZ w zakresie wymaganej komunikacji, nadając w pkt 42a Załącznika 2.1, pkt 19a Załącznika 2.2 oraz w pkt 92a Załącznika 2.3, nadając nowe brzmienie:

42a	Integracja z systemem HIS, PACS/RIS	- integracja z posiadanym przez szpital systemem Clininet - archiwizacja na serwer szpitalny - komunikacja z PACS, HIS <i>co najmniej</i> poprzez DICOM i HL7	(Tak/Nie)
		licencja na podłączane do systemu urządzenia	(Tak/Nie)


Handwritten signatures and initials in blue ink, including 'Roc' and 'A'.

Zmienione w powyższym zakresie Załączniki 2.1, 2.2, 2.3 są dostępne na stronie internetowej Zamawiającego.

**Zamawiający dokonał zmiany terminu składania i otwarcia ofert na dzień 28.10.2016 r., składanie ofert do godziny 13:00, otwarcie ofert o godzinie 13:30.  
Miejsce składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian.**

Z poważaniem,

*Przewodniczący Komisji Przetargowej  
Marta Kuczabska*

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'M. Kuczabska', with a large, vertical loop on the left side.