

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY
MEDICAL UNIVERSITY OF WARSAW

Dział Zamówień Publicznych

Nasz znak.

AEZ/362/2014/RL

Data: 18 maja 2015 r.

Wyjaśnienie i zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., poz. 907 ze zm.), Warszawski Uniwersytet Medyczny, Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: **Dostawa urządzeń laboratoryjnych i medycznych, w podziale na pakiety. Znak sprawy: AEZ/S-076/2015**, informuje, że w trybie art. 38 ust. 1 ustawy do Zamawiającego wpłynęły pytania, na które udziela następujących odpowiedzi:

1. Dotyczy rozdziału IV SIWZ pkt 1:**1.1 Pytanie:**

Serdecznie prosimy o wyrażenie zgody na wydłużenie terminu dostawy dla zadania 3, 4 i 5 z 21 dni na: do 28 dni od daty zawarcia umowy. Oferowane przez nas urządzenia pochodzą z bieżącej produkcji i są sprowadzane z zagranicy, termin 21 dni może okazać się nie wystarczający na realizację zamówienia.

Odpowiedź:

Zamawiający określił termin realizacji zamówienia na podstawie analizy rynku oraz zgodnie z potrzebami użytkowników i nie zgodzi się na jego wydłużenie.

2. Dotyczy dostaw objętych Pakietem 2 – dostawa wytrząsarki kołyskowej:**2.1 Pytanie:**

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie wytrząsarki spełniającej wymienione w specyfikacji technicznej wymagania, ale z zasilaniem 100-240 V, 50/60 Hz oraz 24 V DC?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga aby zaoferowane urządzenie było zasilane z dostępnej w Polsce sieci energetycznej. Natomiast sposób realizacji tego warunku tzn. czy urządzenie będzie podłączone do sieci energetycznej bezpośrednio, czy przez stabilizowany zasilacz nie jest istotny.

Mając na uwadze powyższe, Zamawiający dokonuje zmiany treści w pkt. 13 załącznika 2.2 do SIWZ, który otrzymuje brzmienie:

13	zasilanie	230 V 50 Hz Tak/Nie
----	-----------	-------------	------------------

3. Dotyczy dostaw objętych Pakietem 4 – dostawa wstrząsarki laboratoryjnej:**3.1 Pytanie:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wytrząsarki z trzema rodzajami ruchu: obrotowy jednostronny, dwustronny i wibracyjny? Prosimy o dopuszczenie następujących parametrów:

-ruch obrotowy jednostronny i obustronny:

zakres prędkości 1-100 obr/min (ustawienie co 1 obr/min.), timer: 0-250 sekund,
kąt wychylenia: 1-90° (ustawienie co 1°),

-ruch wibracyjny:

kąt wychylenia: 1-5° (ustawienie co 1°), timer: 0-5 sekund,

Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ. Wyrażenie zgody pozwoli na złożenie ofert większej liczbie firm, co w konsekwencji zwiększy konkurencję i doprowadzi do obniżenia cen. Zamawiającemu natomiast umożliwi wybór najkorzystniejszej oferty spośród większej liczby oferentów.

Odpowiedź:

Zamawiający na tym etapie postępowania nie dokonuje oceny proponowanych rozwiązań. W formularzu wymaganych warunków technicznych, załączniku 2.4 do SIWZ opisał minimalne wymagania jakie musi spełniać zaoferowana wstrząsarka i nie zgodzi się na zaoferowanie urządzenia nie spełniającego tak określonych warunków.

Zamawiający informuje, iż na stronie internetowej www.wum.edu.pl zostały zamieszczone załączniki uwzględniające powyższe zmiany.

Dotychczasowy termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie.

Termin składania ofert: 21 maja 2015 r. o godz. 10:50

Termin otwarcia ofert: 21 maja 2015 r. o godz. 11:00

Z poważaniem

.....
Wojciech Gruchola
Przewodniczący Komisji
Przetargowej