



WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY
MEDICAL UNIVERSITY OF WARSAW

Dział Zamówień Publicznych

Nasz znak
AEZ/362/1196/2015/BR

Data
28.05.2015 r.

Wykonawcy
biorący udział w postępowaniu Nr AEZ/S-086/2015
ogłoszonym w Biuletynie Zamówień Publicznych,
na stronie internetowej oraz w siedzibie Zamawiającego

Odpowiedzi na zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.), zwanej dalej „ustawą”, Warszawski Uniwersytet Medyczny, ul. Żwirki i Wigury 61, 02-091 Warszawa, Zamawiający w postępowaniu pn. „Dostawa stacji wymiany klatek do zwierzątarni Zakładu Immunologii WUM”, znak sprawy: AEZ/S-086/2015

- informuje, że w dniu 26.05.2015 r., w trybie art. 38 ust. 1 ustawy, wpłynęły następujące zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), na które Zamawiający udziela odpowiedzi:

Pytanie 1:

Czy Zamawiający dopuści stację wymiany klatek o wadze 195 kg?

Pytanie 2:

Czy Zamawiający wymaga dostarczenia stacji wymiany klatek wykonanej z metalu czy z plastiku?

Odpowiedź na pytanie 1 i pytanie 2:

Zamawiający dokonuje modyfikacji treści parametru opisanego w poz. 12 Załącznika nr 2 do SIWZ nadając mu brzmienie:

Lp.	Opis wymaganych parametrów	Wymagane parametry techniczne	Parametry techniczne oferowane
12.1		wykonana z metalu lub z tworzywa sztucznego Należy podać
12.2	Stacja mobilna	o masie całkowitej do 200 kg z mechanicznym lub elektrycznym systemem regulacji wysokości Należy podać wagę i rodzaj systemu regulacji wysokości

Informujemy, że aktualny (z naniesionymi zmianami) Załącznik nr 2 został zamieszczony na stronie internetowej www.wum.edu.pl.

Z poważaniem

Artur Dzwonek
Przewodniczący komisji przetargowej

Dzwonek

BR