



WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY
MEDICAL UNIVERSITY OF WARSAW

Dział Zamówień Publicznych

Wasze pismo z dnia:

Znak:

Nasz znak:

Data:

AEZ/362/1220/2015/BB

03.06.2015r.

Wykonawcy zainteresowani
udziałem w postępowaniu
AEZ/S-070/2015

Wyjaśnienia i zmiany treści SIWZ

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 i ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.), zwanej dalej „ustawą”, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. **Dostawa różnego wyposażenia do laboratoriów w budynku Zakładu Medycyny Sądowej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, w podziale na pakiety**, znak sprawy: AEZ/S-070/2015, informuje, że w trybie art. 38 ust. 1 ustawy do Zamawiającego wpłynęły pytania, na które udziela poniższych odpowiedzi:

1. Pytanie 1

Pakiet nr 4- dygestorium

Czy Zamawiający dopuści dygestorium o wymiarach zewnętrznych 1000x800x1315 (szer. x gł. x wys.) [mm] i wymiarze wewnętrznym 965x695x1040 (szer. x gł. x wys.)?

2. Pytanie 2

Pakiet nr 4- dygestorium

Czy Zamawiający dopuści dygestorium o wymiarach zewnętrznych 1000x630x1160 (szer. x gł. x wys.) [mm] i wymiarze wewnętrznym 965x522x860 (szer. x gł. x wys.) oraz przepływie powietrza o wartości 230m³/h?

Odpowiedź na Pytanie 1 i Pytanie 2

Zamawiający dokonuje modyfikacji wymagań opisanych w wierszu 10. i 11. tabeli Załącznika nr 2.4 do SIWZ *Formularz wymaganych warunków technicznych*, nadając im następujące brzmienie:

Lp.	Opis parametrów	Wymagane parametry techniczne	Parametry techniczne oferowane
10.	Wymiary zewnętrzne komory [mm]	szerokość: 855 ÷ 1000 mm głębokość: 630 ÷ 840 mm wysokość: 1090 ÷ 1315 mm Należy podać
11.	Wymiary wewnętrzne komory [mm]	szerokość: 800 ÷ 965 mm głębokość: 522 ÷ 695 mm wysokość: 615 ÷ 1040 mm Należy podać

Jednocześnie Zamawiający podtrzymuje (pozostawia bez zmian) wymaganie dot. wartości wymuszonego przepływu powietrza, określone w wierszu 20. tabeli Załącznika nr 2.4 do



INFRASTRUKTURA
I ŚRODOWISKO
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



WARSZAWSKI
UNIWERSYTET
MEDYCZNY

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



ku D?

SIWZ *Formularz wymaganych warunków technicznych*. Wartość przepływu powietrza zaproponowana w Pytaniu przez Wykonawcę znacząco odbiega od wartości granicznej określonej na potrzeby użytkowe dygestorium.

3. Pytanie 3

Pakiet nr 4- dygestorium

Czy Zamawiający dopuści dygestorium o wielkości szczeliny frontowej 566mm?

Odpowiedź

Tak. Zamawiający dokonuje modyfikacji wymagania opisanego w wierszu 6. tabeli Załącznika nr 2.4 do SIWZ *Formularz wymaganych warunków technicznych*, nadając mu następujące brzmienie:

Lp.	Opis parametrów	Wymagane parametry techniczne	Parametry techniczne oferowane
6.	Komora dygestorium	front przeszklony, szkło bezpieczne, maksymalna wielkość szczeliny frontowej 450 mm ÷ 566 mm <i>Należy podać</i>

Jednocześnie Zamawiający informuje, że na stronie internetowej www.wum.edu.pl został zamieszczony zmieniony Załącznik nr 2.4 do SIWZ, uwzględniający zmiany, o których mowa w niniejszym piśmie.

Z poważaniem
Przewodniczący Komisji Przetargowej

Wojciech Gruchoła