



WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY
MEDICAL UNIVERSITY OF WARSAW

Dział Zamówień Publicznych

nich i
cennych próbek

Nasz znak. AEZ/362/2014/RL

Data: 09.06.2015 r.

Wyjaśnienie i zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., poz. 907 ze zm.), Warszawski Uniwersytet Medyczny, Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: **Dostawa urządzeń laboratoryjnych, medycznych i agd w podziale na pakiety. znak sprawy: AEZ/S-084/2015**, informuje, że w trybie art. 38 ust. 1 ustawy do Zamawiającego wpłynęły pytania, na które udziela następujących odpowiedzi:

1. Dotyczy dostaw objętych Pakietem 1 – dostawa urządzeń chłodniczych:

1.1 Pytanie:

Czy Zamawiający dopuści zamrażarkę niskotemperaturową bez określania klasy klimatycznej? Zaoferowana zamrażarka pracuje w temperaturze otoczenia do +32°C? Jeśli nie, proszę o wyjaśnienie.

Odpowiedź:

Zamawiający mając na uwadze fakt, że zamrażarka niskotemperaturowa jest przewidziana do przechowywania ważnych dla prowadzonych badań próbek, tak opisał wymagania dotyczące minimalnych parametrów zaoferowanego urządzenia, by w maksymalny sposób zapewnić wymagane przez użytkownika bezpieczeństwo i stabilność pracy urządzenia w możliwie najszerszym spektrum temperatur zewnętrznych i nie zgodzi się na zaoferowanie urządzenia nie spełniającego warunków opisanych w Formularzu wymaganych warunków technicznych, załączniku nr 2.1 do SIWZ

1.2 Pytanie:

Czy Zamawiający dopuści zamrażarkę ze średnim zużyciem energii wynoszącym 16,56 kWh/24h, jednak z możliwością pracy w trybie ekonomicznym, który pozwala na zmniejszenie zużycia energii o co najmniej 15% (ok. 14.08 kWh/dzień)? Jest to stosunkowo niskie zużycie energii dla zamrażarki niskotemperaturowej o wymaganej pojemności

Odpowiedź:

Proponowana przez Państwa zmiana w sposób znaczący odbiega od wymagań Zamawiającego zawartych w Formularzu wymaganych warunków technicznych, załączniku nr 2.1 do SIWZ. Mając na uwadze powyższe Zamawiający nie dokonuje zmiany w powyższym zakresie

2. Dotyczy dostaw objętych Pakietem 3 – dostawa dewara z wyposażeniem:

2.1 Pytanie:

Czy Zamawiający dopuści dewar o średnicy otworu 51 mm, który pozwala na przechowywanie statyczne przez 227 dni?

2.2 Pytanie:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie w Pakiecie 3 poz. 1 pkt 10 naczynie Dewara o średnicy otworu 51 mm?

2.3 Pytanie:

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę parametru z Formularza wymaganych warunków technicznych (Pakiet 3 załącznik 2.3 – dewar z wyposażeniem) – w podpunkcie 10 „średnica otworu – od 55 do 65 mm” na „średnica otworu – od 50 do 65 mm”? Zaproponowany zapis wskazuje na jednego dostawcę co jest sprzeczne z obowiązkiem zachowania uczciwej konkurencji dlatego też Wykonawca proponuje szerszą rozpiętość na parametrze, co w żaden sposób nie powoduje pogorszenia jakości oferowanego wyrobu, a tym bardziej pogorszenia jego parametrów i oczekiwanych wartości referencyjnych zbiornika.

Odpowiedź na pytania 2.1, 2.2 i 2.3:

Zamawiający ze względu na potrzebę przechowywania materiału w różnych pojemnikach w pkt 10 Formularza wymaganych warunków technicznych załączniku nr 2.3 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wymaga aby zaoferowany dewar był wyposażony w średnicę otworu od 55 do 65 mm i nie zgodzi się na zaoferowanie urządzenia nie spełniającego tak opisanego wymagania.

2.4 Pytanie:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie w Pakiecie nr 3 pkt 11 naczynie Dewara o średnicy zewnętrznej 395 mm?

2.5 Pytanie:

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę parametru z Formularza wymaganych warunków technicznych (Pakiet 3 załącznik 2.3 – dewar z wyposażeniem) – w podpunkcie 11 „wymiary zewnętrzne-średnica- nie przekraczająca 380 mm” na „wymiary zewnętrzne-średnica- nie przekraczająca 388 mm”? Zaproponowany zapis wskazuje na jednego dostawcę co jest sprzeczne z obowiązkiem zachowania uczciwej konkurencji dlatego też Wykonawca proponuje szerszą rozpiętość na parametrze, co w żaden sposób nie powoduje pogorszenia jakości oferowanego wyrobu, a tym bardziej pogorszenia jego parametrów i oczekiwanych wartości referencyjnych zbiornika.

Odpowiedź:

Zamawiający dokonuje zmiany treści w wierszu 1 pkt. 11 załącznika 2.3 do SIWZ, który otrzymuje brzmienie:

11	wymiary zewnętrzne	średnica	nie przekraczająca 395 mm Należy podać
----	--------------------	----------	---------------------------	-----------------------

2.6 Pytanie:

Czy Zamawiający miał na myśli w Pakiecie nr 3 poz. 1 pkt 12 ciężar naczynia wraz z wagą ciekłego azotu?

Odpowiedź:

Zamawiający dokonuje zmiany treści w pkt. 12 załącznika 2.3 do SIWZ, który otrzymuje brzmienie:

12	ciężar urządzenia gotowego do pracy	nie przekraczający 35 kg Należy podać
----	--	--------------------------	-----------------------

2.7 Pytanie:

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę parametru z Formularza wymaganych warunków technicznych (Pakiet 3 załącznik 2.3 – dewar z wyposażeniem) – w podpunkcie 7 „pojemność użytkowa –zapewniająca zdolność przechowywania – od 100 do 120 kriofiolek o objętości 1,2/2,0 ml w listwach” na „pojemność użytkowa –zapewniająca zdolność przechowywania od 100 do 180 kriofiolek o objętości 1,2/2,0 ml w listwach”. Przy wymaganej pojemności urządzenia Wykonawca zapewnia o większej niż była przewidywana pojemność ilościowa kriofiolek?

2.8 Pytanie:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie w Pakiecie 3 poz. 1 pkt 7 naczynie Dewara o:

- a)pojemności użytkowej zapewniająca zdolność przechowywania do 216 kriofiolek?
- b)pojemności użytkowej zapewniająca zdolność przechowywania 720 słomek luzem w kanistrach lub 1200 luzem w gobletach?

2.9 Pytanie:

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę parametru z Formularza wymaganych warunków technicznych (Pakiet 3 załącznik 2.3 – dewar z wyposażeniem) – w podpunkcie 7 „pojemność użytkowa –zapewniająca zdolność przechowywania – od 1100 do 1122 słomek o objętości 0,5 ml luzem” na „pojemność użytkowa –zapewniająca zdolność przechowywania – od 1100 do 1200 słomek o objętości 0,5 ml luzem”. Przy wymaganej pojemności urządzenia Wykonawca zapewnia o większej niż była przewidywana pojemność ilościowa słomek.

Odpowiedź na pytania 2.7, 2.8 i 2.9:

W pkt 7 Formularza wymaganych warunków technicznych załącznika 2.3 do Specyfikacji Istotnych Zamawiający określił wymagania dotyczące pojemności użytkowej dewara na podstawie realizowanych i zaplanowanych badań.

Zamawiający dokonuje zmiany treści w wierszu 2 pkt 7 załącznika 2.3 do SIWZ, który otrzymuje brzmienie:

7	pojemność użytkowa	zapewniająca zdolność przechowywania	od 100 do min. 120 i maks. 210 kriofolek o objętości 1,2/2,0 ml w listwach <i>Należy podać</i>
---	--------------------	--------------------------------------	--	------------------------------

2.10 Pytanie:

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę parametru z Formularza wymaganych warunków technicznych (Pakiet 3 załącznik 2.3 – dewar z wyposażeniem) – w podpunkcie 16 „listwa na kriofoleki-na 5 kriofolek o średnicy 12,5 mm” na „listwa na kriofoleki-na 6 kriofolek”. Zaproponowany zapis wskazuje na jednego dostawcę co jest sprzeczne z obowiązkiem zachowania uczciwej konkurencji dlatego też Wykonawca proponuje szerszą rozpiętość na parametrze, co w żaden sposób nie powoduje pogorszenia jakości oferowanego wyrobu, a tym bardziej pogorszenia jego parametrów i oczekiwanych wartości referencyjnych zbiornika. Zapis o średnicy kriofolek również świadczy o wskazaniu jednego ich dostawcy, bowiem dokładność tego parametru co do milimetra zależy od producenta, a w elastyczne listwy na kriofoleki zmieszczą się różne rodzaje kriofolek (elastyczność na kilka milimetrów na +/-).

Odpowiedź:

W pkt 16 Formularza wymaganych warunków technicznych załącznika 2.3 do Specyfikacji Istotnych Zamawiający określił wymagania dotyczące listwy na kriofoleki. Określona liczba i rozmiar kriofolek wynika bezpośrednio z faktu, iż Użytkownik posiada już takie pojemniki, a z prowadzonych i planowanych badań wynika liczba kriofolek jaka będzie przechowywana jednorazowo. Ponadto w przypadku zwiększania liczby kriofolek w listwie wzrasta prawdopodobieństwo, że część z nich nie będzie przechowywana w kąpieli azotowej. Mając powyższe na uwadze Zamawiający nie zgodzi się na zaoferowanie urządzenia nie spełniającego tak opisanych warunków.

2.11 Pytanie:

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę parametru z Formularza wymaganych warunków technicznych (Pakiet 3 załącznik 2.3 – dewar z wyposażeniem) – w podpunkcie 9 „wyparowanie ciekłego azotu-nie przekraczające 0,25 l na dobę” na „wyparowanie ciekłego azotu-nie przekraczające 0,09 l na dobę”. Zaproponowany zapis wskazuje na jednego dostawcę co jest sprzeczne z obowiązkiem zachowania uczciwej konkurencji dlatego też Wykonawca proponuje szerszą (i korzystniejszą) rozpiętość na parametrze, co w żaden sposób nie powoduje pogorszenia jakości oferowanego wyrobu, a tym bardziej pogorszenia jego parametrów i oczekiwanych wartości referencyjnych zbiornika, wręcz pozwala na uzyskanie jak najlepszej oferty na rynku, dlatego aby Zamawiający uzyskał jak najlepsze parametry dostarczanych urządzeń Wykonawca proponuje zapis, że 0,09 l na dobę to wartość maksimum.

Odpowiedź:

W pkt 8 Formularza wymaganych warunków technicznych załączniku 2.3 do Specyfikacji Istotnych Zamawiający określił wymagania dotyczące wyparowywania ciekłego azotu. Parametr podany w powyższym pytaniu przez Wykonawcę zawiera się w zakresie określonym przez Zamawiającego. Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie dewara spełniającego wszystkie wymagania zapisane w Formularzu wymaganych warunków technicznych załączniku 2.3 do Specyfikacji Istotnych Warunków Technicznych.

3. Dotyczy dostaw objętych Pakietem 4 – dostawa urządzeń agd:

3.1 Pytanie:

Czy Zamawiający dopuści kuchenkę elektryczną z 4 polami HiLight?

Odpowiedź:

Zamawiający dokonuje zmiany treści w wierszu 4 pkt 18 załącznika 2.4 do SIWZ, który otrzymuje brzmienie:

18	płyta grzewcza	co najmniej 1 pole HiLight Należy podać
----	----------------	-----------------------------------	-----------------------

3.2 Pytanie:

Czy Zamawiający dopuści płytę bezramkową ze szlifem i w wymiarze 57,6 x 4,8 x 51,8 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie zgodzi się na dostawę płyt grzewczych bezramkowych, jednocześnie dokonuje zmiany treści w wierszu 2 pkt. 6 załącznika 2.4 do SIWZ, który otrzymuje brzmienie:


6	płyta grzewcza	wymiary	58 x 50,5 cm (+/- 1 cm) Należy podać
---	----------------	---------	----------------------------------	-----------------------

Zamawiający informuje, iż na stronie internetowej www.wum.edu.pl zostały zamieszczone załączniki uwzględniające powyższe zmiany.

Dotychczasowy termin składania i otwarcia ofert ulega zmianie.

Termin składania ofert: 12 czerwca 2015 r. o godz. 10:50

Termin otwarcia ofert: 12 czerwca 2015 r. o godz. 11:00

Z poważaniem

 Tomasz Trybun
 Przewodniczący Komisji
 Przetargowej

SPECJALISTA
 Dział Zamówień Publicznych


 Ryszard Lewandowski

ul. Żwirki i Wigury 61, 02-091 Warszawa
 tel.: 022 572-03-99, faks: 022 572-03-45
 e-mail: ryszard.lewandowski@wum.edu.pl
 www.wum.edu.pl

Distal Zonular Proliferation
SPECIALIST

Ryszard J. Wąsikowski