



WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY  
MEDICAL UNIVERSITY OF WARSAW

Dział Zamówień Publicznych

Wasze pismo z dnia

Znak

Nasz znak

AEZ/362/95/2020/EA

Data

27.01.2020 r.

**Wyjaśnienie i zmiana treści SIWZ**

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 t.j.), zwanej dalej „ustawą”, Warszawski Uniwersytet Medyczny, ul. Żwirki i Wigury 61, 02-091 Warszawa, Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. *Dostawa sprzętu stomatologicznego dla potrzeb jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, w podziale na pakiety*, znak sprawy AEZ/S-009/2020, udziela odpowiedzi na pytania, które wpłynęły w trybie art. 38 ust. 1 ustawy.

**Pytanie nr 1**

Czy chodzi o Monitor do zastosowań w radiologii stomatologicznej? Inne są wymagania w Radiologii ogólnej a inne w stomatologicznej?

**Odpowiedź na pytanie nr 1**

Zamawiający wyjaśnia, że dla pantomografii i tomografii stomatologicznej wymagania dla stanowisk opisowych i przeglądowych są takie same jak dla tomografii i angiografii więc te normy muszą spełniać oferowane monitory.

**Pytanie nr 2**

Prosimy o doprecyzowanie co kryje się pod pojęciem:

- Automatyczna regulacja kontrastu;
- Automatyczna regulacja jasności
- Automatyczna regulacja poziomu czerni;

Czy Zamawiający ma na myśli funkcjonalność monitorów wymaganą podczas kalibracji do parametrów wymaganych przez aktualne Rozporządzenie Ministra Zdrowia dla stomatologicznych stanowisk opisowych przy pantomografii oraz tomografii stomatologicznej?

**Odpowiedź na pytanie nr 2**

Funkcje "Automatyczne" mają za zadanie takie przestawienie parametrów monitora aby wyświetlany obraz był zoptymalizowany pod kątem oceny radiologicznego obrazowania (tomografia i angiografia). Funkcja regulacji czerni ma za zadanie utrzymać parametry monitora z czasem użytkowania.

**Zamawiający dokonuje zmiany terminu składania i otwarcia ofert.**


Obowiązujące terminy:

Termin składania ofert: 31.01.2020 r. do godz. 10:00

Termin otwarcia ofert: 31.01.2020 r. o godz. 10:30.

Miejsce składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian.

Z poważaniem,  
Przewodniczący Komisji Przetargowej

  
Iga Maciejewska