



WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY
ul. Żwirki i Wigury 61, 02-091 Warszawa

Nasz znak. AEZ/362/. 264/2020/RL

Data: 21.02.2020 r.

Wyjaśnienie i zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843). Warszawski Uniwersytet Medyczny, Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: **Dostawa urządzeń laboratoryjnych, w podziale na pakiety, znak sprawy: AEZ/S-017/2020**, informuje, że w trybie art. 38 ust. 1 ustawy do Zamawiającego wpłynęły pytania, na które udziela następujących odpowiedzi:

1. Dotyczy dostaw objętych Pakietem 1 – łaźnia ultradźwiękowa:

1.1 Pytanie:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie myjki o wymiarach :

wymiary wewnętrzne wanny (dł. x szer. x głęb.)	≥ (50 x 14 x 15) cm
---	---------------------

Zamiast

wymiary wewnętrzne wanny (dł. x szer. x głęb.)	≥ (50 x 15 x 15) cm
---	---------------------

Odpowiedź:

Zamawiający dokonuje zmiany treści w poz. 11 Formularza wymaganych warunków technicznych, załącznika 2.1 do SIWZ, który otrzymuje brzmienie:

11	wymiary wewnętrzne wanny (dł. x szer. x głęb.)	≥ (50 x 14 x 15) cm Należy podać
----	---	---------------------	-----------------------

2. Dotyczy dostaw objętych Pakietem 2 – destylarka do wody:

2.1 Pytanie:

Czy zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający doda do nazwy pakietu nr 2 destylarka do wody i nazwy pakietu nr 4 destylator elektryczny „lub produkt równoważny” np. demineralizator, dejonizator? Rozwiązanie to będzie korzystne dla Zamawiającego, gdyż urządzenia te produkują wodą o wymaganych parametrach, ale są znacznie mniej energochłonne i zużywają dziesięciokrotnie mniej wody.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę przedmiotu zamówienia.

3. Dotyczy dostaw objętych Pakietem 3 – zestaw do elektroforezy:

3.1 Pytanie:

Czy Zamawiający dla Pakietu nr 3 zgodzi się aby czas naprawy wynosi do 21 dni roboczych?

Odpowiedź:

Zamawiający zgodzi się aby czas naprawy urządzenia wynosił 21 dni roboczych i dokonuje zmiany we wzorze umowy tworząc Załącznik 6.1 do SIWZ w którym zmiana ta jest uwzględniona. Zamawiający dokonuje zmiany w § 4. ust. 3 „Naprawy wykonywane będą w terminie do 21 dni robocze od dnia zgłoszenia wady” oraz w Rozdziale XXX Ust. 1 Stanowiącym Załącznik nr 6 i Załącznik nr 6.1 do SIWZ

3.2 Pytanie:

Czy Zamawiający dla Pakietu nr 3 w opisie przedmiotu zamówienia „wylanie do 4 żeli jednocześnie o wymiarach 8,0 x 7,0 ± 0,3 mm w jednej komorze,, ma na myśli „mm” czy „cm”? Czy zamawiający dopuści zaoferowanie aparatury które spełnia wymagania w „cm”?

Odpowiedź:

Zamawiający dokonuje zmiany treści w poz. 7 Formularza wymaganych warunków technicznych, załącznika 2.3 do SIWZ, który otrzymuje brzmienie:

7	Aparat umożliwiający	Wylanie 4 żeli jednocześnie o wymiarach (8,0 x 7,0)cm +/-0,3 mm w jednej komorze Należy podać
---	----------------------	--	-----------------------

4. Dotyczy dostaw objętych Pakietem 4 – destylator elektryczny:**4.1 Pytanie:**

Czy zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający doda do nazwy pakietu nr 2 destylarka do wody i nazwy pakietu nr 4 destylator elektryczny „lub produkt równoważny” np. demineralizator, dejonizator? Rozwiązanie to będzie korzystne dla Zamawiającego, gdyż urządzenia te produkują wodą o wymaganych parametrach, ale są znacznie mniej energochłonne i zużywają dziesięciokrotnie mniej wody.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę przedmiotu zamówienia.

Zamawiający informuje, iż na stronie internetowej www.wum.edu.pl zostały zamieszczone załączniki uwzględniające powyższe zmiany.

Dotychczasowy termin składania i otwarcia ofert ulega zmianie.

Termin składania ofert: 26.02.2020 r. o godz. 11:00

Termin otwarcia ofert: 26.02.2020 r. o godz. 11:30

Z poważaniem

.....
Robert Paprocki
Przewodniczący Komisji
Przetargowej

STARSZY SPECJALISTA
Dział Zamówień Publicznych

Ryszard Lewandowski

Ryszard Lewandowski
Dział Zamówień Publicznych WUM
ul. Żwirki i Wigury 61, 02-091 Warszawa
tel.: 022 572-03-99, faks: 022 572-03-63
e-mail: aez@wum.edu.pl
www.wum.edu.pl

Pap